Številka: 845080118-056-25
Datum: 28.1.2026

V skladu z drugim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s sprem. in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZJN-3) naročnik Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), v postopku oddaje javnega naročila »**Nakup reagentov za mikrobiološke preiskave z brezplačno uporabo laboratorijske opreme 2025**«, objavljenega na portalu javnih naročil pod št. JN006317/2025-EUe16/01 dne 11. 8. 2025 in istega dne na TED, pod št. objave 525257-2025, izdaja sledečo

ODLOČITEV
O ODDAJI NAROČILA

Javno naročilo se odda izbranemu ponudniku **MIKRO + POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor,** za ponudbeno ceno v končni višini **1.900.950,00 EUR brez DDV oz. 2.081.540,25 EUR z DDV.**

Obrazložitev:

Naročnik je dne 11. 8. 2025 na portalu javnih naročil pod št. JN006317/2025-EUe16/01 in istega dne na TED, pod št. objave 525257-2025 objavil javno naročilo »Nakup reagentov za mikrobiološke preiskave z brezplačno uporabo laboratorijske opreme 2025«. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

Do roka za oddajo ponudb, tj. do 10. 9. 2025 do 9.ure, sta ponudbo oddala dva (2) ponudnika, in sicer:

	PONUDNIK	Ponudbena vrednost v EUR brez DDV	Vrednost DDV	Ponudbena vrednost v EUR z DDV
1.	ANMEDIC, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o., Šmartinska cesta 053, 1000 Ljubljana	800.000,00	76.000,00	876.000,00
2.	MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zagrebška	1.900.950,00	180.590,25	2.081.540,25

	cesta 022, 2000 Maribor			

Naročnik je pri pregledu ponudb ugotovil sledeče:

a) **Ponudba ponudnika MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zagrebška cesta 022, 2000 Maribor:**

Naročnik je ugotovil, da za ponudnika MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o. ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni ocenjena za neobičajno nizko, cena pa ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Glede na navedeno je ponudba navedenega ponudnika v skladu z 29. točko 2. člena ZJN-3, **dopustna.**

b) **Ponudba ponudnika ANMEDIC, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o., Šmartinska cesta 053, 1000 Ljubljana:**

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika ugotovil, da ta ni strokovno in tehnično ustrezna.

1. Naročnik je v točki 7. v poglavju »STROKOVNE ZAHTEVE (POGOJI) NAROČNIKA«, na strani 14. razpisne dokumentacije zahteval, da ponudniki ponudijo sistem, ki omogoča postavitev na laboratorijski pult (namizni sistem), katerega skupne največje dopustne mere so 230 cm (dolžina) x 65 cm (globina) x 125 cm (višina). V zvezi s predmetno zahtevo, je naročnik na Portalu javnih naročil prejel vprašanja: 1.) »Ali se navedene dimenzije nanašajo izključno na fizične dimenzije same naprave oz. sistema, ali vključujejo tudi prostor, ki ga za pravilno delovanje, namestitev ali servisne posege zahteva proizvajalec?« in 2.) »Ali so dopustne kakršnakoli minimalna odstopanja (npr. +1–2 %)?« Na oba vprašanja je naročnik odgovoril, da so iz vsebine 7. točke strokovnih zahtev na 14. strani razpisne dokumentacije za javno naročilo razvidne **največje dopustne mere celotnega namiznega sistema**. Znotraj teh dopustnih mer pa je potrebno upoštevati dimenzijo naprave kot tudi prostor za pravilno delovanje, namestitev, servisne posege itd.. Iz ponudbe ponudnika ANMEDIC d.o.o. izhaja, da je ponudil model UP0104, za katerega iz priložene dokumentacije, natančneje v dokumentu »Brochure_MultNAT System«, izhajajo specifikacije oz. dimenzije modela UP0104 4-module system in sicer: 370 mm (dolžina) x **610 mm (globina)** x 340 mm (višina). Nadalje je iz ponudbe ponudnika v dokumentu » IFU_MultNAT Molecular Diagnostic Testing System«, na strani 16. v poglavju 4.1 »Space requirement« (4.1 »Prostorske zahteve«) med drugim navedeno, da je za pravilno delovanje potrebnih **najmanj dodatnih 10 cm na vsaki strani aparata**. Prav tako pa je na str. 21 istega dokumenta (» IFU_MultNAT Molecular Diagnostic Testing System«), v poglavju 6.1.1 »Starting the instrument«, natančno specificirano da je potrebno na vsaki strani aparata pustiti vsaj 10 cm prostora za priključitev in vklop napajanja. Prav tako pa je iz slike »Figure 2.2 Safety symbol«, na strani 12 dokumenta »IFU_MultNAT Molecular Diagnostic Testing System« razvidno, da ima aparat električne in podatkovne priključke na zadnji strani aparata. Upoštevajoč zgornje navedbe, naročnik ugotavlja, da je zahtevana globina aparata za pravilno delovanje 71 cm, kar presega zahtevano (in dopustno) globino aparata, ki jo je naročnik določil v točki 7. v poglavju »STROKOVNE ZAHTEVE (POGOJI) NAROČNIKA«.

Naročnik je sicer glede navedenega pozval ponudnika na pojasnilo, kolikšne so zahtevane minimalne mere celotnega sistema za pravilno delovanje, na katerega je ponudnik odgovoril z izjavo proizvajalca, da je ponujena naprava UP104 v zahtevanih merskih okvirih, in sicer 37 cm (Š) x 61 cm (G) in 34 cm (V), prav tako tudi skupna širina, ki je znotraj dovoljenih mer 230 cm, vključno z 10 cm prostora ob vsaki napravi. Pri tem je še dodal, da je dovoljena globina (65 cm) dovolj za priključitev naprave in njeno pravilno delovanje. Naročnik ob izračunu ponovne navedbe mer globine aparata (61 cm) in zahtevanega dodatnega prostora (10 cm) ugotavlja, da le ta presega dovoljeno globino naročnika (65 cm) in izjava proizvajalca ni skladna s priloženimi katalogi (navedeno v prejšnjem odstavku), ki jih je ponudnik priložil ob oddaji ponudbe.

2. Naročnik je v točki 5. poglavja »SPLOŠNE ZAHTEVE« na str. 13 razpisne dokumentacije navedel, da morajo ponudniki predložiti katalоški material (tekstovni in kataloški), iz katerega je nedvoumno viden opis proizvoda. K ponudbi mora biti priloženo kazalo, po katerem lahko naročnik v priloženem katalоškem materialu najde ponujene proizvode. Priložen kataloški material se mora oddati v elektronski obliki. Iz priložene dokumentacije je naročnik zahteval, da mora biti med drugim razvidno:
- Kakšen je čas do enkratne zapolnitve* maksimalne kapacitete ponujenega sistema?
(*zapolnitev = zagon analize na vseh ponujenih enotah sistema s posameznim vzorcem.)

   Ponudnik je v priloženem dokumentu »KAZALO strokovne zahteve« navedel, da odgovor izhaja iz dokumenta »Letter odf declaration_Anmedic 20250904, na 1. strani. Po pregledu dokumentacije je naročnik ugotovil, da ponudnikov sistem res omogoča sočasno analizo 16 vzorcev, pri čemer nanos in zagon 16 vzorcev (postopek poteka zaporedno, do maksimalne zapolnitve testiranih mest) traja vsekakor več kot 1 minuto. Naveden čas 1 minuta je nerealen v praksi.

V skladu s predhodno navedenim, ponudba ponudnika ANMEDIC, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o., upoštevajoč 29. točko 2. člena ZJN-3, **ni dopustna.**

***

Ker je naročnik ugotovil, da je edina dopustna ponudba, ponudba ponudnika **MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,** je naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja javno naročilo oddal navedenemu ponudniku za ponudbeno ceno **v višini 1.900.950,00 EUR brez DDV oz. 2.081.540,25 EUR z DDV.**

Glede na zgoraj navedeno je odločitev naročnika utemeljena.

***

PRAVNI POUK:

Zoper to odločitev naročnika je mogoče v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s sprem. in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v roku 8 delovnih dni od dneva objave odločitve o oddaji naročila vložiti zahtevek za revizijo.

Zahtevek za revizijo se vloži elektronsko preko spletnega informacijskega portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse elemente prvega odstavka 15. člena ZPVPJN, prav tako mora biti zahtevku za revizijo priloženo potrdilo o plačilu takse, ki v skladu z 71. členom ZPVPJN znaša 25.000,00 EUR.

Vlagatelj mora plačati takso na transakcijski račun pri Ministrstvu za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, sklic: 11 16110-7111290-00631725.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
doc. dr. Marko Jug, dr. med,
generalni direktor

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER
LJUBLJANA
17

Vročiti:
- objava na portalu javnih naročil
- arhiv