



Številka: 430-22/2025-2718-10

Datum: razviden iz e-podpisa

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spr.; v nadaljevanju: ZJN-3) izdajata Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu in Splošna bolnišnica Slovenj Gradec (v nadaljevanju: naročnik) naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo »**Nakup MR naprave z vzdrževanjem in pripravo prostorov**«, objavljeno na portalu javnih naročil pod št. objave **JN008902/2025-EUe16/01**, se odda ponudniku **SIEMENS Healthcare d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana** za skupno ponudbeno vrednost **2.321.796,64 EUR z DDV**.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Obrazložitev:

Predmetni postopek javnega naročanja je po pooblastilu naročnika Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu vodil sonaročnik Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.

Javno naročilo se je izvajalo po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3 in je bilo dne 13. 11. 2025 objavljeno na portalu javnih naročil pod št. objave JN008902/2025-EUe16/01 in v Uradnem listu EU TED pod št. 752469-2025.

Javno odpiranje ponudb, oddanih v informacijski sistem e-JN, je bilo izvedeno dne 29. 12. 2025 ob 11:00. Ponudbo za predmetno javno naročilo sta pravočasno (tj. do 29. 12. 2025 do 10:00) oddala naslednja ponudnika:

Št.	Naziv ponudnika	Ponudbena vrednost v EUR z DDV
1.	SIEMENS Healthcare d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana	2.321.796,64
2.	Arbor Medical d.o.o., Mariborska cesta 85, 2312 Orehova vas	2.952.713,69

V fazi preverjanja ponudb je naročnik preveril, ali je najugodnejša ponudba (**SIEMENS Healthcare d.o.o.**) dopustna, ter pri tem ugotovil, da:

- je prispela pravočasno,
- pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
- zoper ponudnika in podizvajalce ne obstajajo razlogi za izključitev,
- izpolnjuje pogoje za sodelovanje,
- v celoti ustreza zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
- ponudbena cena ni neobičajno nizka,
- ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Nadalje je naročnik preveril, ali je ponudba ponudnika **Arbor Medical d.o.o.** dopustna, ter pri tem ugotovil, da:

- zoper ponudnika in podizvajalce ne obstajajo razlogi za izključitev,
- izpolnjuje pogoje za sodelovanje,
- je prispela pravočasno,
- pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
- ponudbena cena ni neobičajno nizka,
- ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika,
- v celoti **NE ustreza** zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer ponudba ne izpolnjuje zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije, dokumenta »Splošne zahteve, poskusni zagon aparata, testiranje ter primopredaja«:
 - 6.9 Omogočen mora biti urgenten vnos pacientov;
 - 6.22 Možnost izbire pacienta na tabličnem zaslonu na gantriju;
 - 6.23 Možnost zagona slikovnih zaporedij na tabličnem zaslonu na gantriju;
 - 9.5 Ponudnik mora dobaviti naglavne slušalke za zaščito bolnika oz. spremljevalcev bolnika in osebja (npr. med nadzorom ali izvajanjem nadzora/posegov v MR sobi) pred hrupom med MR preiskavo - 3 kosi. Dodatne naglavne slušalke za zaščito pred sluhom morajo omogočati komunikacijo s pacientom ter predvajanje glasbe (npr. za otroke), z nastavljivo glasnostjo - 1 kos;
 - 9.7 Stikalo za izklop MR aparata v sili;
 - 9.8 MRI aparat mora imeti tipko za proženje alarma med preiskavo, ki jo uporablja bolnik (pumpica);
 - 9.12 Ponudba mora vsebovati ustrezne fantome oziroma pripomočke, s katerimi lahko uporabnik preverja ločljivost in kakovost MRI slik. Priloženi morajo biti vsi fantomi za testno slikanje (QAQC);
 - 9.13 Sistem mora omogočati samodejno pozicioniranje slikane anatomije v izocenter magneta na podlagi inteligentnih anatomskih telesnih modelov (vsaj za glavo, vratno, torakalno in lumbarno hrbtenico, ramena, srce, jetra, kolke, medenico, koleno in gleženj) za zagotavljanje visoke stopnje kvalitete in ponovljivosti preiskav (Ustrezen je tudi sistem, ki omogoča samodejno pozicioniranje slikane anatomije v izocenter magneta na podlagi tehnologije tuljave (omogočeno za glavo, glavo in vrat, glavo s hrbtenico, ramena, koleno, gleženj, stopalo, dojka) za anatomije vratne, torakalne in lumbalne hrbtenice, srca, jeter, kolka, medenice se uporablja pozicioniranje označene anatomije z laserjem in nato samodejnim premikom v izocenter, za zagotavljanje visoke stopnje kvalitete in ponovljivosti preiskav). V kolikor je samodejno pozicioniranje slikane anatomije v izocenter doseženo z uporabo drugih metod, je to za naročnika sprejemljivo. Ponudnik mora predložiti dokazila proizvajalca o učinkovitosti sistema ter podporo za klinično uporabo pri navedenih anatomskih regijah;
 - 9.14 Sistem mora programsko omogočati enostavno načrtovanje slikovnega protokola iz različnih anatomskih delov telesa;
 - 9.17 Ponudba mora vsebovati dvosmerni interkom v prostoru operaterja za komunikacijo s preiskovancem.

Izpolnjevanja navedenih zahtev naročnik ni mogel preveriti, saj dokument »dok6«, na katerega se ponudnik v zvezi z navedenimi zahtevami sklicuje, v ponudbi ni bil priložen. Naročnik je iz načela previdnosti podrobno pregledal ponudnikovo celotno predloženo tehnično specifikacijo z namenom preveritve, ali je izpolnjevanje navedenih zahtev razvidno iz drugih priloženih dokumentov, pri čemer je ugotovil, da izpolnjevanja zahtev za točke 6.9, 9.5, 9.12 in 9.17 ni mogoče preveriti.

Nadalje naročnik ugotavlja, da ponudba ni ustrezna tudi v točki:

- 4.51 MR spektroskopija za spektroskopske preiskave možganov in prostate.

V dokumentu »dok1« na strani 30 je sicer navedeno dS-SpectroSuite Pro, ne piše pa eksplicitno, da je za možgane in prostato. V dokumentu »dok4«, na strani 85 je sicer navedeno, da

Spectroscopy XD (del Spectrosuite Pro) omogoča spektroskopijo za možgane, manjkajo pa reference za spektroskopijo prostate.

Ponudba ponudnika **Arbor Medical d.o.o.** je iz navedenih razlogov nedopustna in se jo izloči iz postopka.

Ker je v postopku prejeta samo ena dopustna ponudba, naročnik prejetih ponudb ni razvrščal po merilih za izbiro.

Ponudba ponudnika **SIEMENS Healthcare d.o.o.** je po merilu za izbor ponudnika ekonomsko najugodnejša dopustna ponudba in se jo izbere.

Razlog za zavrnitev neizbranega ponudnika (**Arbor Medical d.o.o.**): ponudba je nedopustna in ekonomsko manj ugodna od ponudbe izbranega ponudnika.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Pravno varstvo v postopkih javnih naročil ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spr.; v nadaljevanju ZPVPJN).

Zoper to odločitev lahko aktivno legitimiran vlagatelj (14. člen ZPVPJN) vloži zahtevek za revizijo v roku osmih delovnih dni od vročitve te odločitve. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen in vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN, vloži pa se ga preko portala eRevizija – ustrezna povezava je vzpostavljena na portalu javnih naročil v dosjeju predmetnega javnega naročila.

Višina takse je **25.000,00 EUR** in se plača na transakcijski račun Ministrstva za finance, odprt pri Banki Slovenije Ljubljana, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana, Slovenija, IBAN: SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT KODA: BSLJSI2X, sklic 11 16110-7111290-00890225 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

SB Slovenj Gradec:
Vladimir Topler, dr. med.
direktor

UNKIZ:
Ivan Osrečki
direktor

Objava na portalu javnih naročil

10. odstavek 90. člena ZJN-3