

05 Reagenti in ostali material 2026 - 2029

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	--	----------	----------------------------

SKUPINA: 009 Reagenti in ostali material za centralni laboratorij

902266	01	IRIS D.O.O.	Ponujen hitri test za določanje nikotina v urinskih vzorcih ima slabši odziv reakcije, testna črta je slabše vidna, zato je odčitavanje rezultata težje in dvoumno.
902700	01	IRIS D.O.O.	Ponujeno barvilo giemsa azur eozim metilen ne ustreza pričakovani kakovosti barvanja krvnih razmazov, prav tako ne zagotavlja primerne diferenciacije celičnih struktur.
902701	01	IRIS D.O.O.	Ponujeno barvilo may grunwald eozin metilen ne ustreza pričakovani kakovosti barvanja krvnih razmazov, prav tako ne zagotavlja primerne diferenciacije celičnih struktur.
905001	01	IRIS D.O.O.	Ponujen hitri test za določanje fenciklidina v urinu ima slabši odziv reakcije, testna črta je slabše vidna, zato je odčitavanje rezultata težje in dvoumno.
905016	01	IRIS D.O.O.	Ponujen hitri test za določanje ketamina v urinu ima slabši odziv reakcije, testna črta je slabše vidna, zato je odčitavanje rezultata težje in dvoumno.
905017	01	IRIS D.O.O.	Ponujen hitri test za določanje fentanila v urinu ima slabši odziv reakcije, testna črta je slabše vidna, zato je odčitavanje rezultata težje in dvoumno.
905018	01	IRIS D.O.O.	Ponujen hitri test za določanje oksikodona v urinu ima slabši odziv reakcije, testna črta je slabše vidna, zato je odčitavanje rezultata težje in dvoumno.

05 Reagenti in ostali material 2026 - 2029

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 011 Reagenti in ostali material za plinski kromatograf			
905003	01	MIKRO POLO	Ponujena je samo viala steklena brez zamaška.
905077	01	MIKRO POLO	Ponujen septum za viala se kosmiči, drobci padajo v raztopino za spiranje. Zaradi nastale večje odprtine kot običajno, topilo hitreje uhaja iz viala.

05 Reagenti in ostali material 2026 - 2029

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 014 Reagenti za florescentno hibridizacijo (FISH)

905028	25	LABENA D.O.O	Ponujen je kit za predobdelavo pafarinski rezin in ne DNA proba.
905330	01	PROBO D.O.O.	Ponujena DNA proba LSI nima kontrolnega signala in ni primerna za natančno opredelitev kromosomske spremembe.
905338	01	LABENA D.O.O	Ponujena DNA proba je brez ES (brez ekstra signala).
905340	01	LABENA D.O.O	Ponujen pufer ni primeren za redčenje DNA prob.
905341	01	PROBO D.O.O.	Ponujena DNA proba LSI nima kontrolnega signala in ni primerna za natančno opredelitev kromosomske spremembe.
905345	01	LABENA D.O.O	Ponudnik ne ponuja DNA probe LSI MYC BAR, ne označuje DNA lokusa.
905347	01	LABENA D.O.O	Ponudnik ne ponuja DNA probe LSI EGR1/D5S23, D5S721, ne označuje DNA lokusa.
905349	01	LABENA D.O.O	Ponujena proba CEP X je zelena in ne oranžna.

05 Reagenti in ostali material 2026 - 2029

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	--	----------	----------------------------

SKUPINA: 015 Reagenti in ostali material za KIGD

902455	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujena raztopina Hams F-10 ima prevelik volumen 500 ml.
902470	01	KEMOMED D.O.O.	Ponujeno barvilo Sybr green je neustrezno, saj se ne dodaja direktno ampak se mora mešati z gelom.
902473	05	MEDILINE D.O.O.	Ponudnik dostavil nepravilen vzorec (Reagent TAQ DNA, kat. št. Q201203).
902473	01	KEMOMED D.O.O.	Ponujen reagent Taq DNA polimerase 500 U je neustrezen saj ne vsebuje Taq pufer-ja.
905385	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujena raztopina soli Hanks ima prevelik volumen 500 ml.
905387	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujena ni raztopina.

05 Reagenti in ostali material 2026 - 2029

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 016 Reagenti in ostali material za nuklearno medicino

902484	03	VENOFARMACIJA	Ponujen nastavek plastičen ni kompatibilen z obstoječo multipipeto.
--------	----	---------------	---

05 Reagenti in ostali material 2026 - 2029

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 018 Reagenti in ostali material za oddelek patologije			
902564	01	IRIS D.O.O.	Ponujeno organsko topilo pri postopku bistrenja tkivnih vzorcev vpliva na kvaliteto barvanja. Obarvane rezine postanejo blede, kar vpliva na interpretacijo določenega substrata pri posamezni metodi. Organsko topilo po zelo kratki uporabi postane moteno (mlečeno).
902567	01	IRIS D.O.O.	Pri ponujenem barvilu papanicolaou ni kontrasta med citoplazmo in jedrom, jedra blede obarvana, kromatin ni viden.
902568	01	IRIS D.O.O.	Pri ponujenem barvilu papanicolaou ni kontrasta med citoplazmo in jedrom, kromatin ni viden. Eritrociti so modre barve, vse celice enako obarvane, kar otežuje diagnostiko.
902569	01	IRIS D.O.O.	Pri ponujenem barvilu papanicolaou ni kontrasta med citoplazmo in jedrom, jedra blede obarvana, kromatin ni viden.
902570	05	KEFO, KEMIJA IN FARMACIJA	Ponudnik dostavil nepravilne vzorec 1 kg.
902570	01	IRIS D.O.O.	Ponujen paraffinum paraplast ima slabo prepajanje tkiva, oteženo rezanje na mikrotomu.
902581	01	IRIS D.O.O.	Ponujeno sredstvo za dekalcinacijo ima negativen vpliv na ohranjenost morfolgije. Zmanjšana je kakovost HE barvanja.
902587	01	IRIS D.O.O.	Ponujen medij za pokrivanje ima neustrezno viskoznost, slaba adhezija, pojavljanje mehurčkov. Nejasna slika v IHK in ISH preparatih.
902589	01	IRIS D.O.O.	Ponujeno barvilo je gosto, posedanje barvila na dno posode za alkohol v tkivnem procesosju in s tem mašenje cevi.
902590	01	IRIS D.O.O.	Ponujeno barvilo je gosto, posedanje barvila na dno posode za alkohol v tkivnem procesosju in s tem mašenje cevi.
902591	01	PRIMATRON D.O.O.	Ponujeno barvilo je premalo viskozno, slab oprijem barve na tkivo.
902591	01	IRIS D.O.O.	Ponujeno barvilo je gosto, posedanje barvila na dno posode za alkohol v tkivnem procesosju in s tem mašenje cevi.
902592	01	IRIS D.O.O.	Ponujeno barvilo je gosto, posedanje barvila na dno posode za alkohol v tkivnem procesosju in s tem mašenje cevi.
902592	01	MIKRO POLO	Ponudnik ne ponuja barvila ampak sredstvo za dekalcinacijo.
902663	01	IRIS D.O.O.	Ponujen giemsa reagent daje slabo diferenciacijo celic ter blede obarvano citoplazmo.
905110	01	IRIS D.O.O.	Ponujeno sredstvo za dekalcinacijo ima slab vpliv na ohranjenost morfolgija in antigenosti. Neustrezno je za IHK in ISH metode. Prav tako je zmanjšana kakovost HE barvanja.

05 Reagenti in ostali material 2026 - 2029

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 019 Protitelesa za oddelek patologije

902585	01	PROBO D.O.O.	Ponudnik za protitelo TTF-1 ponudil neustrezen klon.
902622	01	PROBO D.O.O.	Ponujen MO A-HU Chromogramin A daje nespecifično reakcijo.
905057	01	MEDILINE D.O.O.	Ponudnik za protitelo koncentrirano CD3 ponudil neustrezen klon.
905115	01	PROBO D.O.O.	Ponudnik za protitelo Myogenin ponudil neustrezen klon.

--