

Številka: JN 084/RN-25, JN008990/2025-EUe16/01

Datum: 4.2.2026

Naročnik Splošna bolnišnica Izola na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) in pogojev ter meril dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izdaja naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo za »Reagenti in laboratorijski material«:

se odda ponudnikom

Izbrani ponudniki	Sklop
HERMES ANALITICA, Trženje in inženiring medicinske opreme, d.o.o. Ljubljana, Stegne 21, 1000 Ljubljana	1,2
PULMODATA Profesionalna medicinska oprema d.o.o., Zgornje Jarše, Puchova ulica 1, 1235 Radomlje	3
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana	4
MEDITRADE, Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva ulica 17B, 1231 Ljubljana - Črnuče	5, 11
MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor	6
IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana	7, 8, 9, 13
PROMED trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d.o.o., Leskoškova cesta 9C, 1000 Ljubljana	10
DR. GORKIČ zdravstvena dejavnost, zastopanje in prodaja medicinske opreme d.o.o., Obrtniška ulica 11, 1370 Logatec	12
MEDIASI, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o., Leskoškova cesta 9C, 1000 Ljubljana	14

Obrazložitev:

- Predmet javnega naročila: »Reagenti in laboratorijski material«, JN 084/RN-25 v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3), ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 17.11.2025 pod št. JN008990/2025-EUe16/01 in v Uradnem listu pod. št. 760049-2025.
- Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 19.12.2025 ob 13:00 uri v informacijskem sistemu e-JN. Naročnik Splošna bolnišnica Izola je prejel devet (9) ponudb.

Seznam vseh ponudnikov in ponudbene cene za posamezni sklop so navedene v prilogi te odločitve, Priloga 1: Analiza cen JN 084 RN-25.

- a.) Komisija naročnika je za sklop 12 ugotovila, da so bile pomotoma zahtevane količine za obdobje 48 mesecev. Ponudnik Dr. Gorkič je skladno z razpisnimi navodili v obrazcu OBR-1 navedel cene za obdobje 48 mesecev, in sicer v višini 14.671,00 EUR brez DDV oziroma 16.144,62 EUR z DDV, kar predstavlja očitno napako. V obrazcu OBR-3A je ponudnik pravilno izračunal vrednosti za obdobje 24 mesecev.

Naročnik je v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 in na podlagi pisnega soglasja ponudnika popravil skupno ponudbeno vrednost brez DDV in skupno vrednost z DDV v obrazcu OBR-1. Pri tem se količine in cene na enoto brez DDV niso spremenile.

Izračunana vrednost ponudbe po odpravi napake znaša:

Sklop	Ponudnik	Vrednost ponudbe v EUR brez DDV	Vrednost ponudbe v EUR z DDV
12	Dr. Gorkič	7.385,50	8.132,50

3. Nadalje je naročnik, v skladu z 89. členom ZJN-3, preveril vse prejete ponudbe:

- Komisija naročnika je preverila, če so informacije oziroma dokumentacija, ki so jih morali predložiti ponudniki nepopolne ali napačne oziroma, če posamezni dokumenti manjkajo. Ponudbe ponudnikov so popolne.

4. Nadalje je komisija naročnika skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila iz nadaljnjega ocenjevanja izločila ponudbe za naslednje sklope:

Sklop	Ponudnik	Neskladje
7.	PROMED, d.o.o.	Preiskava ne predstavlja enostavne izvedbe testa in ni skladna z zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer: • Uporaba testnih ploščic zahteva dodatne korake in pripomočke (lonček, pipete), kar podraži preiskavo in podaljša delovni proces. Naročnik je zahteval, da ponudnik predloži lastni ponudbeni predračun, če analizator ali čitalac zahteva dodatni potrošni material, vendar ponudnik tega ni predložil. • Fotografije testne ploščice iz čitalca ni mogoče shraniti na zunanji medij. Naročnik je zahteval arhiviranje rezultatov. Preiskava ne izpolnjuje pričakovanih lastnosti glede na namen uporabe in ni enakovredna zahtevanemu blagu.
8.	PROMED, d.o.o.	Preiskava ne predstavlja enostavne izvedbe testa in ni skladna z zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer: • Ponujena rešitev ni ustrezna, saj postopek testiranja zahteva ročno merjenje časov ekstrakcije in inkubacije ter stalno prisotnost laboratorijskega delavca ob čitalcu. Naročnik je zahteval enostavno izvedbo testa. • Fotografije testne ploščice iz čitalca ni mogoče shraniti na zunanji medij. Naročnik je zahteval arhiviranje rezultatov. • Način nanosa vzorca predstavlja povečano tveganje za nepravilne oziroma lažno negativne rezultate. Preiskava ne izpolnjuje pričakovanih lastnosti glede na namen uporabe in ni enakovredna zahtevanemu blagu.

Naročnik je ugotovil, da zgoraj navedena ponudba ponudnika PROMED, d.o.o. za sklopa 7 in 8 ni dopustna z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih strokovnih in tehničnih zahtev, zato jo je izločil iz nadaljnje obravnave.

Nadalje je komisija naročnika ugotovila, da so izbrane ponudbe skladne s tehničnimi, strokovnimi in ostalimi zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

5. Naročnik je, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3, preveril, ali so ponudbe ponudnikov, skladne z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

Naročnik je preveril izpolnjevanje pogojev iz 75. in 76. člena ZJN-3 (izključitveni razlogi in pogoji za sodelovanje) pri čemer je bilo ugotovljeno, da izbrani ponudniki izpolnjujejo vse pogoje.

6. Komisija naročnika ugotavlja, da so izbrane ponudbe ponudnikov za posamezni sklop s katerimi bo naročnik sklenil okvirni sporazum, skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, dopustne.
7. Na podlagi zgoraj navedenega je naročnik odločil, kot je razvidno iz izreka odločitve. Z navedenim je odločitev naročnika, utemeljena.

Pravno varstvo:

Zahtevek za revizijo se lahko vloži, v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN).

Rok za vložitev zahtevka za revizijo je osem delovnih dni od objave te odločitve na portalu javnih naročil. Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
6. potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN.

Taksa za zahtevek za revizijo zoper to odločitev za posamezni sklop znaša 6.000,00 EUR. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. Revizijske zahtevke, ki bodo vloženi prepozno ali s strani oseb, ki ne bodo aktivno legitimirane za njihovo vložitev, revizijske zahtevke, ki jim ne bo priloženo potrdilo o plačilu takse in revizijske zahtevke, za katere ne bo plačana ustrezna taksa, bo naročnik zavrgel.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA
direktor zavoda
Mag. Radivoj Nardin



