

20 Med.pripom., diag. in blago široke potrošnje 2026-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 001 Izpiralne raztopine in voda za vlaženje kisika			
080036	01	MEDITRADE D.O.O.	Arikel je neustrezen, saj se bat zelo zatika pri odzračevanju. Za odzračevanje brizge je potrebna velika moč, ob tem pa je velika verjetnost, da se vsebina razlije po prostoru. Podobna embalaža, kot pri brizgah za sterilno polje predstavlja povečano tveganje za nenamerno zamenjavo.
080036	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Artikel je neustrezen, saj se bat zelo zatika pri odzračevanju. Embalaža je neprimerna, saj je napis za nesterilnost premajhen, sama embalaža pa daje občutek, da je brizga namenjena za sterilno polje. Večja možnost napak.
080036	01	INTERPART D.O.O.	Artikel je neustrezen, saj se bat zelo zatika pri odzračevanju. Embalaža je neprimerna, saj je napis za nesterilnost premajhen, sama embalaža pa daje občutek, da je brizga namenjena za sterilno polje. Večja možnost napak.
080037	01	MEDITRADE D.O.O.	Arikel je neustrezen, saj se bat zelo zatika pri odzračevanju. Za odzračevanje brizge je potrebna velika moč, ob tem pa je velika verjetnost, da se vsebina razlije po prostoru. Podobna embalaža, kot pri brizgah za sterilno polje predstavlja povečano tveganje za nenamerno zamenjavo.
080037	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Artikel je neustrezen, saj se bat zelo zatika pri odzračevanju. Embalaža je neprimerna, saj je napis za nesterilnost premajhen, sama embalaža pa daje občutek, da je brizga namenjena za sterilno polje. Večja možnost napak.
080037	01	INTERPART D.O.O.	Artikel je neustrezen, saj se bat zelo zatika pri odzračevanju. Embalaža je neprimerna, saj je napis za nesterilnost premajhen, sama embalaža pa daje občutek, da je brizga namenjena za sterilno polje. Večja možnost napak.
080038	01	MEDITRADE D.O.O.	Arikel je neustrezen, saj se bat zelo zatika pri odzračevanju. Za odzračevanje brizge je potrebna velika moč, ob tem pa je velika verjetnost, da se vsebina razlije po prostoru. Podobna embalaža, kot pri brizgah za sterilno polje predstavlja povečano tveganje za nenamerno zamenjavo.
080038	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Artikel je neustrezen, saj se bat zelo zatika pri odzračevanju. Embalaža je neprimerna, saj je napis za nesterilnost premajhen, sama embalaža pa daje občutek, da je brizga namenjena za sterilno polje. Večja možnost napak.
080038	01	INTERPART D.O.O.	Artikel je neustrezen, saj se bat zelo zatika pri odzračevanju. Embalaža je neprimerna, saj je napis za nesterilnost premajhen, sama embalaža pa daje občutek, da je brizga namenjena za sterilno polje. Večja možnost napak.
080050	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Artikel je neustrezen, saj je bat zelo rigiden, kar povzroči oteženo odzračevanje in neenakomeren iztis. Embalaža se pri odpiranju zatrga, posledično brizga težko pade na sterilno polje. Podobna embalaža kot pri brizgah, ki niso za sterilno polje - velika nevarnost zamenjave. Zaščitni zamašek je trdo privit na vrhu brizge. Pri nekaterih brizgah ga sploh ni bilo možno odstraniti/odviti.
080537	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Artikel je neustrezen, saj v plastenki ne ostaja ustrezen podtlak med operacijo in je preveč tvegano, da se poruši stabilnost operacijskega posega.
080537	01	BIOKORP D.O.O.	Artikel je neustrezen, saj v plastenki ne ostaja ustrezen podtlak med operacijo in je preveč tvegano, da se poruši stabilnost operacijskega posega.
080700	02	INSPIRA D.O.O.	Artikel je neustrezen zaradi napačnega volumna. Zahtevali smo 325-350 ml, ponujeno 450 ml.
080701	03	SANOLABOR LJUBLJANA	Artikel je neustrezen, saj ni kompatibilen z aparatom. Aparat vrečke ne zazna.

20 Med.pripom., diag. in blago široke potrošnje 2026-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 002 Medicinski pripomočki			
080032	01	MINAMED	Artikel je neustrezen zaradi slabše mehanske stabilnosti, slabše resorpcije in slabše stavlnosti v sproščanju antibiotika iz gobice. Drugačna sestava kolagenskih vlaken, ki ni ustrezna.
080295	01	IRIS D.O.O.	Artikel je neustrezen zaradi počasnega zamrzovanja tkiva. Rezanje primerno tankih tkivnih rezin je oteženo.
080548	02	LENIS d.o.o.	Artikel je neustrezen, saj ne ustreza zahtevanemu volumnu.
080549	01	LENIS d.o.o.	Artikel je neustrezen, saj se embalaža slabo odpira, papir se zatrga, kar ni ustrezno pri sterilnem pakiranju. Plastični del se neugodno odlomi, pokrovček nekontrolirano odleti po prostoru. Težje rokovanje pri nastavljanju TUKa pri moškem, večja možnost kontaminacije sterilnega polja.
080705	01	MINAMED	Artikel je neustrezen, saj gobica ni samolepilna in zahteva dodatne kirurške postopke šivanja in pričvrstitev gobice, kar po nepotrebem podaljša čas operacije in izpostavljenost bolnika anesteziji.
080706	01	MINAMED	Artikel je neustrezen, saj zahteva dodatne kirurške postopke šivanja in pričvrstitev gobice, kar po nepotrebem podaljša čas operacije in izpostavljenost bolnika anesteziji.
107091	01	CARDIO D.O.O.	Artikel je neustrezen zaradi zamudnega rokovanja, saj so potrebni dodatni koraki - odstranjevanje zaščitne pregrade, privijanje zgornje kapsule.
110307	01	CARDIO D.O.O.	Artikel je neustrezen zaradi zamudnega rokovanja, saj so potrebni dodatni koraki - odstranjevanje zaščitne pregrade, vstavljanje zaščite, da vzorec ne odplava, privijanje zgornje kapsule.
110307	01	PHARMAMED-MADO d.o.o.	Artikel je neustrezen, ker se lahko preparat zatakne na sredinski stebriček in se ob zapiranju in predrtju aluminjaste folije preparat lahko poškoduje.

20 Med.pripom., diag. in blago široke potrošnje 2026-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 003 Diagnostika invitro			
080349	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Artikel je neustrezen, saj je za odčitavanje rezultata potrebna dodatna naprava, ki ni priložena.
080753	01	MIKRO POLO	Artikel je neustrezen, saj ne ustreza zahtevanim kriterijem. Ponujeni test zaznava le konazepam. Naročnik je zahteval širši spekter benzodiazepinov.

20 Med.pripom., diag. in blago široke potrošnje 2026-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 004 Testi in indikatorji			
080310	03	MIKRO POLO	Artikel ni kompatibilen s pH metrom.
080311	03	MIKRO POLO	Artikel ni kompatibilen s pH metrom.
080366	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Artikel je neustrezen, saj ni priložen inkubator za ampule.
080367	01	IRIS D.O.O.	Artikel je neustrezen, saj indikator ni samolepilen.
080369	01	TREND MEDIKAL	Artikel je neustrezen, saj je lepilo preslabo. Ko indikator zalepimo v dokumentacijo odpade. Težko se odlepi od podlage, saj ni zavihka.
080370	01	FORMADENT d.o.o.	Artikel je neustrezen zaradi slabe obarvanosti po sterilizaciji.
080371	01	MEDITRADE D.O.O.	Artikel je neustrezen, saj je le-ta preširok in ga ni možno zalepiti na obrazec, ker prikrije ostale podatke na papirju. Naročnik uporablja PCD napravo za ozke indikatorje.
080371	01	MEDINOVA D.O.O.	Artikel je neustrezen, saj je le-ta preširok in ga ni možno zalepiti na obrazec, ker prikrije ostale podatke na papirju. Naročnik uporablja PCD napravo za ozke indikatorje.
080371	01	FORMADENT d.o.o.	Artikel je neustrezen, saj je le-ta preširok in ga ni možno zalepiti na obrazec, ker prikrije ostale podatke na papirju. Naročnik uporablja PCD napravo za ozke indikatorje.
080371	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Artikel je neustrezen, saj je le-ta preširok in ga ni možno zalepiti na obrazec, ker prikrije ostale podatke na papirju. Naročnik uporablja PCD napravo za ozke indikatorje.
080371	01	TREND MEDIKAL	Artikel je neustrezen, saj je lepilo preslabo. Ko indikator zalepimo v dokumentacijo odpade. Težko se odlepi od podlage, saj ni zavihka.
080375	01	IRIS D.O.O.	Artikel je neustrezen, saj indikatorju ni priložen primeren kovinski nosilec.
080378	01	MEDITRADE D.O.O.	Artikel je neustrezen, saj indikator ni samolepilen.
080378	01	MEDINOVA D.O.O.	Artikel je neustrezen, saj se ne obarva. Artikel ni samolepilen.
080378	01	SAN.KO.M. D.O.O.	Artikel je neustrezen, saj indikator ni samolepilen.
080378	01	IRIS D.O.O.	Artikel je neustrezen, saj indikator ni samolepilen.
080378	01	SPES D.O.O.	Artikel je neustrezen, saj indikator ni samolepilen.
080522	01	TREND MEDIKAL	Artikel je neustrezen, saj indikator ni samolepilen.
080522	01	IRIS D.O.O.	Artikel je neustrezen, saj indikator ni samolepilen.
080522	01	SPES D.O.O.	Artikel je neustrezen, saj indikator ni samolepilen.

20 Med.pripom., diag. in blago široke potrošnje 2026-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 005 Blago široke potrošnje

080402	01	VALENCIA STOMA - MEDICAL	Artikel je neustrezen, saj ne odstranijo lepilnih trakov. Potrebno je veliko močnejše drgnjenje, kar pušča sledi.
080551	01	INTERPART D.O.O.	Artikel je neustrezen, saj je gobica premajhna in slabo pritrjena. Možnost aspiracije.
080713	01	KEMOFARMACIJA LJUBLJANA	Artikel ne ustreza zahtevanemu oziroma namenu uporabe. Zahtevana uporaba na nos, ponujena uporaba za uho.

--

20 Med.pripom., diag. in blago široke potrošnje 2026-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 006 Med. pripom. za otroški in porodni oddelek

010702	25	AMS MEDING D.O.O.	Manjka Specifikacija ponudb s cenami v pdf. formatu.
080269	25	AMS MEDING D.O.O.	Manjka Specifikacija ponudb s cenami v pdf. formatu.
080319	25	AMS MEDING D.O.O.	Manjka Specifikacija ponudb s cenami v pdf. formatu.
080322	25	AMS MEDING D.O.O.	Manjka Specifikacija ponudb s cenami v pdf. formatu.
080324	25	AMS MEDING D.O.O.	Manjka Specifikacija ponudb s cenami v pdf. formatu.
080325	25	AMS MEDING D.O.O.	Manjka Specifikacija ponudb s cenami v pdf. formatu.
080758	25	AMS MEDING D.O.O.	Manjka Specifikacija ponudb s cenami v pdf. formatu.

--

20 Med.pripom., diag. in blago široke potrošnje 2026-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 008 Igle za inzulin			
080056	01	VENOFARMACIJA	Artikel je neustrezen, saj igla nima zahtevanega avtomatskega varnostnega zaklepa.
080286	06	VENOFARMACIJA	Artikel je neustrezen, saj ne ustreza zahtevani dimenziji.

20 Med.pripom., diag. in blago široke potrošnje 2026-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 009 Med. pripom. za okulistiko, očesni pripravki

080305	02	SI-MED d.o.o.	Artikel je neustrezen, saj ne ustreza zahtevanemu volumnu.
080307	02	BIOKORP D.O.O.	Artikel je neustrezen, saj ne ustreza zahtevanemu volumnu.
080307	02	SI-MED d.o.o.	Artikel je neustrezen, saj ne ustreza zahtevanemu volumnu.
080729	01	SALUS VELETRGOVINA d.o.o.	Artikel je neustrezen, saj ne ustreza zahtevani sestavi. Napačna jakost natrijevega klorida in natrijevega hialuronata.

--

20 Med.pripom., diag. in blago široke potrošnje 2026-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 010 Med. pripom. za ginekološke oddelke			
080297	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Artikel je neustrezen, saj je lopatica predebela. Težko rokovanje.
080309	01	TOSAMA d.o.o.	Artikel je neustrezen, saj je prevleka preveč lepljiva in pušča mastno sled na rokah. Težko rokovanje, ker polzi iz rok.
080323	01	ADVAMED d.o.o.	Artikel je neustrezen, saj je ščetka predebela in pregroba. Odvzem brisa povzroča nepotrebno bolečino.

20 Med.pripom., diag. in blago široke potrošnje 2026-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 011 Nega in zaščita kože			
080719	01	IRIS D.O.O.	Artikel je neustrezen, saj ne ustreza zahtevani sestavi. Ne vsebuje cinkovega oksida.
080719	01	TOSAMA d.o.o.	Artikel je neustrezen, saj ne ustreza zahtevani sestavi. Artikel ne vsebuje vitamina E.

20 Med.pripom., diag. in blago široke potrošnje 2026-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 012 Medicinski pripomočki za stome

080762	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Artikel je neustrezen, saj ni primeren za nanos na macerirano kožo.
080764	01	KEMOFARMACIJA LJUBLJANA	Artikel je neustrezen, saj se okoli stome nabira vlažna plast. Koža kaže prve znake maceracije.
080764	01	VALENCIA STOMA - MEDICAL	Artikel je neustrezen zaradi neustrezne debeline. Naročnik je zahteval debelino 4,2 mm, ponujena debelina 4 mm.
080765	01	VALENCIA STOMA - MEDICAL	Artikel je neustrezen zaradi neustrezne debeline. Naročnik je zahteval debelino 2,8 mm, ponujena debelina 3 mm.