

Številka: 460-13(809013)/2025-4
Datum: 23.02.2026

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA KARDIOLOGIJO“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 02.02.2026, številka objave JN000628/2026-EUe16/01 in v Uradnem listu EU, datum objave 02.02.2026, številka objave 72032-2026 naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Naročnik pod točko 2. 11 Tehnične specifikacije navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, dodaja novo zahtevo, ki glasi:

Dobavljeno blago mora imeti ob dobavi zagotovljen rok sterilnosti najmanj 6 mesecev.

2. Naročnik iz dokumenta »Priloga k specifikaciji zahtev naročnika« umika idente 920025, 920026, 920085 in 920098 iz Skupine 07 - Balonski katetri.
3. Naročnik iz dokumenta »Priloga k specifikaciji zahtev naročnika« umika tehnične zahteve, navedene za ident 920017.
4. Naročnik za ident 920016, Skupine 02 - DIAGNOSTIČNI KORONARNI KATETRI, umika zahtevo po katetru dimenzije 4F.

Tehnične zahteve sedaj glasijo:

Ident 920016: Diagnostični koronarni kateter - oblikovno zelo stabilen
Vse oblike katetrov v 5F, 6F in 7F:

a) Zagotavljati mora vse opisane oblike :

- Pig-tail katetri - običajni (ravni) in 145 ° - dolžine 110 mm,
- levi + desni Judgkins obeh presekov, velikosti 3, 5, 6,
- levi Judgkins tudi s stranskimi luknjami -side holes,
- vse kot zgoraj tudi s kratko konico -short tip,
- Amplatz levi 1 - 3,
- Amplatz desni 1 - 2 (oboje tudi s stranskimi luknjami-side holes),
- Multi purpose,
- kateter za arterio mamario interno,
- vsi selektivni diagnostični katetri v različnih dolžinah,
- standardni Judgkinsovi katetri JL, JR, pigtail,

b) notranje svetline:

- 5F - 0.047",
- 6F - 0.057" vzdolž katetra, 0.057" na konici selektivnih oblik, 0.042" na konici pigtail,

- c) dolžine katetrov:
 - 5F selektivni: 65 cm, 80 cm, 100 cm, 125 cm,
 - 6F selektivni: 80 cm, 100 cm, 125 cm,
 - 5F, 6F pigtail: 110 cm,
- d) kompatibilnost vodilne žice: 0.038",
- e) največji dopustni injekcijski tlaki: 1200 psi,
- f) koti pigtailov: običajni (ravni), 145°, 155°,
- g) selektivni 5F imajo lahko 2 stranski luknji, pigtaili pa 6 ali 8.

5. Naročnik spreminja oz. dopolnjuje naziv pri sledečih identih:

- **ident 920083**

Čvrsta vodilna žica za pasažo stenotične aortne zaklopke, žica iz nerjavečega jekla prekrita s TFE prevleko z zlatim radiopačnim vrhom za posebno zahtevne interventne procedure, dolžine 260 cm in 300 cm, debeline 0.035", s 4 cm fleksibilnim vrhom, 15 cm spiralnim distalnim delom, ravna, zavita radij 7.5 mm in dvojno zavita (double-curve) radij 75/15 mm.

tako, da ta sedaj glasi:

Čvrsta vodilna žica za pasažo stenotične aortne zaklopke, žica iz nerjavečega jekla prekrita s TFE prevleko z zlatim radiopačnim vrhom za posebno zahtevne interventne procedure, dolžine 260 cm in 300 cm, debeline 0.035", s 4 cm fleksibilnim vrhom, **11 cm** spiralnim distalnim delom, ravna, zavita radij 7.5 mm in dvojno zavita (double-curve) radij 75/15 mm.

- **ident 900706**

PTCA vodilna delovna žica za enostavne in zahtevnejše žile (razvejitve, multiple lezije, tortuozne), iz nerjavečega jekla, s kompozitnim jedrom, premera 0.014", dolžine 180 cm in 300 cm, distalni del žice hidrofilen v dolžini 18.5 cm z izjemo atravmatične, hidrofobne konice v dolžini 1.5 cm, shaft prekrit s PTFE, konica žice ravna in J, trdote 0.5 g, radiopačni vrh v dolžini 3 cm.

tako, da ta sedaj glasi:

PTCA vodilna delovna žica za enostavne in zahtevnejše žile (razvejitve, multiple lezije, tortuozne), iz nerjavečega jekla, s kompozitnim jedrom, premera 0.014", dolžine **190 cm** in 300 cm, distalni del žice hidrofilen v dolžini 18.5 cm z izjemo atravmatične, hidrofobne konice v dolžini 1.5 cm, shaft prekrit s PTFE, konica žice ravna in J, trdote 0.5 g, radiopačni vrh v dolžini 3 cm.

- **ident 920057**

Vodilna žica dolžine 260 cm, super stiff

tako, da ta sedaj glasi:

Vodilna žica dolžine 260 cm, **debeline 0,035"**, super stiff.

Naročnik na portalu javnih naročil in na svoji spletni strani <https://www.ukcmb.si/obvestila/javna-narocila/> objavlja spremembo, vsled temu je le ta sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jo prosim upoštevajte pri pripravi ponudbe.

Služba za nabavo zdr. mat.in storitev

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor