

Številka: JN28/2025-1

Datum: 26. 2. 2026

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 z vsemi spremembami: v nadaljevanju besedila: ZJN-3) in objavljenega obvestila o javnem naročilu na portalu javnih naročil, objavljenem dne 17.10.2025 pod številko objave JN008221/2025-EUe16/01 in na Portalu TED pod številko objave 685828-2025 z dne 17.10.2025 ter odločitve o oddaji javnega naročila pod št. JN28/2025 z dne 16.2.2026, ki je bila objavljena na portalu javnih naročil, dne 17.2.2026, izdajam

DELNO SPREMEMBO ODLOČITVE O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

- **Artikel pod zap. št. 318**

Naročnik je po ponovnem pregledu ponudbe ponudnika KEFO d.o.o. ugotovil, da je njegova ponudba za artikel pod zap. št. 318 nedopustna, ker ponujena vrsta blaga ne izpolnjuje tehničnih zahtev v dimenzijah in obliki opornice – nima ustreznih premerov in konusne oblike -7 mm x 30 mm (ravna) oz. 8-6 mm x 40 mm, 9-7 mm, 10-8 mm x 40 mm (tapered).

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **MARK MEDICAL trgovina in storitve, d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se **ne** sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **KEFO, kemija in farmacija, d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana, 1231 Ljubljana–Črnuče.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene kupoprodajna pogodba s ponudnikom:

- **MARK MEDICAL trgovina in storitve, d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana.**

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.

- **Artikel pod zap. št. 141**

Naročnik je po ponovnem pregledu ponudbe ponudnika THOMY F.E. d.o.o. ugotovil, da je njegova ponudba za artikel pod zap. št. 141 nedopustna, ker ponujena vrsta blaga PTA kateter



za dilatacijo lezij v renalnih, ilijačnih, femoralnih, poplitealnih in infrapoplitealnih arterij na sistemu OTW, semikomplianten, s hitro deflacijo, ne kinka, primeren za cross-over tehniko, skladen z vodilno žico 0,035 inch in 5 in 6 F uvajalom odvisno od velikosti balona, premeri balona od 3 do 12 mm, dolžine od 20 do 200 mm, kateter z dvojnimi lumnami dolžine 80, 140, 170 in 200 cm, RBP od 13 do 20 atm glede na velikost balona, nominalni tlak od 6 do 7 atm, prekrit z lubriciranim silikonskim premazom in dvema Pt/Ir markerjema ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika, ki je zahteval PTA kateter za dilatacijo lezij v renalnih, iliačnih, femoralnih, poplitealnih, tibialnih, peronealnih arterijah, na sistemu OTW. Skladen z vodilno žico 0.035" in 5F-7F uvajalom, odvisno od velikosti. Premeri balonov od 3 do 14mm, dolžine od 20 do 250mm, kateter z dvojnimi lumnami dolžine 80cm in 135cm. RBP 7-28atm, glede na velikost balona. S hidrofobno prevleko na balonu in zunanji ter notranji lumnami katetra. Večplastna Cross-Flex tehnologija balona omogoča hitro deflacijo in nizek profil.

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **MARK MEDICAL trgovina in storitve, d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se **ne** sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Brodišče 24, 1236 Trzin.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene kupoprodajna pogodba s ponudnikom:

- **MARK MEDICAL trgovina in storitve, d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana.**

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.

- **Artikel pod zap. št. 187**

Naročnik je po ponovnem pregledu ponudbe ponudnika THOMY F.E. d.o.o. ugotovil, da je njegova ponudba za artikel pod zap. št. 187 nedopustna, ker ponujen artikel ne ustreza v delu same sestave tehnologije balona, saj ima na površini balona spiralno navito žico in ne integriranih vzdolžnih kovinskih reber kot je to bilo zahtevano.

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **MARK MEDICAL trgovina in storitve, d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana.**



Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se **ne** sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Brodišče 24, 1236 Trzin.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene kupoprodajna pogodba s ponudnikom:

- **MARK MEDICAL trgovina in storitve, d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana.**

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.

- **Artikel pod zap. št. 105**

Naročnik je po ponovnem pregledu ponudbe ponudnika KEFO d.o.o. ugotovil, da je njegova ponudba za artikel pod zap. št. 105 nedopustna, ker ponujena žica ne ustreza tehničnim zahtevam v dolžini žice 180 namesto 190cm, v tipu coilov (zlati, ne platinasti), tipu prevleke za zmanjšanje trenje (hydrophilic M Coat, namesto microglide hidrofozna prevleka),

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **MARK MEDICAL trgovina in storitve, d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se **ne** sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **KEFO, kemija in farmacija, d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana, 1231 Ljubljana-Črnuče.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene kupoprodajna pogodba s ponudnikom:

- **MARK MEDICAL trgovina in storitve, d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana.**

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.



- **Artikel pod zap. št. 316**

Naročnik je po ponovnem pregledu ponudbe ponudnika KEFO d.o.o. ugotovil, da je njegova ponudba za artikel pod zap. št. 316 nedopustna, ker ponujena žica ne ustreza tehničnim zahtevam v dolžini žice 180 namesto 190cm, v materialu, ker je kombinacija nitinola in jekla (ne samo ojačanega jekla, v radiopačnosti konice (2cm, ne 3cm)).

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **MARK MEDICAL trgovina in storitve, d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se **ne** sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **KEFO, kemija in farmacija, d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana, 1231 Ljubljana-Črnuče.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene kupoprodajna pogodba s ponudnikom:

- **MARK MEDICAL trgovina in storitve, d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana.**

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.

- **Artikla pod zap. št. 139 in 140**

Naročnik je po ponovnem pregledu ponudbe ponudnika KEFO d.o.o. ugotovil, da je njegova ponudba za artikla pod zap. št. 139 in 140 nedopustna, ker ponujen artikel ne obstaja v velikosti skladnosti z žico 0.014" (zaporedna št. 139) in velikosti skladnosti z žico 0.018" (zaporedna št. 140), ampak samo METACROSS OTW skladen z žico 0,035".

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene okvirni sporazum s ponudnikoma:

- **MARK MEDICAL trgovina in storitve, d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana,**
- **THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Brodišče 24, 1236 Trzin.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se **ne** sklene okvirni sporazum s ponudnikom:



- **KEFO, kemija in farmacija, d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana, 1231 Ljubljana–Črnuče.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2028 se sklene kupoprodajna pogodba s ponudnikom:

- **THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Brodišče 24, 1236 Trzin.**

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.

- **Artikel pod zap. št. 2**

Naročnik je po ponovnem pregledu ponudbe ponudnika MEDITRADE d.o.o. ugotovil, da je njegova ponudba za artikel pod zap. št. 2 nedopustna, ker ni ponudil ustrezne sterilne RTG zaščite zahtevanega premera 100cm x 150cm ampak sterilno zaščito dimenzije 107cm x 165cm, ki ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika.

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **MEDICAL INTERTRADE, d.o.o., promet z zdravili in sanitetnim materialom, Brodišče 12, 1236 Trzin in**
- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se **ne** sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **MEDITRADE, Podjetje za zunajo in notranjo trgovino, d.o.o., Brnčičeva ulica 17B, Ljubljana, 1231 Ljubljana – Črnuče.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2028 se sklene kupoprodajna pogodba s ponudnikom:

- **MEDICAL INTERTRADE, d.o.o., promet z zdravili in sanitetnim materialom, Brodišče 12, 1236 Trzin**

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.



- **Artikel pod zap. št. 3**

Naročnik je po ponovnem pregledu ponudbe ponudnika MEDITRADE d.o.o. ugotovil, da je njegova ponudba za artikel pod zap. št. 3 nedopustna, ker ni ponudil ustrezne sterilne RTG zaščite zahtevanega premera 100cm x 100cm ampak sterilno zaščito dimenzije 102cm x 102cm, ki ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika.

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **MEDICAL INTERTRADE, d.o.o., promet z zdravili in sanitetnim materialom, Brodišče 12, 1236 Trzin in**
- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se **ne** sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **MEDITRADE, Podjetje za zunajo in notranjo trgovino, d.o.o., Brnčičeva ulica 17B, Ljubljana, 1231 Ljubljana – Črnuče.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2028 se sklene kupoprodajna pogodba s ponudnikom:

- **MEDICAL INTERTRADE, d.o.o., promet z zdravili in sanitetnim materialom, Brodišče 12, 1236 Trzin**

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.

- **Artikel pod zap. št. 17**

Naročnik je po ponovnem pregledu ponudbe ponudnika CARDIO MEDICAL d.o.o. ugotovil, da je njegova ponudba za artikel pod zap. št. 17 nedopustna, saj ni ponudil ustreznega žilnega uvajala, ki ga razpisuje naročnik. Ponujen artikel nima žilnega uvajala tipa Ansel, nima zahtevanih krivin raven, multipurpose in renal double, nima dolžine 45cm in zlatega radiopačnega markerja.

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se **ne** sklene okvirni sporazum s ponudnikom:



- **CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o., Špruha 1, 1236 Trzin**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene kupoprodajna pogodba s ponudnikom:

- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin.**

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.

- **Artikel pod zap. št. 23**

Naročnik je po ponovnem pregledu ponudbe ponudnika ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o. ugotovil, da je njegova ponudba za artikel pod zap. št. 23 nedopustna, saj ne ponuja mikropunkcijskega uvajalnega seta brez prehoda, ki ga zahteva naročnik.

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se **ne** sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE, trgovina in storitve, d.o.o., Celjska cesta 47, 3252 Rogatec**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene kupoprodajna pogodba s ponudnikom:

- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin.**

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.

- **Artikel pod zap. št. 58**

Naročnik je po ponovnem pregledu ponudbe ponudnika CARDIO MEDICAL d.o.o., ugotovil, da je njegova ponudba za artikel pod zap. št. 58 nedopustna, saj ni ponudil ustrezne žice za CTO, ki jo razpisuje naročnik. Ponujen artikel nima žice za CTO, ki je distalno ošiljena 18cm, floppy vrh 10cm. Prav tako nima vrha gramature 6g in 25g ter dolžine 190cm.



Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se **ne** sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o., Špruha 1, 1236 Trzin**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene kupoprodajna pogodba s ponudnikom:

- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin.**

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.

- **Artikel pod zap. št. 118**

Naročnik je po ponovnem pregledu ponudbe ponudnika KEFO d.o.o., ugotovil, da je njegova ponudba za artikel pod zap. št. 118 nedopustna, saj ni ponudil ustreznega podpornega katetra. Ponujeni artikel nima debeline 2.3F, nima zahtevanih krivin ANG, ANG2 in DAV ter radioplačne markerje na konici in na distalnih 5, 10 in 15cm.

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se **ne** sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **KEFO, kemija in farmacija, d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana, 1231 Ljubljana-Črnuče**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene kupoprodajna pogodba s ponudnikom:

- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin.**

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.



- **Artikel pod zap. št. 154**

Naročnik je po ponovnem pregledu ponudbe ponudnika ORIANA d.o.o., ugotovil, da je njegova ponudba za artikel pod zap. št. 154 nedopustna, saj ni ponudil ustreznega PTA balonskega katetra. Ponujeni artikel nima premera balona 2-10mm ampak ima 3-8mm, nima dolžine balona 20-100mm ampak 10-60mm, nima katetrskega sistema 150cm in nima pliaform strukture. Prav tako ima RBP 15-18atm in ne do 14atm kot zahtevano ter nima D oblike lumna za hitro inflacijo in deflacijo.

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se **ne** sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **ORIANA, podjetje za trgovino uvoz – izvoz, d.o.o., Slomškova ulica 2, 3252 Rogatec,**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene kupoprodajna pogodba s ponudnikom:

- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin.**

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.

- **Artikel pod zap. št. 250**

Naročnik je po ponovnem pregledu ponudbe ponudnika CARDIO MEDICAL d.o.o., ugotovil, da je njegova ponudba za artikel pod zap. št. 250 nedopustna, saj ni ponudil katetra za ponovni vstop v pravi lumen arterije. Ponujeni artikel nima katetra 2.9F in 4F kot zahtevano ampak kateter dimenzije 6F. Prav tako nima igle z rotacijo 360 stopinj kot zahtevano.

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se **ne** sklene okvirni sporazum s ponudnikom:



- **CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o., Špruha 1, 1236 Trzin**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene kupoprodajna pogodba s ponudnikom:

- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin.**

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.

- **Artikel pod zap. št. 265**

Naročnik je po ponovnem pregledu ponudbe ponudnika CARDIO MEDICAL d.o.o., ugotovil, da je njegova ponudba za artikel pod zap. št. 265 nedopustna, saj ne ponuja ustrezne rotacijske aterektomijske in trombektomijske naprave. Izbrani ponudnik nima koaksialnega katetra in sistema z razširljivim krilcem iz nitinola. Prav tako ponujeni sistem ni dolžine 50cm, 70cm in 95cm kot zahtevano ampak dolžine 85cm, 110cm in 135cm.

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se **ne** sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o., Špruha 1, 1236 Trzin**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene kupoprodajna pogodba s ponudnikom:

- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin.**

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.

- **Artikel pod zap. št. 334**

Naročnik je po ponovnem pregledu ponudbe ponudnika MEDTRONIC d.o.o., ugotovil, da je njegova ponudba za artikel pod zap. št. 334 nedopustna, saj ni ponudil ustreznega uvajala. Ponujeni artikel nima hidrofilnega dela dolžine od 28cm, nima dolžine uvajala 25cm in 40cm temveč dolžini 28cm in 64cm.

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene okvirni sporazum s ponudnikoma:



- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin in**
- **PRO-GEM svetovanje, marketing, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se **ne** sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **MEDTRONIC, trgovina z medicinsko tehnologijo in opremo d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2028 se sklene kupoprodajna pogodba s ponudnikom:

- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin.**

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.

- **Artikel pod zap. št. 335**

Naročnik je po ponovnem pregledu ponudbe ponudnika MEDTRONIC d.o.o., ugotovil, da je njegova ponudba za artikel pod zap. št. 335 nedopustna, saj ni ponudil ustreznega balonskega katetra za začasno okluzijo velikih zil. Izbrani ponudnik nima zahtevanega katetra premera 9F ampak 8F, nima zahtevane dolžine 120cm ampak 100cm, prav tako ne ponuja balonski kateter premera 10F kot zahtevano.

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se **ne** sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **MEDTRONIC, trgovina z medicinsko tehnologijo in opremo d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene kupoprodajna pogodba s ponudnikom:

- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin.**

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.



- **Artikel pod zap. št. 357**

Naročnik je po ponovnem pregledu ponudbe ponudnika ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o. ugotovil, da je njegova ponudba za artikel pod zap. št. 357 nedopustna, saj ni ponudil ustrezne večnamenske drenaže. Ponujeni artikel nima drenažnega katetra velikosti 10.2F kot zahtevano temveč 10F, in nima dolžine 45cm temveč 40cm. Prav tako drenažni kateter ni izdelan iz Ultrathane materiala, nima Mac-Lock zaklepne mehanizma in nima 6 stranskih odprtih kot zahtevano.

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se **ne** sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE, trgovina in storitve, d.o.o., Celjska cesta 47, 3252 Rogatec**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene kupoprodajna pogodba s ponudnikom:

- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin.**

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.

- **Artikel pod zap. št. 358**

Naročnik je po ponovnem pregledu ponudbe ponudnika ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o. ugotovil, da je njegova ponudba za artikel pod zap. št. 358 nedopustna, saj ni ponudil ustrezne zunanje - notranje drenaže žolca. Ponujeni artikel nima drenažnega katetra, ki je izdelan iz Ultrathane materiala, nima Mac-Lock zaklepne mehanizma in nima 32 stranskih odprtih kot zahtevano temveč 18. Prav tako nima drenažnega katetra velikosti 10.2F kot zahtevano temveč 10F.

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin.**



Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se **ne** sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE, trgovina in storitve, d.o.o., Celjska cesta 47, 3252 Rogatec**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene kupoprodajna pogodba s ponudnikom:

- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin.**

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.

- **Artikel pod zap. št. 369**

Naročnik je po ponovnem pregledu ponudb za artikel pod zap. št. 369 ugotovil, da je prišlo pri razvrstitvi ponudb do administrativne napake. Ponudba ponudnika ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o. je bila označena kot ekonomsko najugodnejša, dejansko pa je ekonomsko najugodnejšo ponudbo oddal ponudnik MEDINOVA d.o.o.

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene okvirni sporazum s ponudniki:

- **ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE, trgovina in storitve, d.o.o., Celjska cesta 47, 3252 Rogatec,**
- **CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o., Špruha 1, 1236 Trzin in**
- **MEDINOVA zastopstva in trgovina d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2028 se sklene kupoprodajna pogodba s ponudnikom:

- **MEDINOVA zastopstva in trgovina d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik.**

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.

- **Artikel pod zap. št. 9**

Naročnik je po ponovnem pregledu ponudb za artikel pod zap. št. 9 ugotovil, da je prišlo pri razvrstitvi ponudb do administrativne napake. Ponudba ponudnika ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o. je bila označena kot ekonomsko najugodnejša, dejansko pa je ekonomsko najugodnejšo ponudbo oddal ponudnik MEDINOVA d.o.o.

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene okvirni sporazum s ponudniki:



- **ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE, trgovina in storitve, d.o.o., Celjska cesta 47, 3252 Rogatec,**
- **CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o., Špruha 1, 1236 Trzin in**
- **MEDINOVA zastopstva in trgovina d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2028 se sklene kupoprodajna pogodba s ponudnikom:

- **MEDINOVA zastopstva in trgovina d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik.**

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.

- **Artikel pod zap. št. 190**

Naročnik je ob ponovnem pregledu ponudb za artikel pod zaporedno št. 190 ugotovil, da pri ponudbi ponudnika MEDTRONIC d.o.o. ni izrecno navedel, ali je ta dopustna. Po dodatni preveritvi naročnik pojasnjuje, da je ponudba ponudnika dopustna.

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene okvirni sporazum s ponudniki:

- **MEDTRONIC, trgovina z medicinsko tehnologijo in opremo d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana,**
- **CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o., Špruha 1, 1236 Trzin in**
- **KEFO, kemija in farmacija, d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana, 1231 Ljubljana–Črnuče**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2028 se sklene kupoprodajna pogodba s ponudnikom:

- **MEDTRONIC, trgovina z medicinsko tehnologijo in opremo d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana.**

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.

- **Artikel pod zap. št. 222**

Naročnik je po ponovnem pregledu ponudbe ponudnika MEDTRONIC d.o.o., ugotovil, da je njegova ponudba za artikel pod zap. št. 222 nedopustna, saj je ponudil vensko žilno opornico, ki nima zahtevanega dovodnega sistema z »anti-jump« tehniko postavitve. Prav tako ponudnik Medtronic d.o.o., ponuja 9F vensko žilno opornico, dolžine 90cm, čeprav naročnik zahteva 10F vensko žilno opornico, dolžine 100cm.



Naročnik za artikel pod zap. št. 222 ne bo sklenil okvirnega sporazuma in pogodbe, saj ni prejel dopustne ponudbe.

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.

- **Artikel pod zap. št. 223**

Naročnik je po ponovnem pregledu ponudbe ponudnika MEDTRONIC d.o.o., ugotovil, da je njegova ponudba za artikel pod zap. št. 223 nedopustna, saj je ponudil vensko žilno opornico, ki ni poševno rezana na enem koncu kot zahtevano in nima zahtevanega dovodnega sistema z »anti-jump« tehniko postavitve. Prav tako ponudnik Medtronic d.o.o., ponuja 9F vensko žilno opornico, dolžine 90cm, čeprav naročnik zahteva 10F vensko žilno opornico, dolžine 100cm.

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Brodišče 24, 1236 Trzin.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se **ne** sklene okvirni sporazum s ponudnikom:

- **MEDTRONIC, trgovina z medicinsko tehnologijo in opremo d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana.**

Za obdobje, ki bo trajalo od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030 se sklene kupoprodajna pogodba s ponudnikom:

- **THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Brodišče 24, 1236 Trzin.**

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.

- **Artikli pod zap. št. 43, 158, 226 in 259**

Naročnik je ob ponovnem pregledu ponudb za artikle pod zaporednimi številkami 43, 158, 226 in 259 ugotovil, da je pri navedenih izbranih ponudnikih pomotoma napačno zapisal obdobje izvajanja pogodbe.

Naročnik pojasnjuje, da bo z izbranimi ponudniki sklenil kupoprodajne pogodbe za obdobje dveh let kot je to razvidno iz priloge k tej delni spremembi odločitve o oddaji javnega naročila.

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.



- **Artikel pod zap. št. 41**

Naročnik je ob ponovnem pregledu ponudb za artikel pod zap. št. 41 ugotovil, da je pri izbranem ponudniku KEFO d.o.o. pomotoma napačno zapisal obdobje izvajanja pogodbe.

Naročnik pojasnjuje, da bo z izbranim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za obdobje štirih let kot je to razvidno iz priloge k tej delni spremembi odločitve o oddaji javnega naročila.

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.

- **Artikel pod zap. št. 132**

Naročnik je ob ponovnem pregledu ponudb za artikel pod zap. št. 132 ugotovil, da je ponudba ponudnika CARDIO MEDICAL d.o.o. četrta najugodnejša, zato s ponudnikom ne bo sklenil okvirnega sporazuma. Skladno z obvestilom o javnem naročilu (poglavje C.2.12.1 Okvirni sporazum) in postavljenim merilom bo naročnik sklenil okvirne sporazume z največ tremi ekonomsko najugodnejšimi ponudniki za vsak posamezni artikel.

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.

- **Artikel pod zap. št. 248 in 249**

Naročnik je ob ponovnem pregledu ponudb za artikla pod zap. št. 248 in 249 ugotovil, da je pri izbranem ponudniku pomotoma napačno zapisal obdobje izvajanja pogodbe.

Naročnik pojasnjuje, da bo z izbranim ponudnikom THOMY F.E. d.o.o. sklenil kupoprodajno pogodbo za obdobje dveh let kot je to razvidno iz priloge k tej delni spremembi odločitve o oddaji javnega naročila.

S tem je sprememba odločitve o oddaji javnega naročila obrazložena.

Naročnik obvešča vse ponudnike, da bo zaradi delne spremembe odločitve o oddaji javnega naročila z izvajanjem javnega naročila pričel v obdobju od 16. 3. 2026 do 15. 3. 2030.

Konkurenco za naslednje obdobje namerava naročnik predvidoma ponovno odpreti za artikle, za katere je prejel dve ali tri dopustne ponudbe, in sicer za obdobje od 16. 3. 2028 do 15. 3. 2030.

Izjema: za artikel pod zap. št. 381 bo naročnik oddal javno naročilo za obdobje od 1. 4. 2026 do 15. 3. 2030 (okvirni sporazum ter kupoprodajna pogodba).



Pravni pouk:

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, se vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave te odločitve.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper objavljeno odločitev plačati takso v višini 6.000,00 EUR za vsak sklop ter priložiti potrdilo o plačilu.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

<http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo>

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ali da ni bil vložen preko portala E-revizija, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Vodja službe za nabavo in javna naročila:

Tamara Gradinski



Direktor:

Roman L. Ratkai

Strokovni sodelavec:

Tilen Matiš



Poslano:

- arhiv, tu
- v objavo na portal javnih naročil

Priloga:

- Priloga 1 k odločitvi o oddaji JN_p1