

36 Laboratorijski material 2026 - 2029

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 004 Laboratorijski material za centrifugo Minispin - 100%

999467	03	KEMOMED D.O.O.	Ponujena epruveta plastična ni kompatibilna z obstoječo centrifugo.
999468	03	KEMOMED D.O.O.	Ponujena epruveta plastična ni kompatibilna z obstoječo centrifugo.

--

36 Laboratorijski material 2026 - 2029

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 005 Laboratorijski material za biokemijske preiskave urina - 100%

902110	01	LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK	Ponuja epruveta ima neustrezen FI.
902111	01	GOLIAS d.o.o.	Ponujen zamašek za epruveto je previsok.
902111	01	LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK	Ponujen zamašek za epruveto ima neustrezen FI.

--

36 Laboratorijski material 2026 - 2029

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 009 Laboratorijski material za obposteljni test za določanje krvne skupine

902671	01	AXON LAB d.o.o.	Ponujena kartica za obposteljni test je namenjena ustreznemu usposobljenemu kadru tj. laboratorijskim tehnikom in medicinskemu kadru. Glede na to, da bo kartica uporabljena za obposteljni test pri bolnikih, ki ga bo izvajalo osebje zdravstvene nege, ponujena kartica ne ustreza.
902671	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujena kartica za obposteljni test je namenjena ustreznemu usposobljenemu kadru tj. laboratorijskim tehnikom in medicinskemu kadru. Glede na to, da bo kartica uporabljena za obposteljni test pri bolnikih, ki ga bo izvajalo osebje zdravstvene nege, ponujena kartica ne ustreza.
902671	01	IRIS D.O.O.	Ponujena kartica za obposteljni test je namenjena ustreznemu usposobljenemu kadru tj. laboratorijskim tehnikom in medicinskemu kadru. Glede na to, da bo kartica uporabljena za obposteljni test pri bolnikih, ki ga bo izvajalo osebje zdravstvene nege, ponujena kartica ne ustreza.

36 Laboratorijski material 2026 - 2029

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 010 Pripomočki za odvzem krvi			
902128	01	VENOFARMACIJA	Ponujena varna lanceta za kapilarni odvzem krvi ni primerna za jemanje krvi iz prsta pri otrocih, saj je predebela.
902130	25	VENOFARMACIJA	Ponujena kataloška številka ni usklajena s proizvajalcem.
902132	25	VENOFARMACIJA	Proizvajalec ni usklajen s kataloško številko.
902132	25	LABOHEM D.O.O.	Proizvajalec ni usklajen s kataloško številko.
902132	01	LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK	Ponujena avtomatska sterilna lanceta za kapilarni odvzem krvi ima prevelik pritisk za prebod kože.
902133	01	IRIS D.O.O.	Ponujena epruveta plastična za vakuumski odvzem krvi ima neustrezen skupni volumen odvzema 2,7 ml.
902134	03	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujena epruveta plastična za vakuumski odvzem krvi ni kompatibilna z obstoječim analizatorjem, neustrezen zamašek.
902134	01	AKSIOS MED d.o.o.	Ponujena epruveta plastična za vakuumski odvzem vsebuje fluorid/edta in ne fluorid/oksalat.
902137	01	IRIS D.O.O.	Ponujena epruveta ni z Na-heparinom.
902138	01	VENOFARMACIJA	Ponujena epruveta plastična ni premera 8 mm in ima preširok zamašek.
902139	01	IRIS D.O.O.	Ponujena epruveta plastična ima neustrezen volumen.
902139	01	AKSIOS MED d.o.o.	Ponujena epruveta plastična ima neustrezen volumen.
902142	03	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujena epruveta plastična za vakuumski odvzem krvi ni kompatibilna z obstoječim analizatorjem, neustrezen zamašek.
902143	03	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujena epruveta plastična za vakuumski odvzem krvi ni kompatibilna z obstoječim analizatorjem, neustrezen zamašek.
902143	01	IRIS D.O.O.	Ponujena epruveta plastična za vakuumski odvzem krvi ni otroška in ima neustrezen volumen odvzema 3,5 ml.
902143	01	AKSIOS MED d.o.o.	Ponujena epruveta plastična za vakuumski odvzem krvi ima neustrezen volumen odvzema 3,5 ml.
902144	03	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujena epruveta plastična za vakuumski odvzem krvi ni kompatibilna z obstoječim analizatorjem, neustrezen zamašek.
902144	03	IRIS D.O.O.	Ponujena epruveta plastična za vakuumski odvzem krvi ni kompatibilna z obstoječim analizatorjem, neustrezen zamašek.
902144	03	AKSIOS MED d.o.o.	Ponujena epruveta plastična za vakuumski odvzem krvi ni kompatibilna z obstoječim analizatorjem, neustrezen zamašek.
902145	01	VENOFARMACIJA	Ponujena epruveta vakuumaska brez aditivov nima zamaška na zavoj.
902145	01	IRIS D.O.O.	Ponujena epruveta vakuumaska brez aditivov nima zamaška na zavoj.

36 Laboratorijski material 2026 - 2029

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
902145	01	AKSIOS MED d.o.o.	Ponujena epruveta vakuumška brez aditivov nima zamaška na zavoj.
902360	01	VENOFARMACIJA	Ponujen set za odvzem krvi nima igle, ki omogoča takojšnjo vizualizacijo krvi in stene igle niso stanjšane.
902360	01	IRIS D.O.O.	Pri ponujenem setu za odvzem krvi stene igle niso stanjšane.
902360	01	LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK	Ponujen set za odvzem krvi nima igle, ki omogoča takojšnjo vizualizacijo krvi in stene igle niso stanjšane.
902360	01	AKSIOS MED d.o.o.	Pri ponujenem setu za odvzem krvi stene igle niso stanjšane.
902363	01	IRIS D.O.O.	Pri ponujenem setu za odvzem krvi stene igle niso stanjšane.
902363	01	LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK	Ponuje set za odvzem krvi z metuljčkom in iglo nima varnostnega mehanizma.
902363	01	AKSIOS MED d.o.o.	Pri ponujenem setu za odvzem krvi stene igle niso stanjšane.
905009	01	VENOFARMACIJA	Ponujena epruveta za urin ima neustrezen volumen 9 ml.
905009	01	GOLIAS d.o.o.	Ponujena epruveta za urin ima neustrezen volumen 9 ml.
905009	01	LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK	Ponujena epruveta za urin ima konično dno, ki ne ustreza.
905040	01	IRIS D.O.O.	Ponujena epruveta plastična ima neustrezen volumen 9 ml.
905040	01	AKSIOS MED d.o.o.	Ponujena epruveta plastična ima neustrezen volumen 9 ml.
905085	03	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujena epruveta plastična za koagulacijo ni kompatibilna z vsemi analizatorji.
905085	03	IRIS D.O.O.	Ponujena epruveta plastična za koagulacijo ni kompatibilna z vsemi analizatorji.
905085	01	AKSIOS MED d.o.o.	Ponujena epruveta plastična ni vsebovala vakuma, odvzem krvi ni bil mogoč.
905131	01	MEDIASI d.o.o.	Ponujena igla za vakuumski odvzem ni 21G x 25 mm.
905132	06	MEDIASI d.o.o.	Ponujena igla za vakuumski odvzem ni 21G x 25 mm.
905132	06	LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK	Ponujena igla za vakuumski odvzem ni 21G x 25 mm.
905141	01	VENOFARMACIJA	Ponujena epruveta steklena ni brez gela.

--

36 Laboratorijski material 2026 - 2029

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 011 Laboratorijski potrošni material			
902147	01	VENOFARMACIJA	Ponujen nastavek za pipeto ni nevtralen ampak modre barve.
902147	01	GOLIAS d.o.o.	Ponujen nastavek za pipeto ima neustrezno dolžino in nima merilnih črtic, kar onemogoča vizualno kontrolo pravilnosti pipetiranja.
902147	01	MEREL D.O.O.	Ponujen nastavek za pipeto ne tesni, padajo iz pipetorja in pipetiranje ni mogoče. Nastavek je tudi neustrezne dolžine.
902147	03	PROMED D.O.O	Ponujen nastavek za pipete ni kompatibilen z obstoječimi pipetorji.
902147	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujen nastavek za pipeto ima neustrezno dolžino.
902147	01	LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK	Ponujen nastavek za pipeto ni nevtralne barve in nima podatka o kompatibilnosti s pipetami Biohit, Gilson, Socorex, Finnpiquette, Brand in Sarstedt.
902150	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujena palčka za bris nazofarinksa je mehka in jo težje uvajamo v nos.
902151	25	VENOFARMACIJA	Proizvajalec ni usklajen s kataloško številko.
902152	01	KEFO, KEMIJA IN FARMACIJA	Ponujen pladenj je prevelik.
902155	03	MEDILINE D.O.O.	Ponujena pipeta pasteur ima slabo vidno menzuro. Ni primerna za delo v histološkem laboratoriju.
902157	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujena žilna zažema brez lateksa za večkratno uporabo je premehka in preveč elastična. Pri odvzemu krvi premalo stisne roko.
902158	01	MEDIASI d.o.o.	Ponujene žilne zažeme ni možno odstraniti z eno roko, ostri robovi - trak, ki se zalepi.
902160	01	MEREL D.O.O.	Ponujena posodica za biološke vzorce ni posamično pakirana.
902172	01	MEDILINE D.O.O.	Ponujen nastavek za pipeto je samo do 1000 mikrolitrov.
902173	01	VENOFARMACIJA	Ponujeno stojalo za epruvete ima premajhno število mest (50).
902175	03	VENOFARMACIJA	Ponujen nastavek za pipeto ni kompatibilen z obstoječimi pipetorji. Nastavka ni možno izvleči s pritiskom na gumb.
902175	03	PROMED D.O.O	Ponujen nastavek za pipete ni kompatibilen z obstoječimi pipetorji.
902180	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujena ura laboratorijska nima magneta.
902184	01	VENOFARMACIJA	Ponujeno stojalo za epruvete je preveliko in premehko.
902218	06	VENOFARMACIJA	Ponujena vodoodporna folija ne ustreza zahtevani dolžini.
902218	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujena vodoodporna laboratorijska folija ne zapira, zalepi se na epruveto.

36 Laboratorijski material 2026 - 2029

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
902477	01	MEREL D.O.O.	Ponujena epruveta iz polistirena ima premajhen notranji premer, saj se vanjo ne more vstaviti cup s serumom ali plazmo.
902477	01	LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK	Ponujena epruveta PVC za centrifugiranje je preozka in previsoka. Avtomatska pipeta analizatorja nasede in se ustavi.
902481	01	LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK	Ponujen zamašek za epruveto je preširok in ne paše v nastavek od gama števca.
905035	01	VENOFARMACIJA	Ponujen parafilm je preširok in prekratek.
905035	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujen parafilm ne zapira, zalepi na epruveto.
905037	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujen urinometer nima steklenega valja.
905078	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujena posoda je preozka.

36 Laboratorijski material 2026 - 2029

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 012 Laboratorijska plastika in steklo

902192	01	PROMED D.O.O	Ponujena epruveta PS ima prevelik zamašek in ne omogoča ustreznega shranjevanja.
902192	01	LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK	Ponujena epruveta PS ima prevelik zamašek in ne omogoča ustreznega shranjevanja.

--

36 Laboratorijski material 2026 - 2029

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 013 Laboratorijski material za centralni laboratorij			
902213	03	VENOFARMACIJA	Ponujen nastavek za pipeto ni kompatibilen z obstoječimi pipetorji.
902213	03	GOLIAS d.o.o.	Ponujen nastavek za pipeto ni kompatibilen z obstoječimi pipetorji.
902213	03	MEREL D.O.O.	Ponujen nastavek za pipeto ni kompatibilen z obstoječimi pipetorji.
902213	03	PROMED D.O.O	Ponujen nastavek za pipeto ni kompatibilen z obstoječimi pipetorji.
902213	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujen nastavek za pipeto ima neustrezne dimenzije, je ožji.
902216	01	VENOFARMACIJA	Ponujena centrifugirka s pokrovom ni popolnoma prozorna.
902216	01	GOLIAS d.o.o.	Ponujena centrifugirka s pokrovom ni popolnoma prozorna.
902216	01	PROMED D.O.O	Ponujena centrifugirka s pokrovom ni popolnoma prozorna.
902216	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujena centrifugirka s pokrovom ni popolnoma prozorna.
902216	01	MEDILINE D.O.O.	Ponujena centrifugirka s pokrovom ni popolnoma prozorna.
902216	01	LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK	Ponujena centrifugirka s pokrovom ni popolnoma prozorna.
902217	01	MEDILINE D.O.O.	Ponujena epruveta za analizo urina ni popolnoma prozorna in ima neustrezno konico.
902223	25	VENOFARMACIJA	Proizvajalec ni usklajen s kataloško številko.
902224	01	VENOFARMACIJA	Ponujena zamašek za epruveto je preširok.
902224	01	GOLIAS d.o.o.	Ponujen zamašek za epruvete za vakuumski odvzem se težko ponovno odpira.
902224	01	LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK	Ponujen zamašek za epruveto se slabše odpira, je zelo nizek, težko rokovanje.
902227	01	PROMED D.O.O	Ponujena viala z zamaškom ima neustrezen premer.
902227	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujena viala z zamaškom ima neustrezen premer.
902230	03	VENOFARMACIJA	Ponujen nastavek se ne prilega na pipeto Finntip 5 ml.
902230	03	MEDILINE D.O.O.	Ponujen nastavek za pipeto ni kompatibilen s pipeto Finntip.
902231	01	KEFO, KEMIJA IN FARMACIJA	Ponujena škatla krio prozorna ima neustrezno višino.

36 Laboratorijski material 2026 - 2029

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
902232	01	KEFO, KEMIJA IN FARMACIJA	Ponujena škatla krio modra ima neustrezno višino.
902234	01	KEFO, KEMIJA IN FARMACIJA	Ponujena škatla krio zelena ima neustrezno višino.
902238	03	PROMED D.O.O	Ponujen nastavek za pipeto ni kompatibilen z vsemi pipetorji Finntip.
905092	03	VENOFARMACIJA	Ponujena konica pipet ni kompatibilna z obstoječimi pipetorji.
905092	03	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujena konica piept ni kompatibilna z obstoječimi pipetorji.
905108	01	PROMED D.O.O	Ponujena konica pipet ima neustrezen volumen.
905108	01	MEDILINE D.O.O.	Ponujena konica pipet ima nesutrezen volumen.
905381	03	VENOFARMACIJA	Eprueta s čepom ni kompatibilna z obstoječim analizatorjem, ne tesni.
905381	03	MEREL D.O.O.	Eprueta s čepom ni kompatibilna z obstoječim analizatorjem, ne tesni.
905381	03	MEDILINE D.O.O.	Eprueta s čepom ni kompatibilna z obstoječim analizatorjem, ne tesni.
905381	03	LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK	Eprueta s čepom ni kompatibilna z obstoječim analizatorjem, ne tesni.
905401	03	MEREL D.O.O.	Ponujen nastavek za pipeto Combitips ni kompatibilen z obstoječo pipeto.

36 Laboratorijski material 2026 - 2029

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 014 Laboratorijski material za transfuzijsko medicino

902362	01	MEREL D.O.O.	Ponujena epruveta plastična je neustrezna. Zaradi motne plastike je težko vidna aglutinacija eritrocitov.
902381	01	VENOFARMACIJA	Ponujen nastavek za pipeto nima dobrega oprijema in zlahka pade dol.
902381	01	GOLIAS d.o.o.	Ponujen nastavek za pipeto nima dobrega oprijema in zlahka pade dol.
902382	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujena lanceta ima zelo globlji vbod, krvananje traja dalja časa in ima slab oprijem.

--

36 Laboratorijski material 2026 - 2029

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 015 Laboratorisjski material za KIGD			
902404	03	VENOFARMACIJA	Ponujena konica pipet ni kompatibilna z obtoječim pipetorjem.
902404	03	GOLIAS d.o.o.	Ponujena konica pipet ni kompatibilna z obtoječim pipetorjem.
902404	03	PROMED D.O.O	Ponujena konica pipet ni kompatibilna z obtoječim pipetorjem.
902406	03	VENOFARMACIJA	Ponujena mikro epruveta plastična ni kompatibilna z obstoječim aparatom.
902406	03	MEREL D.O.O.	Ponujena mikro epruveta plastična ni kompatibilna z obstoječim aparatom.
902406	03	PROMED D.O.O	Ponujena mikro epruveta plastična ni kompatibilna z obstoječim aparatom.
902406	03	KEMOMED D.O.O.	Ponujena mikro epruveta ni kompatibilna z obstoječim analizatorjem.
902408	01	MEREL D.O.O.	Ponujena epruveta konusna je previsoka za obstoječe centrifuge in zato ni primerna za uporabo.
902409	01	VENOFARMACIJA	Ponujena pipeta pasteur ima preširok konec pipete.
902409	01	KEFO, KEMIJA IN FARMACIJA	Ponujena pipeta pasteur ima preširok končni del.
902409	01	PROMED D.O.O	Ponujena pipeta pasteur ima končni del pipete preširok.
902414	01	MEDILINE D.O.O.	Ponujena konica pipet v konico ne povleče tekočine.
902416	01	KEFO, KEMIJA IN FARMACIJA	Ponujena posoda steklena za barvanje ima prekratke zareze v posodi, zaradi česar so stekleca med barvanjem nestabilna.
902417	03	VENOFARMACIJA	Ponujene mikro epruveta ni kompatibilna z obstoječim aparatom.
902420	01	PROMED D.O.O	Ponujene konice pipet niso v setu.
902420	01	MEDILINE D.O.O.	Ponujena konica pipet ni kompatibilna pipetam velikosti do 200 ul in je premajhen za volumen 200 ul.
902421	01	VENOFARMACIJA	Ponujena mikro epruveta nima zatiča na pokrovu.
902421	03	GOLIAS d.o.o.	Ponujena mikro epruveta ni kompatibilna z obstoječim analizatorjem.
902421	03	MEREL D.O.O.	Ponujena mikro epruveta ni kompatibilna z obstoječim analizatorjem.
902421	03	KEMOMED D.O.O.	Ponujena mikro epruveta ni kompatibilna z obstoječim analizatorjem.
902422	03	KEMOMED D.O.O.	Ponujena mikro epruveta ni kompatibilna z obstoječo centrifugo.
902426	01	IRIS D.O.O.	Uporaba olja imerzijskega pri fluorescentni mikroskopiji zamegli polje in naredi nejasno sliko.

36 Laboratorijski material 2026 - 2029

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
902431	01	MEREL D.O.O.	Pipeta ne povleče tekočine v ponujeno konico.
902433	01	GOLIAS d.o.o.	Pipeta ne izvrže konice, konica se zatakne.
902433	01	PROMED D.O.O	Pipeta ne izvrže konice, konica se zatakne.
902435	03	PROMED D.O.O	Ponujena konica pipet ni kompatibilna z obtoječimi pipetorji.
902435	03	MEDILINE D.O.O.	Ponujena konica pipet ni kompatibilna z obtoječimi pipetorji.
902436	03	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujeni pokrovčki v stripih niso kompatibilni z vsemi obstoječimi aparati. Prav tako je neustrezen zaradi zaobljene oblike zgornje ploskve, kamora ni mogoče vpisati identifikacijske številke vzorca.
902710	01	MEDILINE D.O.O.	Ponujena mikrotiter plošča je neustrezne dimenzije in neustrezen volumen jamic.
905024	01	MEDILINE D.O.O.	Ponujeni pokrov za mikrotirsko ploščo ne tesni, sam pade s stripa. Po PCR-ju so bile epice odprte.
905041	01	GOLIAS d.o.o.	Ponujena mikroeproveta je prozorna, medtem ko bi morala imeti zaščitno barvo amber.

36 Laboratorijski material 2026 - 2029

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	--	----------	----------------------------

SKUPINA: 016 Laboratorijski material za IVF laboratorij

902494	01	MEDICAL INTERTRADE D.O.O.	Ponujena pipeta sterilna ima preširok lumen na konici.
902494	01	GOLIAS d.o.o.	Ponujena pipeta sterilna ima spodnji rob preveč širok in ne omogoča natančnega manipiranja z nižjimi volumni, kar je potrebno pri pripravi semena.
902494	01	MEDILINE D.O.O.	Ponujena pipeta sterilna je neustrezna, ker je graduacija označena le do 1 ml, je ožja, slabše primerna za zelo viskozne vzorce.
902495	01	VENOFARMACIJA	Ponujen nastavek za pipeto ni sterilen in posamično pakiran.
902496	01	VENOFARMACIJA	Ponujen nastavek za pipeto ni sterilen in posamično pakiran.
902500	01	MEDINE PLUS D.O.O.	Ponujen kateter za intrauterino inseminacijo je preveč rigid in oster. Težko vstopanje v cervikarni kanal.
902502	01	MEDINE PLUS D.O.O.	Ponujen sistem za punkcijo foliklov ne omogoča spiranja foliklov.
902509	01	VENOFARMACIJA	Ponujena epruveta mala ni testirana na embriotoksičnost (MEA test).
902509	01	MEDILINE D.O.O.	Ponujena epruveta mala ni testirana na embriotoksičnost (MEA test).
902510	01	VENOFARMACIJA	Ponujena epruveta velika ni testirana na embriotoksičnost (MEA test).
902510	01	MEDILINE D.O.O.	Ponujena epruveta velika ni testirana na embriotoksičnost (MEA test).
902525	01	VENOFARMACIJA	Ponujena epruveta konična ni testirana na embriotoksičnost (MEA test).
902525	01	PROMED D.O.O	Ponujena epruveta konična ni testirana na embriotoksičnost (MEA test).
902525	01	MEDILINE D.O.O.	Ponujena epruveta konična ni testirana na embriotoksičnost (MEA test).

36 Laboratorijski material 2026 - 2029

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 017 Laboratorijski material za mikroskopiranje			
902548	01	MEDICAL INTERTRADE D.O.O.	Na ponujenem predmetnem steklu je slabo viden tisk, ni primerno za tiskanje v tiskalniku za stekelca. Predmetna stekla imajo oster rob.
902548	01	PRIMATRON D.O.O.	Ponujeno predmetno steklo ni primerno za tiskanje na avtomatskem tiskalniku za stekelca.
902548	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujeno predmetno steklo ni primerno za tiskanje v avtomatskem tiskalniku za stekelca. Slabo viden tisk, ostri robovi.
902549	01	PRIMATRON D.O.O.	Ponujeno pokrovno steklo je zelo mehko, krhko in lomljivo. Steklo ni primerno za ročno pokrivanje.
902552	01	MEDICAL INTERTRADE D.O.O.	Pri ponujenem predmetnem steklu je slabo viden tisk natisnjen na matiranem delu. Ni primerno za barvanje na analizatorju.
902554	01	MEDICAL INTERTRADE D.O.O.	Na ponujenem predmetnem steklu je slabo viden tisk matiranja na matiranem delu. Ni primerno za barvanje na analizatorju.
902554	01	GOLIAS d.o.o.	Ponujeno predmetno steklo matirano ni primerno za tiskanje v avtomatskem tiskalniku za stekelca.
902554	01	PRIMATRON D.O.O.	Ponujeno predmetno steklo matinano ni primerno za tiskanje na avtomatskem tiskalniku za stekelca, zaradi ostrih robov se pogosto zatika.
902554	01	A-Ž LAB d.o.o.	Pri ponujenem predmetnem steklu je slabo viden tisk natisnjen na matiranem delu. Ni primerno za barvanje na analizatorju. Ima ostre robove.
902555	01	MEDICAL INTERTRADE D.O.O.	Ponujeno pokrovno steklo je lomljivo, krhko in ni primerno ne za ročno in ne za avtomatsko pokrivanje stekla na steklo.
902555	01	PRIMATRON D.O.O.	Ponujeno pokrovno steklo je krhko in se lomi, ni primerno za avtomatsko pokrivanje steklo na steklo.
902555	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ponujeno pokrovno steklo je lomljivo, krhko in ni primerno ne za ročno in ne za avtomatsko pokrivanje stekla na steklo.