

Artikel	Naziv artikla	Strokovne zahteve	ATC	Količina za 2 leti	Em
ZDR1499	[99mTc]tehnecij-pertehnetat Mo-99/Tc-99m, radionuklidni generator, 7,5 GBq Tc-99m	<ul style="list-style-type: none"> - kalibrirana aktivnost mora biti jasno podana kot aktivnost Mo-99 ali Tc-99m na petek dopoldan po dobavi - ustreza Ph. Eur.; - oblika valja; zunanji premer ohišja največ 15 cm, višina največ 32 cm; - priloženo mora biti vse potrebno za elucijo za najmanj 7 dni (viale za eluat, sterilna raztopina 0,9 % natrijevega klorida); - dobavitelj novega generatorja mora pred prvo dobavo brez dodatnih stroškov dobaviti tudi zaščitni vsebnik za vialo za eluiranje, ki je kompatibilen z generatorjem. 	V09FX01	86	KOS
ZDR1500	[99mTc]tehnecij-pertehnetat Mo-99/Tc-99m, radionuklidni generator, 5 - 6 GBq Tc-99m	<ul style="list-style-type: none"> - kalibrirana aktivnost mora biti jasno podana kot aktivnost Mo-99 ali Tc-99m na petek dopoldan po dobavi - ustreza Ph. Eur.; - oblika valja; zunanji premer ohišja največ 15 cm, višina največ 32 cm; - priloženo mora biti vse potrebno za elucijo za najmanj 7 dni (viale za eluat, sterilna raztopina 0,9 % natrijevega klorida); - dobavitelj novega generatorja mora pred prvo dobavo brez dodatnih stroškov dobaviti tudi zaščitni vsebnik za vialo za eluiranje, ki je kompatibilen z generatorjem. 	V09FX01	2	KOS
ZDR1501	[99mTc]tehnecij-pertehnetat Mo-99/Tc-99m, radionuklidni generator, 3,7 - 4,3 GBq Tc-99m	<ul style="list-style-type: none"> - kalibrirana aktivnost mora biti jasno podana kot aktivnost Mo-99 ali Tc-99m na petek dopoldan po dobavi - ustreza Ph. Eur.; - oblika valja; zunanji premer ohišja največ 15 cm, višina največ 32 cm; - priloženo mora biti vse potrebno za elucijo za najmanj 7 dni (viale za eluat, sterilna raztopina 0,9 % natrijevega klorida); - dobavitelj novega generatorja mora pred prvo dobavo brez dodatnih stroškov dobaviti tudi zaščitni vsebnik za vialo za eluiranje, ki je kompatibilen z generatorjem. 	V09FX01	2	KOS

Artikel	Naziv artikla	Strokovne zahteve	ATC	Količina za 2 leti	Em
ZDR1502	[99mTc]tehnecij-pertehnetat Mo-99/Tc-99m, radionuklidni generator, 1,8 - 2,2 GBq Tc-99m	<ul style="list-style-type: none"> - kalibrirana aktivnost mora biti jasno podana kot aktivnost Mo-99 ali Tc-99m na petek dopoldan po dobavi - ustreza Ph. Eur.; - oblika valja; zunanji premer ohišja največ 15 cm, višina največ 32 cm; - priloženo mora biti vse potrebno za elucijo za najmanj 7 dni (viale za eluat, sterilna raztopina 0,9 % natrijevega klorida); - dobavitelj novega generatorja mora pred prvo dobavo brez dodatnih stroškov dobaviti tudi zaščitni vsebnik za vialo za eluiranje, ki je kompatibilen z generatorjem. 	V09FX01	2	KOS