

Artikel	Naziv artikla	Strokovne zahteve	Količina za 2 leti	Em
MP00001	lidokain/klorheksidin, sterilni gel lidokainijev klorid 20 mg/g, klorheksidinijev klorid 0,5 mg/g; aplikator z 12,5 g gela	medicinski pripomoček razreda III skladno z MDR 2017/745; izjava o skladnosti (DoC), ustrezni certifikati (QMS, TDA), ISO 13485; CE oznaka o skladnosti; sterilni; primeren za lubrikacijo urinskih katetrov, endoskopov in sond za urogenitalni trakt; pakiranje do 50 kos	7500	KOS
MP00002	makrogol 4000, 6 g peroralni prašek, vrečka	medicinski pripomoček razreda IIa skladno z MDR 2017/745; izjava o skladnosti (DoC), ustrezni certifikati (QMS), ISO 13485; CE oznaka o skladnosti; terapevtski pripomoček za lajšanje simptomov zaprtosti, ne sme vplivati na telesne tekočine; pakiranje do 20 kos	300	VRE
MP00003	makrogol 4000, 12 g peroralni prašek, vrečka	medicinski pripomoček razreda IIa skladno z MDR 2017/745; izjava o skladnosti (DoC), ustrezni certifikati (QMS), ISO 13485; CE oznaka o skladnosti; terapevtski pripomoček za lajšanje simptomov zaprtosti, ne sme vplivati na telesne tekočine; pakiranje do 20 kos	800	VRE
MP00004	metilceluloza, 2 %, 10 g sterilna raztopina za uporabo na očesu, plastenka s kapalko in pokrovom	medicinski pripomoček razreda vsaj IIa skladno z MDR 2017/745; izjava o skladnosti (DoC), ustrezni certifikati (QMS), ISO 13485; CE oznaka o skladnosti; pripomoček za uporabo v oftalmologiji, za preiskave na očesu; sterilna; konzervirana z benzalkonijevim kloridom, po odprtju naj bo rok uporabe še vsaj 1 mesec	480	KOS
MP00005	natrijev klorid/hidrogenkarbonat natrijev klorid 28 mg/g, natrijev hidrogenkarbonat 72 mg/g; sterilno mazilo za nos, 10 g	medicinski pripomoček razreda I skladno z MDR 2017/745; izjava o skladnosti (DoC), ISO 13485; CE oznaka o skladnosti; pripomoček za uporabo na nosni sluznici; sterilno; brez konzervansov; primerno za odrasle, otroke in dojenčke	10	KOS
MP00006	dekspantenol, 50 mg/g, 10 g sterilni gel za oko, tuba	medicinski pripomoček razreda III skladno z MDR 2017/745; izjava o skladnosti (DoC), ustrezni certifikati (QMS, TDA), ISO 13485; CE oznaka o skladnosti; pripomoček za uporabo na očesni sluznici; sterilni; konzerviran	300	KOS