

DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
ŠT. NMV- 3/2026

Vrsta postopka:
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI

Predmet javnega naročila:
NABAVA NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA S FINANČNIM LEASINGOM

KAZALO

A) POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4
B) NAVODILA UDELEŽENCEM ZA IZDELAVO PRIJAVE	5
<i>I. SPLOŠNO O RAZPISU.....</i>	5
1.1 Vrsta postopka	5
1.2 Opis predmeta naročila.....	5
1.3 Veljavnost ponudbe	18
1.4 Pojasnila in dopolnitev razpisne dokumentacije	18
1.5 Sodelovanje na razpisu	19
1.6 Pravilna prijava.....	21
1.7 Pogoji za priznanje sposobnosti.....	22
1.8 Zaupnost.....	27
1.9 Jezik	27
1.10 Rok za predložitev prijav	27
1.11 Stroški priprave prijave	28
1.12 Izločitev prijav	28
1.13 Zavarovanja.....	28
1.14 Merilo za izbiro.....	29
1.15 Izbira v primeru enakih najugodnejših ponudb	29
1.16 Javno odpiranje ponudb	29
1.17 Variante.....	29
1.18 Pogodba	29
1.19 Ustavitev postopka, zavrnitev ponudb in odstop od izvedbe oddaje naročila.....	29
1.20 Protikorupcijsko obvestilo	30
1.21 Pravno varstvo	30
C) OBRAZCI IN PRILOGE:.....	Napaka! Zaznamek ni definiran.

VSEBINA:

A) Povabilo k oddaji ponudbe

B) Navodila udeležencem za izdelavo prijave

C) Obrazci:

- Obrazec ponudbeni predračun in ponudba (OBR-1, PONUDBA);
- Obrazec podizvajalcev v ponudbi (OBR-2);
- Obrazec pogodbe (OBR-3);
- Obrazec vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-4);
- Obrazec vzorec garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-5);
- Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-6);
- Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov (OBR-7).

1. A) POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 47. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju: ZJN-3), Zdravstveni dom Gornja Radgona, Partizanska cesta 40, 9250 G. Radgona, ki ga zastopa v.d.direktorice mag. Marija Zrim (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da v skladu s to razpisno dokumentacijo oddajo ponudbo za finančni najem (s fiksno obrestno mero) nujnega reševalnega vozila.

Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

ROK ZA ODDAJO PONUDBE JE ENAK ROKU, KI JE NAVEDEN V OBVESTILU O NAROČILU NA PORTALU JAVNIH NAROČIL.

Ponudnik odda ponudbo preko spletne aplikacije Ministrstva za javno upravo, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml

Ponudnik v aplikaciji izbere predmetno javno naročilo in prične z oddajo ponudbe tako, da klikne na »sodeluj na javnem naročilu«.

OPOZORILO:

Naročnik ponudbe, ki bodo prispele na drugačen način (npr. po pošti ipd.) ne bo upošteval. Tudi v primeru, da jih bo naročnik sprejel v svoje vložišče, jih bo nato neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb se bo izvedlo v aplikaciji Ministrstva za javno upravo in sicer v terminu, ki je naveden v obvestilu o naročilu na portalu javnih naročil.

B) NAVODILA UDELEŽENCEM ZA IZDELAVO PRIJAVE

I. SPLOŠNO O RAZPISU

1.1 Vrsta postopka

1. člen

Naročnik bo to javno naročilo oddal po postopku naročila male vrednosti, predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila ter v skladu s to razpisno dokumentacijo.

1.2 Opis predmeta naročila

2. člen

Predmet javnega naročila je »**Nabava nujnega reševalnega vozila s finančnim leasingom**« po zahtevan specifikaciji. Finančni leasing bo s fiksno obrestno mero.

Plačilo se izvaja na osnovi 60 enakih mesečnih obrokov.

Naročnik-leasingojemalec s plačilom zadnjega obroka najema-leasinga (ob pogoju, da so poravnane vse njegove obveznosti po pogodbi) prejme predmet leasinga v last. Leasingodajalec bo leasingojemalcu po plačilu zadnjega obroka izdal listino, primerno za prenos lastninske pravice.

Brez omejitve prevoženih kilometrov.

USTREZNOST ZAHTEV ZA REŠEVALNO VOZILO splošno:

- Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu EN 1789:2020 **tip B**. Iz tega Posamezni morajo sklopi izpolnjevati naslednje zahteve:
 - Interier mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020.
 - Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo ustrezati zahtevam EN 1789:2020– 4.5.3.
 - Sistem za zračenje mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020– 4.5.4.
 - Sistem za gretje mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020– 4.5.5.1.
 - Sistem za hlajenje mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020– 4.5.5.2.
 - Notranja osvetlitev mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020– 4.5.6.
 - Hrup v bolniškem in voznikovem delu vozila ne sme presegati zahtev EN 1789:2020– 4.5.7.
 - Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo ustrezati zahtevam EN 1789:2020– 4.5.9.
 - Inštalacija za kisik mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020.
 - Podnožje za glavna nosila mora ustrezati zahtevam SIST EN 1865.
 - Sistemi za pritrditev medicinskih aparatov mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020.
 - Električni sistemi morajo ustrezati zahtevam EN 1789:2020.
 - Predelna stena mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020– 4.4.4.

- Vrata, okna in zasilni izhodi morajo ustrezati zahtevam EN 1789:2020– 4.4.5.
- Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega.
- Certifikat o »crash testu« mora biti priloga ponudbe.
- Dokazila o skladnosti s standardom EN 1789:2020:
 - Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala zahtevana testiranja po EN1789:2020 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil akreditirana v eni izmed evropskih držav.
 - Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno s standardom EN 1789:2020 TIP B.
 - Dokazilo Annex B (TEST SUMMARY) skladno s standardom EN 1789:2020.
 - Poročilo opravljenega testiranja po vseh točkah Annexa-a C po standardu EN 1789:2020, Certifikat o homologaciji integriranih luči (modri pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na vozilo.
 - Vsi certifikati in poročila naj bodo izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu EN 1789:2020, registrirane v eni izmed Evropskih držav – priloga akreditacija.
- Katalog z vsemi tehničnimi podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika:
 - dimenzije ponujenega reševalnega vozila s podrobnim načrtom nadgradnje, zunanje dizajna (streha, luči, oblepitev vozila), kompletnega interierja s celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20. Načrt se bo upošteval kot priloga k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila.
- Teža praznega vozila mora biti skladna s standardom EN 1789:2020 ter računsko dokazana v certifikatih po standardu EN 1789:2020 po osnih obremenitvah in ne sme presegati najvišje skupne dovoljene mase.
- Vozniški in bolniški del naj bosta med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti min. 0,23 m². Okno naj omogoča pregled nad bolniškim delom vozila.
Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oz. ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih.
- Vozilo mora biti v barvi RAL 1016 in opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi.
- Zunanje označbe morajo biti izdelane v skladu z veljavnim pravilnikom o NMP v RS. Na voznikovih in sovoznikovih vratih mora biti nameščen napis Zdravstvenega doma.
- Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni.

Celotne notranje obloge morajo biti izdelane iz vakumiranega materiala ABS v barvi RAL 9010, ravno tako vse omare.

- V bolniškem prostoru naj se nahajajo omare in police za medicinski potrošni material in opremo, koš za odpadke in koš za infektivni material.
 - Koš za smeti model v kvaliteti HARDT.
 - Koš za igle model v kvaliteti Kontamed.
 - Nosilec za milnik.
 - Cev za katetre.
- Bolniški prostor mora biti ogrevan z dodatnim ali originalno vgrajenim toplovodnim grelcem. V bolniškem prostoru mora biti predviden prostor za vgradnjo električnega grelca (220V, 50Hz, do 2.500 W, krmiljeno preko sistema CAN BUS ali enakovredno s senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju).
- Vsak sistem gretja mora imeti ločeno delovanje in termostat za nastavljanje želene temperature z možnostjo regulacije iz vozniške kabine.
- Vozniški in bolniški prostor sta med seboj ločeno klimatizirana.
- Vsa sedišča v bolniškem delu vozila ki so obrnjena v smer vožnje naj bodo vrtljiva z po naklonu nastavljivim hrbtnim naslonom, nastavljivim in premičnim naslonom za roke ter 3-točkovni integriranim avtomatskim varnostnim pasom. Sedež na predelni steni naj bo preoblečen v enak material kot ostali sedeži v vozilu.
- Opozorilne luči v LED tehnologiji morajo biti integrirane v vozilo, na način, da ne odstopajo od osnovnih linij vozila. Opozorilne luči integrirane v strehi vozila morajo biti dobro vidne s sprednje in zadnje strani. Dodatne oranžne led luči naj bodo vgrajene v zadnja krilna vrata in delujejo kot opozorilo, ko so vrata odprta.
- Signalni bloki in podobno, montirani na streho vozila niso dovoljeni.
- Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV.
- Originalno povišana stranska vrata na desni strani.
- Zadnja krilna vrata, ki se odprejo do 270 stopinj, na njih ne sme biti nameščen noben kos medicinske, transportne opreme ali imobilizacijske opreme.

OSNOVNO VOZILO

Zunanje mere reševalnega vozila:

- Dolžina: min. 5.900 mm in max. 6.000mm.
- Širina: min. 2.010 mm in max. 2.080 mm (brez ogledal)
- Višina: min. 2.650 mm in max. 2.720 mm (vključno s strešnim ventilatorjem)

- Oblika: furgonska izvedba bolniškega prostora.
- Motor: dizelski s turbinskim polnilnikom min. 1950 ccm. in max.2.100ccm, min. EURO 6
- Moč motorja: min. 128 kW.
- Pogon: stalni pogon na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči.
- Menjalnik: avtomatski menjalnik.
- Pospeški: v skladu s standardom SIST EN 1789:2020.

Mere bolniškega prostora:

- Dolžina: min. 3.140 mm.
- Širina: min. 1.750 mm.
- Višina: min. 1.960 mm
- Največja dovoljena masa (skupna teža) predelanega vozila ne sme presegati 4.450 kg.

Oprema osnovnega vozila:

- Barva RAL1016 žvepleno rumena.
- Dodatni akumulator AGM.
- Dodatni vodni grelnik.
- Dršno okno v desnih drsnih vratih.
- Električni vmesnik za predelovalce.
- Jeklenka platišča 16 col.
- Klimatska naprava za vozniki del.
- Kontinuiran tek motorja.
- Led žarometi z LED dnevnimi lučmi.
- Meglenki v sprednjem odbijaču.
- Močnejši alternator 250A.
- Naprava za čiščenje žarometov.
- Notranje vzvratno ogledalo.
- Paket luči in vidljivost.
- Parkirni sistem spredaj in zadaj.
- Pnevmatike 235/65R16C 121/119r.
- Povišanje nosilnosti osnovnega vozila na 3,88T.
- Radio.
- Sedež voznikov komfortni plus.
- Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah.
- Stranske markirne lučke.
- Tempomat.
- Večfunkcijski volan.
- Dodatna stranska vrata levo.
- Vrata krilna zadnja povečan kot odpiranja.

- Zavesice spredaj in zadaj.
- Ogledala električno zložljiva.
- Gasilni aparat na prah 2 kg.
- Električni pomik prednjih stekel.
- Električni grelec motornega olja, ko bo vozilo priključeno na 230 V z blokado zagona.
- 1+1 (voznikov in sovoznikov sedež v vozniški kabini).
- Zračno vzmetenje za zadnjo os s povišanjem največje dovoljene mase NDM na minimalno 4.200kg, elektronsko upravljano.
- Svetilka bralna stropna črna.
- Svetilka prenosna v kvaliteti enaki ali boljši kot Fenix RC20.

Nadgradnja osnovnega vozila z vgrajeno opremo

Visoka streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo – v notranjosti ojačana. V strehi mora biti prostor za:

- Spredaj: prostor za integrirane luči v LED izvedbi za vsaj 5 modulov, zahteva velja za levo in desno stran ločeno. V strehi med modrimi lučmi prostor za napis po želji stranke in vsaj 4 module belih stroboskopskih luči.
- Zadaj prostor za integrirane luči v LED izvedbi, za vsaj 3 module. zahteva velja za levo in desno stran vozila. Prostor za integrirano vgradnjo zadnje delovne luči in usmerjevalnika prometa.
- Po celotni bočni dolžini strehe mora biti nameščeno prozorno pleksi steklo, v katerega je možno vgraditi vsaj 6 dodatnih svetlobni modulov in 2 delovne luči. Zahteva velja za levo in desno stran vozila.
- Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV. Vgradnja opozorilnih luči mora biti izvedena tako, da ne izstopa od osnovne linije strehe ter, da je možnost poškodb zmanjšana na minimum
- Na zadnjem delu strehe mora biti vgrajen strešni ventilator.
- Bočna električna stopnica v kvaliteti enaki ali boljši kot Stem.
- Zatemnjeno okno v predelni steni.

Kamera in zvočniki.

- V bolniški del zadaj morata biti montirana dva kvalitetna zvočnika vključena v sistem kot CAN-BUS, povezana z avtoradiem ter dodatnim stikalom, ki omogoča vklop in izklop le tega v bolniškem prostoru preko sistema CAN-BUS.
- Video nadzor vzvratne vožnje. Na zadnji del vozila mora biti vgrajena mini nadzorna kamera za vzvratno vožnjo.
 - kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom: namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje,
 - funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave,.
 - kamera za nadzor bolniškega dela vozila. Nameščena mora biti tako da slika zajema celoten bolniški prostor od pasu pacienta do predelne stene.

- monitor za prikaz slike: namenjen vozniku, da mu omogoča pogled prostora za vozilom, funkcija avtomatskega in ročnega vklop/izklop na monitorju,
- napajanje prilagojeno za napajanje iz vozila 12V.

Bolniški prostor

- Obloge v bolniškem delu vozila morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS – RAL 9010
- Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena s črno atermično folijo s propustnostjo svetlobe okoli 10%, dodatno morajo biti okna prevlečena do 2/3 z mat folijo, oz. po dogovoru s kupcem.
- Podnožje nosil – testirano in primerno za sprejem ponujenih nosil.

Stropna konzola iz vakumiranega ABS s prostorom za:

- Prostor z vratci z bočnim odpiranjem za 6 infuzijskih tekočin.
- Integriran – poglobljen prostor v stropni konzoli z do dvema odvzemnima mestoma za kisik, mrežica za odlaganje kisikovih mask. Vsako odvzemno mesto posebej mora biti samostojno povezano s stopenjskim inhalatorjem kisika. Eno odvzemno mesto mora omogočati pretok kisika do 15 l/min in sicer (0,2,3,4,5,8,10,12,15), drugi do 25l/min in sicer (0,3,5,8,10,12,15,20,25)
- V vogalu stropa na levi in desni strani mora biti prostor za namestitev dolge neonske luči ter na desni strani dodatno v nadaljevanju neonske luči modra neonska luč za nočno osvetlitev. Celotna luč mora biti pokrita z enodelnim narebričenim pokrovom za optimalno razpršitev svetlobe. Luči morajo biti povezane v centralni CAN BUS sistem. Pritrditev pokrovov mora biti izvedeno s sistemom klik (vijaki ne smejo biti uporabljeni).
- Integriran ročaj v stropno konzolo 360°
- Prostor za vgradnjo vsaj 4 spot luči,
- Izhod klimatske naprave vsaj 9 šob.

Predelna stena

- Na predelni steni mora biti nameščeno: (z leve proti desni):
 - Na levi strani mora biti od spodnjih predalov do stropa omara z izvlečnim predalom v maksimalni širini 30cm. Po potrebi zaradi povečane obremenitve se lahko ta predal razdeli v dve med seboj neodvisni enoti. V visoki omari naj bo še prostor za namestitev ampularija za minimalno 60 ampul. Ampularij mora biti opremljen s ključavnico na ključ.
 - Med velikim izvlečnim predalom/omaro in sedežem na predelni steni naj bo nameščena omara z minimalno štirimi (4) izvlečnimi predali. V enem se namesti grelec infuzije in v enem kompresorski hladilnik. Za hranjenje ostalega materiala morata ostati še minimalno dva izvlečna predala. Omara mora imeti na zgornji strani odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS materiala.
- Sedež na predelni steni z avtomatskim zapiranjem, naslonom za glavo in tritočkovnim varnostnim pasom. Sedež mora biti v enaki rdeči barvi, kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila.

- Pod sedežem mora biti nameščen izvlečni predal, ki sega od konca omare na levi strani do omare za medicinske kovčke na desni strani.
- Na desni strani od sedeža na predelni steni naj bo omara s prostorom za dva reanimacijska nahrbtnika ter izvlečnim predalom in odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS. V izvlečenem predalu mora biti nameščena USB ali 12 V vtičnica. Oziroma se konfiguracija omare dogovori z naročnikom.
- Na desnem boku nameščena omara za shranjevanje in enostavno dostopanje treh škotel rokavic.
- Odpiranje in zapiranje predalov mora biti enostavno in zanesljivo, omogočeno mora biti zapiranje/zaklepanje le s potiskom. Uporabljena vodila in zapahi morajo biti namenjena profesionalni rabi. Vsi predali se morajo samodejno blokirati v odprtem položaju.
- Vse ličnice predalov morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS materiala barvno usklajenega z talno oblogo in zaokroženimi robovi.
- Predelna stena s prostorom za sedež. Predelna stena mora imeti prostor za povečano komunikacijsko okno.
- Obloga drsnih vrat in obloga zadnjih vrat narejena z ABS.
- Vse obloge morajo biti v celoti narejene iz visoko odpornega vakumiranega materiala ABS - RAL 9010 razen vseh vratic ter pregrad v omarah, ki so naj narejena v drugi barvi vakumiranega ABS ter barvno usklajenega z notranjostjo vozila – notranje kljuke modre.
- Lesen pod – vodoodporen. Prevlečen mora biti z neдрsečo brizgano talno podlogo spritzfussboden barvno usklajenega z notranjostjo bolniškega dela vozila. Obloga mora biti primerna za večkratno in enostavno čiščenje. Robovi talne obloge morajo biti potegnjeni na obloge do višine 60mm. BARVA modra.
- Ročaj za vstopanje na predelni steni.
- Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu.

Levi bok vozila:

- Prostor za namestitev prenosnega ventilatorja z 12 V vtičnico in hitro sklopko za priključitev na centralni kisikov sistem.
- Prostor za namestitev prenosnega defibrilatorja z 12 kanalnim monitorjem in 12 V vtičnico.
- Prostor za namestitev aspiratorja in 12 V vtičnico.
- Prostor za namestitev perfuzorja.
- Dodatno mora imeti vozilo nameščene vsaj 2 12 V vtičnice, ki so proste zgoraj opisanih uporabnikov.
- 2x 230 V vtičnice na levem boku (opisane v električni opremi).
- Zadaj levo mora biti nameščena omara od tal do stropa, za spravilo opreme (v omari mora biti vgrajena 12V vtičnica za polnjenje le tega) in spravilo manjšega kovčka ali drugega sanitetnega materiala.

Desni bok vozila:

- 1 bočno vrtljiv sedež na desni strani vozila v smeri vožnje z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom – ko se stol zloži ob steno se mora pridobiti prostor za prost prehod skozi bolniški del vozila. Sedež z naslonom za roke, integriran 3-točkovni varnostni pas in zložljiv sedalni del, po naklonu nastavljen hrbtni naslon. Sedež mora biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila.

Prostor z levimi drsnimi vrati. (Levi zunanji box)

- Levi zunanji prostor za spravilo opreme, mora imeti prostor za:
 - Kardiološki stol.
 - Nosilec za 2x 10l kisikove jeklenke.
 - Vakuusko blazino.
 - Zajemalna nosila.

Osvetlitev bolniškega prostora

- 2 dolgi LED luči morata biti montirani v vogal med strop in steno ter zaščitene z konkavnim narebričenim pokrovom po celotni dolžini. Dostop do žarnice mora biti omogočen brez uporabe kakršnegakoli orodja za demontažo. Luči morata biti nameščeni tako, da jih pacient ne more doseči. Luči morata biti postavljene pod kotom, kjer je razpršitev svetlobe taka, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu.
- Nočna osvetlitev – modra LED osvetlitev integrirana v bele luči.
- Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko sistema CAN BUS .Nočna osvetlitev mora biti opremljena z svetlobnim senzorjem za avtomatsko prižiganje luči.
- 4x SPOT LUČI.

Elektro oprema in stikala

- Na sredinski konzoli v vozniki kabini mora biti nameščen grafični digitalni zaslon z membranskimi stikali, enostaven za čiščenje in uporabo. Električni porabniki in stikala z zaslonom morajo biti povezani preko CAN-BUS sistema in centralne računalniške procesne enote. V šoferskem prostoru sistem mora omogočati centralni izklop dodatno vgrajenih električnih porabnikov reševalnega vozila.
- V bolniškem prostoru sistem mora omogočati upravljanje z vsemi svetlobnimi elementi bolniškega prostora, prikaz in možnost alarmnega opozarjanja pri zmanjšanju vsebine kisika v jeklenkah, prikaz in upravljanje z enoto klimatske naprave ter strešnega ventilatorja, grelca infuzije, hladilnika za zdravila, delovne luči, prikaz stanja dodatnega in osnovnega akumulatorja. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavljati delovanje v temp območju od -30 do +70 stopinj C.
- Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230V se morajo po 10 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so bile prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih.
- Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnim senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor.
- Modul v vozniki kabini mora vsebovati naslednje funkcije:
 - Svetlobno opozorilno signalizacijo:
 - Dnevna uporaba (celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči).
 - Megla (samo centralni moduli v strehi vozila).
 - Nočna uporaba (celotna modra signalizacija in 70% jakost sirene).

- Zvočna opozorilna signalizacija:
 - Vkllop / izkllop sirene.
 - Izbira tona.
 - Horn.
- Klimatska naprava za bolniški prostor:
 - Vkllop / izkllop klimatske naprave
- Vkllop / Izkllop bele osvetlitve bolniškega prostora.
- Vkllop / Izkllop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.
- Nastavitev jakosti bele osvetlitve v bolniškem prostoru
- Posamični vkllop / izkllop delovnih luči (levo, desno in zadaj).
- Izbira/menjava menija funkcij na zaslonu
- Barvni zaslon:
 - Kontrola nad statusom polnjenja vseh akumulatorjev.
 - Prikaz nastavljene temperature v bolniškem delu vozila.
 - Prikaz aktualne temperature v bolniškem delu vozila.
 - Prikaz stopnje ventilatorja klimatske naprave bolniškega dela.
 - Grafični prikaz statusa vrat (odprto / zaprto).
 - Grafični prikaz delovanja svetlobne opozorilne signalizacije za vsako luč posebej.
 - Grafični prikaz delovanja delovnih žarometov – za vsako luč posebej.
 - Grafično in zvočno opozorilo pri odprti stenski stopnici
- Centralni modul v bolniškem prostoru z zaslonom na dotik :
 - Zaslon vsebuje naslednje podatke:
 - Grafični prikaz vsebnosti količine ter pritiska kisika ločeno za vsako jeklenko posebej.
 - Grafični prikaz jeklenke v funkciji.
 - Aktualna in nastavljena temperatura za klimatsko napravo v bolniškem delu ter gretje ter ventilator.
 - Aktualna in nastavljena temperatura za grelec infuzije.
 - Aktualna in nastavljena temperatura za hladilnik za medikamente.
 - Ura in datum.
 - Status zvočnikov radia in možnost nastavitve jakosti oz. izkllop.
 - Posamična tipka za vkllop / izkllop s svetlobno indikacijo o tipki.

- Vklon / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.
- Vklon / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.
- Halogenke.
- Strešni ventilator - smer vrtenja levo.
- Strešni ventilator - smer vrtenja desno.
- Klimatska naprava za bolniški prostor (Nastavljena in Aktualna temperatura).
- Nastavitev temperature (Nastavljena in Aktualna temperatura).
- Nastavitev ventilatorja.
- Nastavitev temperature grelca infuzije (Nastavljena in Aktualna temperatura).
- Nastavitev temperature hladilnika za zdravila (Nastavljena in Aktualna temperatura).
- Nastavitev temperature kaloriferja (Nastavljena in Aktualna temperatura).
- Indikacija odprtosti vrat bolniškega prostora (bočna, zadnja)
- Reset zvočnega alarma pri padcu vsebnosti kisika oz. preklopu na drugo jeklenko.
- Modul v bolniškem prostoru od desnih drsnih vratih:
 - Vklon / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.
 - Vklon / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.
 - Stopenjsko nastavljanje jakosti bele osvetlitve bolniškega prostora
 - Vklon / izklop odpiranja bočne stopnice
 - Posamični vklon / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj) .
- Modul v bolniškem prostoru od zadnjih vratih :
 - Vklon / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.
 - Vklon / Izklop
 - Posamični vklon / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj).
 - Izklop / vklon utripajočih signalnih luči na nihajnih/dvižnih vratih
 - Dvig in spust zadnjega dela vozila (upravljanje z zračnim vzmetenjem).
- Sistem za zagon motorja v sili, ki naj se aktivira preko dodatnega akumulatorja.
- UKV antena z vzmetno nogo, montirana na vozilo s kablom do postaje v voziškem prostoru.
- Omogočeno mora biti v primeru vzratne vožnje avtomatski vklon vseh štirih varnostnih utripalk.

- Dodatni element v električni napeljavi mora biti elektronski sistem, ki aktivira zvočni alarm, ko pade kapaciteta akumulatorjev stoječega vozila pod nivo 90%.
- Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 25A/12V ter za vse električne porabnike v bolniškem delu vozila.
- Zunanja vtičnica 230 V z blokado ob zagonu motorja v povezavi z notranjimi vtičnicami 230 V. V kompletu mora biti še min. 5 metrov 2,5mm² zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu. Namestitev v levi blatnik.
- 3 x 230 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari, ena vtičnica je povezana s kaloriferjem.
- 6 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari. Nameščene na levem boku – opisane pri nosilcih za aparate..
- 1 x 12V vtičnica v vozniki kabini za uporabo z Garminom.
- USB vtičnica v vozniki kabini, predalu na predelni steni in desnem boku.
- Pretvornik 12V 230V moči 1.000W čisti sinus.

Gretje in klimatizacija vozila

- Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno ter upravljanjem preko CAN-BUS sistema za vklop in izklop v voznikem in bolniškem delu vozila.
- Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora s primerno pozicionirnim rešetom za optimalno ogrevanje prostora.
- Električni grelec 220V 2.100W bolniškega prostora, kadar je vozilo priključeno na 220V, upravljanje preko računalniškega vodenega sistema za nadzor CAN-BUS prednastavljeno vklopno območje je med 15-25°C.
- Klimatska naprava za prednji vozniki in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov, tako da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno. Upravljanje, prikaz zelene in dejanske temperature na zaslonu računalniško vodenega sistema za nadzor CAN BUS v bolniškem in voznikem prostoru. Klimatska naprava bolniškega dela mora imeti avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom.

Signalizacija

- Zunanje označbe reševalnega vozila zajemajo oranžne oznake reševalnega vozila iz samolepilne folije proizvajalca v kvaliteti enaki ali boljši kot 3M v **oranžni fluorescentni barvi**, dizajn vozila reševalnih vozil, napisi naročnika, kombinacije mednarodnih oznak reševalcev ter zrcalnega napisa URGENCA 112 na prednjem delu vozila, oziroma izdelava zunanjih označb po željah naročnika in v skladu s pravilnikom. Naročnik dobavi logotip za namestitev na voznikova in sovoznikova vrata.
- V streho vozila spredaj mora biti nameščen integrirana modra luč v LED izvedbi z
 - 1 modulom z min. 12 svetlobnimi elementi,

- 3 moduli z min. štirimi svetlobnimi elementi ter
- 1 bočni modul z min. štirimi svetlobnimi elementi.

Zahtevano velja ločeno za levo in desno stran.

- V streho vozila spredaj nameščena med modre luči integrirana osvetljena luč z napisom urgenca, na vsaki strani še integrirane bele opozorilne luči vsaka z vsaj 4 svetlobnimi telesi.
- V streho vozila zadaj morajo biti nameščene integrirane modre luči v LED izvedbi z
 - 1 modulom z min. 12 svetlobnimi telesi,
 - 1 modulom z min. 4 svetlobnimi telesi in
 - 1 bočni modulom z min. 4 svetlobnimi telesi.
 - Zahtevano velja ločeno za levo in desno stran
- V streho zadaj mora biti nameščena integrirana delovna luč, ki služi tudi kot osvetljava za vzvratno vožnjo.
- V streho vozila bočno morajo biti nameščene modre opozorilne in delovne luči razdeljene v tri dele:
- 2 odseka morata vsebovati 2 modula modrih luči z vsaj 4 svetlobnimi elementi in 2 modula belih delovnih luči
- 1 odsek nameščen na sredini strehe mora vsebovati vsaj 2 modula modrih luči z vsaj 4 svetlobnimi elementi.
- Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot STANDBY L54 vgrajeni v maski vozila levo in desno, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS.
- Beli signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot STANDBY L54 vgrajeni v maski vozila levo in desno, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS.
- Nad kolotekom spredaj in zadaj na vsaki strani vgrajene modre signalne luči, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS
- Modri signalni luči vgrajeni v zadnja vrata vozila na višini med 70 cm in 100 cm
- Modri signalni luči vgrajeni v zunanja ogledala.
- V zadnjih krilnih vratih morajo biti vgrajene oranžne opozorilne luči, ki se prižgejo hkrati z odpiranjem zadnjih krilnih vrat. Enkratni izklop teh luči mora biti omogočen na enoti CAN-BUSa pri zadnjih vratih.
- Vse zunanje opozorilne luči morajo biti povezane v centralni sistem CAN-BUS, ki omogoča krmiljenje luči preko tastatur. Tastature morajo biti označene s posebnim svetlobnim opozorilnim elementom vključenega statusa (dnevni, nočni, megla). Sistem mora imeti pred programirane določene programe osvetlitve, kot je dnevna opozorilna signalizacija, nočna opozorilna signalizacija, signalizacija v uporabi ob megli ter dodatno stikalo za časovno omejeno uporabo belih opozorilnih luči, ko se uporablja nočni program ali program za meglo. Sistem mora omogočati spremembo pred programiranih programov osvetlitve glede na zahteve naročnika, kjer se vozilo uporablja.
- 2 kos elektronski zvočnik moči jakosti v skladu s pravilnikom NMP v RS mora biti nameščen v sprednji odbijač zaščiten pred lomom. Elektronski zvočnik mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki omogoča vklop in izklop preko folijskih tastatur. Folijske tastature morajo biti opremljene s svetlobnimi opozorilnimi elementi ob vklopu posameznih siren. Sirene naj imajo možnost dnevne in nočne jakosti. Nočna jakost sirene mora biti 30% manjša od dnevne. Sistem mora omogočati spremembo tonov preko folijskih tastatur ali volanskega gumba sirene.

- Ojačevalnik sirene s tremi pred programiranimi opozorilnimi melodijami in sirena v kvaliteti enaki ali boljši kot StandBY MS 300, s sistemom za odpravljanje radijskih motenj in možnostjo govora.
- Dodatna zvočna izolacija bolniškega in vozniškega dela reševalnega vozila.

Kompletna opozorilna signalizacija mora imeti certifikat ECE R65 Class 2 ali boljše.

Medicinska oprema

- 2 kpl - prostor z nosilcem in jeklenki za kisik 10 L levi zunanji strani vozila (dobava brez jeklenk).
- 2 kos nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik – po standardu DIN. Preklop za uporabo kisika med jeklenkama mora biti izveden z avtomatskim mehanskim preklopnikom in prikazom preko Can-Bus sistema na centralnem grafičnem zaslonu (grafični prikaz vsebnosti kisika v posamezni jeklenki, status aktivne jeklenke ter numerični izpis vrednosti tlaka v posamezni jeklenki). Ob padcu tlaka v jeklenki pod minimalno nastavljeno vrednost naj se sistem avtomatsko preklopi na drugo polno jeklenko ter se prižge zvočni in grafični alarm v bolniškem in vozniškem delu vozila. V primeru da so jeklenke prazne ali zaprte se mora alarm prižgati v trenutku, ko se vozilo odklene oz. ugasne, ko se vozilo zaklene.
- 2 kos aplikator kisika okrogel dizajn s stopenjskim nastavljanjem pretoka 1 kos 0-15l/min in 1 kos 0-25l/min vrednosti pretokov, kot opisano, povezan s sklopko za kisik in tanko cevjo z masko – po standardu DIN. Nameščena morata biti podometno na zgornji strani desne omare v podaljšku konzole za upravljanje CAN BUS. Odvzem kisika mora biti na stropu, iz vsakega dozatorja posebej. Izhodi za kisik 6mm.
- 2 kom sklopka za kisik s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta – po standardu DIN.
- Montaža nosilca za prenosni ventilator last naročnika.
- Šina za perfuzor.
- Montaža sklopke za prenosni ventilator.
- Sistem za infundiranje infuzijskih tekočin ohlajenih na 4°C z +/- z odstopanjem 1°C; – Hladilni predal mora ustrezati tehničnim specifikacijam. Nameščen mora biti v predelni steni, dostop s sprednje strani.
 - Kapaciteta hladilnega predala cca. 30L.
 - Napetost hladilnega predala 12 Voltov DC.
 - Temperaturna diferenca min. 14°C.
 - Temperaturno območje -2°C do +12°C.
 - Hermetično zaprt kompresor z integrirano kontrolnimi električnimi elementi, nizko napetostna zaščita, dinamično ventiliran žični kondenzator, evaporator.
 - Prikazovalnik temperature – se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega zaslona v bolniški kabini in je naj priključen na centralni sistem CAN-BUS .
 - Kompresor in hladilni predal morata biti medsebojno ločena.
- Grelec infuzijskih tekočin, mora ustrezati tehničnim specifikacijam. Infuzijsko tekočino mora ogreti na telesno temperaturo +37°C in jo potem vzdrževati, nameščen mora biti v spodnjem prostoru omare ob predelni steni, temperatura se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega displeja in je naj priključen na centralni sistem CAN-BUS. Sistem mora

imeti možnost nastavitve različnih temperaturnih nivojev gretja in temperaturnih histerez. Skladen mora biti z EN1789.

- Nosilec za defibrilator (Naročnik uporablja defibrilator Corpuls)
- Naprava za zunanjo mehansko masažo srca, kot Lucas ali bolje
- Transportna nosila:
 - Transportna nosila v kvaliteti enaki ali boljši kot Stryker M1
- Stol kardiološki z gosenicami kot Stryker stair pro
- Zajemalna nosila s pasovi in oporo za glavo
- Aspirator v kvaliteti enaki ali boljši kot Accuvac pro

Dokončna razporeditev notranjosti reševalnega vozila se dogovori med naročnikom in izbranim dobaviteljem

3. člen

1.3 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 4 mesece od dneva poteka roka za oddajo ponudbe.

1.4 Pojasnila in dopolnitev razpisne dokumentacije

4. člen

Ponudniki lahko preko portala javnih naročil zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo prijave. Naročnik bo najkasneje dva dni pred iztekom roka za oddajo ponudb posredoval pisni odgovor preko spletnega portala javnih naročil in zagotovil dodatne informacije v zvezi s specifikacijami in vse dodatne dokumente.

Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali preko njega se, skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo ponudbe, spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve se objavijo na ali preko portala javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni dostopna preko portala javnih naročil, bo v objavi pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko pridobijo takšno dokumentacijo.

Spremembe in dopolnitve se lahko podajo tudi v obliki odgovorov na vprašanja, posredovanih na portal javnih naročil.

Če bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila dva dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil

ponudnike preko portala javnih naročil.

Vsak izdan dodatek postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, prav tako pojasnila, ki jih poda naročnik ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na portalu javnih naročil.

Sestanka s ponudniki ne bo.

1.5 Sodelovanje na razpisu

6. člen

Na razpis se lahko prijavi vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje iz te razpisne dokumentacije.

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba (gospodarski subjekt), ki ima registrirano dejavnost, ki je predmet razpisa, jo prevzema v ponudbi in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

A) Samostojna ponudba je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt, ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije ter sam z zmogljivostmi in znanji, ki jih ima, v celoti prevzema izvedbo naročila.

B) Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju (nosilcu) v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- način plačila preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej,
- izjava, da so vsi partnerji seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupni,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
- rok veljavnosti pravnega akta,
- pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik obstoj izključitvenih pogojev iz 75. člena ZJN-3 ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

Pogoje v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih in strokovnih zahtev lahko ponudniki v skupni ponudbi izpolnjujejo kumulativno.

C) Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri skupaj s ponudnikom nastopajo tudi drugi ponudniki, kot podizvajalci. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (OBR-3),
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (OBR-3),
- izpolnjene izjave o neobstoju izključitvenih razlogov (OBR-13) teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-3).

Ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naslednje podatke in dokumente:

- navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu;
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih podizvajalcev;
- izpolnjene izjave o neobstoju izključitvenih razlogov (OBR-13) teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, pa lahko zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo, bo naročnik izvajal neposredna plačila. Če bo torej ponudnik izvajal predmetno javno naročilo s podizvajalcem, in bo ta zahteval neposredno plačilo mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec pa svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno

izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naročnik na podlagi sedmega odstavka 94. člena ZJN-3, Državni revizijski komisiji dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso sestavni del pogodbe, zaradi česar se pogodba o izvedbi javnega naročanja ne bo spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih plačil kakšnemu od na novo priglašanih podizvajalcev.

1.6 Pravilna prijava

7. člen

Prijava mora biti v celoti izpolnjena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Pogoje za sodelovanje ponudnika bo naročnik presojal na podlagi dokumentov, dokazil in podatkov iz prijave, katero bo udeleženec posredoval naročniku v skladu in na način določen s temi navodili. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do roka za oddajo ponudb.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ponudba mora vsebovati izpolnjene najmanj naslednje obrazce in dokumente:

1. **Obrazec ponudbeni predračun (OBR-1);**
2. **Obrazec ponudbe (PONUDBA);**
3. **Obrazec podizvajalcev v ponudbi (OBR-2), če ponudnik nastopa s podizvajalci;**
4. **Obrazec pogodbe (OBR-3);**
5. **Obrazec vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-4);**
6. **Obrazec vzorec garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-5);**
7. **Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-6);**

¹ [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

8. **Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov (OBR-7).**
9. **Tehnična specifikacija ponujenega vozila;**
10. **Amortizacijski načrt;**
11. **Ostala morebitna zahtevana dokazila navedena v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.**

Obrazci morajo biti v .pdf obliki ali drugem ustreznem formatu.

1.7 Pogoji za priznanje sposobnosti

8. člen

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če obstajajo razlogi za izključitev določeni v prvem, drugem in četrtem odstavku 75. členu ZJN-3.

Neobstoj izključitvenih razlogov ponudnik dokazuje z izpolnjeno izjavo o neobstoju izključitvenih razlogov (OBR-13).

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;
- vsi partnerji v skupni ponudbi;
- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;
- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Poleg tega je v izjavi naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

1. **Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.**

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjene izjave o neobstoju izključitvenih razlogov (OBR-13).

Naročnik si pridržuje pravico, da naknadno izvede preverjanje omenjenega pogoja v skladu s 77. členom ZJN-3.

2. **Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh**

neplačanih zapadlih obveznosti na dan roka za oddajo ponudbe znaša 50 ali več EUR. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz te točke tudi, če na dan roka za oddajo ponudbe nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne roka za oddajo ponudbe.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjene izjave o neobstoju izključitvenih razlogov (OBR-13).

Naročnik si pridržuje pravico, da izpolnjevanje omenjenega pogoja preveri z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

3. Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjene izjave o neobstoju izključitvenih razlogov (OBR-13).

Naročnik si pridržuje pravico, da izpolnjevanje omenjenega pogoja preveri z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

4. Če je gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, gospodarskemu subjektu pa ni uspelo dokazati, da je sprejel ustrezne ukrepe, s katerimi bi dokazal svojo zanesljivost.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjene izjave o neobstoju izključitvenih razlogov (OBR-13).

Naročnik si pridržuje pravico, da izpolnjevanje omenjenega pogoja preveri z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

V primeru, da je gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, bo naročnik, v kolikor gospodarski subjekt v ponudbeni dokumentaciji ni izkazal ukrepov, s katerimi bi dokazal svojo zanesljivost, tako ponudbo izločil.

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega, b) točke četrtega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku

predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev.

5. Če je ponudnik:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;
- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje;
- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz prejšnjih dveh alinej.

Navedeno velja vključno za podizvajalce, dobavitelje ali subjekte, katerih zmogljivost se uporablja v smislu direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2009/81/ES, če predstavljajo več kot 10 odstotkov vrednosti naročil²

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjene izjave o neobstoju izključitvenih razlogov (OBR-13).

USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

6. Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila

Gospodarski subjekt mora biti na dan oddaje ponudbe registriran in vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, za opravljanje oz. izvedbo tistih del, ki jih v ponudbi prevzema.

Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjeki določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo v postopku za oddajo javnega naročila predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjene izjave o neobstoju izključitvenih razlogov (OBR-13).

Naročnik si pridržuje pravico, da naknadno zahteva ustrezna dokazila (izpis iz poklicnega ali poslovnega registra, akt u ustanovitvi, statut, družbeno pogodbo ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje vsebino izjave).

² Izključitveni razlog na podlagi sprejetega sklepa Sveta Evropske unije (Sklepa sveta (SZVP) 2/578 z dne 8. 4. 2022)

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v RS, morajo predložiti potrdilo ter ustrezno dovoljenje. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika.

EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ

7. Gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov pri bankah.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjene izjave o neobstoju izključitvenih razlogov (OBR-13).

*Naročnik si pridržuje pravico, da od gospodarskega subjekta naknadno zahteva predložitve **BON-1** ali **BON-2 obrazca**, ki ni starejši od 60 dni od roka za oddajo ponudbe in iz katerega je razvidno, da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov oz. **potrdila vseh bank**, ki vodijo TRR gospodarskega subjekta, ki niso starejša od 60 dni od roka za oddajo ponudbe in iz katerih je razvidno, da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov.*

OSTALO

8. Naročniki v zadnji treh (3) letih od objave tega javnega naročila zoper gospodarske subjekte niso upravičeno vlagali reklamacij glede kakovosti storitev in/ali dobavljenega blaga, kakovosti, pravočasnosti in zanesljivosti dobav in storitev ter nespoštovanja drugih pogodbenih obveznosti.

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo z izpolnjene izjave o neobstoju izključitvenih razlogov (OBR-13).

V kolikor naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju zgoraj naštetih pogodbenih obveznosti (npr. najmanj dvakratno upravičeno reklamiranje v okviru izvajanja posameznega posla, večje strokovne napake...) lahko ponudnika izloči iz postopka ocenjevanja prejetih ponudb in jih označi kot nedopustne.

9. Gospodarski subjekt z oddajo ponudbe soglaša, da do naročnika predmetnega razpisa ne bo uveljavljal nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bo izbran kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bo zahteval povrnitve nobenih stroškov, ki jih je imel s pripravo ponudbene dokumentacije.

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo z izpolnjene izjave o neobstoju izključitvenih razlogov (OBR-13).

10. Gospodarski subjekt v celoti sprejema pogoje javnega razpisa, pogoje predmetne razpisne dokumentacije in njenih sestavnih delov, pod katerimi daje svojo ponudbo, ter soglaša, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe.

Gospodarski subjekt prav tako v celoti soglaša z vzorcem pogodbe (OBR-5).

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo z izpolnjene izjave o neobstoju izključitvenih razlogov (OBR-13).

11. Gospodarski subjekt bo predložil izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter izjavo v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Ponudnik /partner/podizvajalec predloži izpolnjeno izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika na predloženem obrazcu (OBR-11) in jo po potrebi dopolni z lastno izjavo.

12. Gospodarski subjekt z oddajo ponudbe soglaša, da lahko naročnik v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3:

- **popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati;**
- **lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika in sicer tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije;**
- **popravi napačno zapisano stopnjo DDV v pravilno.**

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo z izpolnjene izjave o neobstoju izključitvenih razlogov (OBR-13).

Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz tega člena in predložili ustrezna dokazila.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da skladno s 77. členom ZJN-3 predloži najnovejša dokazila.

Listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij.

Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nedopustno izločil.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov ali če ti dokumenti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter

b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež (četrty odstavek 77. člena ZJN-3).

Ponudnik oziroma gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije bo moral za ugotavljanje sposobnosti, sam predložiti vsa potrdila/dokazila pristojnega organa iz katerih izhaja, da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev in le ta izpolnjuje pogoje za sodelovanje, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.

Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v obrazcu ponudbe navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP). V kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve.

1.8 Zaupnost

9. člen

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Naročnik ponudnike opozarja, da po oddaji ponudbe ponudbene dokumentacije ne bo več mogoče označevati z oznako poslovne skrivnosti.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3, javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

1.9 Jezik

10. člen

Vsi dokumenti, dokazila in podatki v prijavi morajo biti napisani v slovenskem jeziku. Dokazila in podatki, ki se nanašajo na dokazovanje tehničnih lastnosti so lahko v nemškem ali angleškem jeziku.

Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku.

1.10 Rok za predložitev prijav

11. člen

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu

<https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do roka, ki je naveden v objavi predmetnega javnega naročila na portalu javnih naročil.

1.11 Stroški priprave prijave

12. člen

Udeleženec nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo prijave.

1.12 Izločitev prijav

13. člen

Naročnik bo izločil vse prijave, ki ne bodo skladne z zahtevami in pogoji iz te razpisne dokumentacije ter prijave ponudnikov pri katerih bodo obstajali razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

1.13 Zavarovanja

14. člen

- a) Naročnik finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ne zahteva.
- b) Izbrani ponudnik mora v roku 10 dni od podpisa pogodbe izročiti naročniku **finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti** v višini 10% (odstotkov) od vrednosti pogodbe z DDV. Uporabi se oblika finančnega zavarovanja, ki je navedena v razpisni dokumentaciji (OBR-6). Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta blaga, gradbenega dela ali storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost. Pogodba je veljavna ob predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik ga lahko unovči, če izbrani ponudnik ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, obsegu in količini. Vzorec finančnega zavarovanja je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik parafira vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s čimer jamči, da se je seznanil z vsebino garancije, ki jo bo moral izročiti naročniku v primeru, da bo izbran. Ponudnik predloži parafiran vzorec finančnega zavarovanja (s strani ponudnika), ki je priložen v razpisni dokumentaciji.
- c) Ob primopredaji vozila mora dobavitelj naročniku izročiti **finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku** v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Zavarovanje mora veljati še 30 dni po preteku garancijske dobe. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik predloži na unovčenje, če ponudnik v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak ali če dobavljeno blago nima lastnosti/certifikatov h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku. V kolikor ponudnik naročniku ob primopredaji ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, si naročnik pridržuje pravico zadržati plačilo v višini 5 % pogodbene vrednosti naročila z DDV dokler finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi ne bo predloženo.

1.14 Merilo za izbiro

15. člen

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudba, ki bo prejela najvišje število točk na podlagi merila najnižje ponudbene cene brez DDV in najkrajšega dobavnega roka.

Ponudba z najnižjo ceno skupno ponudbeno ceno brez DDV prejme 90 točk, za najkrajši dobavni rok 10 točk, ostali sorazmerno manj na podlagi naslednjega izračuna:

$$\text{ŠTp} = ((Px / Pi) \times 90 \text{ točk}) + ((Rx/Ri) \times 10 \text{ točk})$$

Px= najnižja skupna ponudbena cena najema brez DDV;

Pi= ponudbena cena najema brez DDV;

Ri= ponujeni dobavni rok v dnevih;

Rx= najkrajši dobavni rok v dnevih.

Ponudnik lahko prejme maksimalno 100 točk.

1.15 Izbira v primeru enakih najugodnejših ponudb

16. člen

V kolikor bosta najmanj dva ponudnika prejela enako število točk, bo imela prednost ponudba ponudnika, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno ceno oz. vrednost brez DDV.

1.16 Javno odpiranje ponudb

17. člen

Odpiranje ponudb je javno.

Odpiranje poteka na način, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

1.17 Variante

18. člen

Variantne prijave in ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane.

1.18 Pogodba

19. člen

Izbran ponudnik je dolžan podpisati pogodbe v roku 8 dni po prejemu le-te, sicer bo naročnik menil, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

1.19 Ustavitev postopka, zavrnitev ponudb in odstop od izvedbe oddaje naročila

20. člen

Naročnik lahko v skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik lahko v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik v skladu z 8. odstavkom 90. člena ZJN-3, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvesti ponudnike.

1.20 Protikorupcijsko obvestilo

21. člen

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

1.21 Pravno varstvo

21. člen

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. [43/11](#), [60/11](#) – ZTP-D, [63/13](#), [90/14](#) – ZDU-11 in [60/17](#)) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Podrobnejša navodila za uveljavljanje pravnega varstva so dostopna na spletni strani <http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo>.

V. d. direktorice:
mag. Marija Zrim

