

PONUĐNIK:

NAROČNIK UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 7.08.2026
Stran: 1

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: 072 Medicinski potr. mat. za kardiologijo 2 2026-2028
001 Diagnostični koronarni katetri

CPV:

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	Diagnostični koronarni kateter, oblikovno zelo stabilen (glejte tehnične zahteve)	920016	KOS	7.000				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **072 Medicinski potr. mat. za kardiologijo 2 2026-2028**
002 Vodilne žice za PTCA - 0.014"

CPV:

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	PTCA vodilna žica iz nerjavečega jekla s kompozitnim jedrom, primerna za kronične okluzije, 1 mm predoblikovana, trdote 3 g, polimerni premaz v dolžini 40 cm ter hidrofilni premaz 50 cm na distalnem delu žice, shaft prekrit s PTFE, radiopačna v dolžini 3 cm, dolžine 200 cm in 300 cm, premera 0,014". Gladius EX ali enakovredno	913022	KOS	10				
2	PTCA vodilna žica iz nerjavečega jekla, jedro do konice, s kompozitnim jedrom, s spremenjenim ravnoesjem distalnega jedra, ki zmanjša prolaps in omogoča vzdrževanje ozke zanke, ki se pojavi v konici, polimerni in hidrofilni premaz v dolžini 41 cm na distalnem delu žice, shaft prekrit s PTFE, trdota konice 3 g, radiopačen vrh 3 cm, dolžine 190 cm in 300 cm, premera 0,014". Gladius MG ali enakovredno	913023	KOS	10				
3	PTCA vodilna žica iz nerjavečega jekla, primerna za kronične totalne okluzije (CTO), z enodelno jedrno žico in kompozitnim jedrom, prenos navora 1:1, premera 0,014", distalno zožena na 0,011" pri trdoti konice 2.0 g in na 0,012" pri trdoti konice 4.0 g in 6.0 g, dolžine 190 cm in 300 cm. Trdote primerljive z višjimi trdotami običajnih CTO žic zaradi večje penetracijske sposobnosti, ki je posledica konične oblike konice. Zunanja tuljava žice je spletena iz več jeklenih vrvi. Predoblikovana konica za boljšo prebojnost in vodljivost (distalni 1 mm konice upognjen pod kotom 45°). Distalni del žice ima hidrofilni premaz v dolžini 40 cm, shaft prevlečen s PTFE. Konica žice radiopačna v dolžini 15 cm. Gaia Next ali enakovredno	913021	KOS	20				
4	PTCA vodilna žica za CTO za iskanje poti, ko potek žile ni znan, iz nerjavečega jekla proksimalno obdanega z PTFE, konica trdote 3g, konica je ploska za boljši občutek gibanja žice, konica brez premaza, naprej 40cm hidrofilni premaz, 10.5cm radiopačen distalni del. Dolžine 190 cm in 300 cm. Miracle Neo 3 ali enakovredno	913024	KOS	10				
5	PTCA vodilna žica, jedro iz nitinola, zasnova "Core to tip" in varnostna mreža, ki omogoča superiorno torkabilnost in ohranjanje oblike. Konica brez prevleke, trdota konice 0,3g. Distalna hidrofilna prevleka v dolžini 55cm. Lahko je tudi prekrita s polimerom po konici naprej v dolžini 49cm, lahko brez polimera. Radiopačna v 3 cm. Anyreach C in Anyreach P ali enakovredno	913019	KOS	5				
6	PTCA vodilna žica, jedro iz nitinola, zasnova "Core to tip" in varnostna mreža, ki omogoča superiorno torkabilnost in ohranjanje oblike. Trdota konice 1,5g, 3,0g in 6,0g. Distalni del v celoti prevlečen s hidrofilnim premazom v dolžini 40cm in s polimerom v dolžini 28cm. Radiopačna v 3 cm. Anyreach P Lancer ali enakovredno	913020	KOS	5				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **072 Medicinski potr. mat. za kardiologijo 2 2026-2028**
003 Razni drugi pripomočki za interventno kardiologijo

CPV:

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	Bioresorptivno ogrodje iz PLLA materiala, prekrito s sirolimusom 1.25 ug/mm2, za stentiranje de-novo lezij, debelina »strut-ov« 100um, s tremi platinum markerji na vsaki strani ogrodja, na RX balonskem katetru uporabne dolžine 140 cm, kompatibilen s 6F vodilnim katetrom, proksimalni premer katetra 1.95F, distalni premer katetra 2.7F, dolžine ogrodja od 13 do 40 mm, premeri ogrodja od 2.50 do 4.50 mm, Meres 100 sirolimus eluting bioresorbable vascular scaffold system ali enakovredno	913030	KOS	10				
2	Endovaskularna naprava za lovljenje, kompresijo in odstranitev tujkov iz žilnega sistema (glejte tehnične zahteve)	913025	KOS	3				
3	Koronarni mikrokater iz jeklenega navitja (uporabna dolžina 135 cm; na voljo v 2,1 Fr in 2,6 Fr izvedbi), zasnovana za prehod z balonom neprehodnih, kalciniranih zožitev s 360° rotacijskim "vijačnim" napredovanjem in izjemnim prenosom navora. Ohranjen distalni lumen 0,41 mm (0,016") omogoča menjavo vodila ter olajša prehod naprav pri kompleksnih PCI/CTO posegih, Asahi Tornus ali enakovredno.	913032	KOS	5				
4	Mikrokater za kronične totalne okluzije, torkabilni (rotacijski) mikrokater s postopnim oženjem proti vrhu (tapered end) in hidrofilnim nanosom za izboljšano navigacijo, potisk in prehod skozi zavite in kompleksne lezije. Radiopačna konica omogoča dobro vidljivost in natančno pozicioniranje. Visoka fleksibilnost, navorna prenosljivost in ohranjena integriteta lumna v tortuozni anatomiji. Hidrofilni nanos: 60 cm. Proksimalni zunanji premer: 0,87 mm (2,6F), distalni premer: 0,64 mm (1,9F), delovna dolžina: 135 cm ali 150 cm, TrueCross Pro ali enakovredno.	913029	KOS	5				
5	Namenska penetracijska žica - vodilna žica namenjena za prehod iz subintimalnega v intraluminalni prostor, premera 0,014", distalno zožena na 0,009", dolžine 185 cm. Distalnih 20cm žice je hidrofilnih, shaft prevlečen s PTFE. Konica žice ima mikro kaveljček premera 0,0035", trdote 12 g, konica je v dolžini 1,5mm predukrivljena za 28°. Radiopačna v dolžini 20 cm, Stingray guidewire ali enakovredno	913027	KOS	5				
6	Namenski balon za ponoven vstop v lumen žile - namenski ploščati balon za pozicioniranje v subintimalni prostor, kompatibilen z 0,014" in 0,018" žico. En OTW port se konča na konici, drugi OTW port ima dva izhoda na mestu balona in sta usmerjena 180° vsaksebi. Dva radiopačna markerja, ki omogočata pravilno pozicioniranje balona. Hidrofilni premaz distalnega dela. Premer distalnega shafta 2,7F. RBP 6ATM. Dolžina balona 10mm, premer 2,5x1,0mm, Stingray LP Device ali enakovredno	913028	KOS	5				

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **072 Medicinski potr. mat. za kardiologijo 2 2026-2028**
003 Razni drugi pripomočki za interventno kardiologijo

CPV:

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
7	OCT kateter za slikanje arterij s pomočjo optične koherentne tomografije, uporabna dolžina 135 cm, hidrofilna prevleka, prečni profil 2,7FR, RX konica z dvojnimi lumnami za lažje vstavljanje vodilne žice, kompatibilen mora biti s 6 FR vodilnim PTA katetrom in vodilno žico 0,014", 2 dolžini pullbacka (high-resolution 54 mm in survey resolution 75 mm), frame rate 180 fps, distalno 3 radiopačni markerji za lažje uokvirjanje tarčne lezije, proksimalno 2 radiopačna markerja na shaftu za lažjo orientacijo, avtomatska kalibracija.	913031	KOS	10				
8	Set žilnih dilatatorjev premera od 8F do vsaj 22F, Medtronic Opus ali enakovredno	913026	SET	5				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: 072 Medicinski potr. mat. za kardiologijo 2 2026-2028
004 Dilatacija aortne zaklopke

CPV:

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	Balonski kateter za BAV, ultra nekomplianten, zmanjša tveganje za povečanje premera balona nad označenim premerom, izdelan s tehnologijo na osnovi vlaken, ki so močna in odporna ter zagotavljajo neraztrganje, izredno hitra inflacija-deflacija, premerov 18-28mm, dolžine 4,5 cm, dolžine katetra 110 cm, kompatibilni z 11F, 12F, 13F in 14F uvajali, BD True Dilatation Balloon ali enakovredno	913033	KOS	30				
2	Balonski kateter za BAV, zasnovan z osmimi komorami in odprtim osrednjim lumom, ki omogoča neprekinjen pretok krvi med samim posegom, izdelan s tehnologijo na osnovi vlaken, ki so močna in odporna ter zagotavljajo neraztrganje, na voljo v premerih od 18 mm do 26 mm, dolžine 3,5 cm, dolžine katetra 110 cm, kompatibilni z 11F, 12F, 14F in 16F uvajali, BD True Flow Dilatation Balloon ali enakovredno	913034	KOS	10				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **072 Medicinski potr. mat. za kardiologijo 2 2026-2028****005 Namenski potrošni material za strukturne kardiološke interventne posege**

CPV:

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	Mitralna sponka (klip) Sistem za perkutano zdravljenje regurgitacije in popravilo mitralne zaklopke. Pritrdilni element - zaponka iz nitinola sestavljena iz dveh sprejemnih delov, ki omogočata ločeno in simultano sprejemanje lističev. Dimenzije sprejemnih delov zaponk: širine 4-6 mm in dolžine 9-12 mm. Pritrdilni element - zaponko se uvaja pritrjeno na upogibni uvajalni sistem dolžine do 109.5 cm in preko upogibnega uvajala zunanje dimenzije do 24F in dolžine do 80 cm. Sistem za uvajanje zajema potrebne: uvajalni kateter, dilatator, upogibno uvajalo, upogibni uvajalni sistem, pritrdilne elemente (sponke), stabilizator in podstavke, Sistem MitraClip ali enakovredno	913035	SET	10				
2	Perkutana zapirala za zapiranje paravalvularnega defekta. Sistem zapirala iz samoraztezne nitinolne mreže in poliestra prilagojen za perkutano transvensko ali transarterijsko zapiranje paravalvularnega defekta. Velikosti diska 4 do 14 mm, širina vratu 2 do 5 mm, kompatibilen z uvajali 6-10 F. Uvajalo 6-10 F dolžine 80 cm z uvajalno žico 120 cm.	913038	SET	10				
3	Perkutana zapirala za zapiranje postifarktnega ventrikularnega septum defekta. Sistem zapirala iz samoraztezne nitinolne mreže in poliestra prilagojen za perkutano transvensko ali transarterijsko zapiranje ventrikularnega septum defekta. Velikosti diska do 34 mm, širina vratu 26 mm ali več, kompatibilen z uvajali do vključno 10 F. Uvajalo 6-10 F dolžine 80 cm z uvajalno žico 120 cm	913037	SET	5				
4	Perkutana zapirala za zapiranje ventrikularnega septum defekta Sistem zapirala iz samoraztezne nitinolne mreže in poliestra prilagojen za perkutano transvensko ali transarterijsko zapiranje ventrikularnega septum defekta. Velikosti diska do 26 mm, širina vratu 6 mm in več, kompatibilen z uvajali do vključno 10 F. Uvajalo 6-10 F dolžine 80 cm z uvajalno žico 120 cm.	913036	SET	5				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **072 Medicinski potr. mat. za kardiologijo 2 2026-2028**
006 Sistem za 360 orbitalno aterektomijo - 100% skupina

CPV:

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	Lubrikant, 100ml (glejte tehnične zahteve)	913041	KOS	10				
2	Sistem za koronarno orbitalno aterektomijo - Kateter z diamantno krono premera 1,25mm (glejte tehnične zahteve)	913039	KOS	10				
3	Žica vodilna 325cm, 0.012"- 0.014", trdota konice 1.0g (glejte tehnične zahteve)	913040	KOS	10				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **072 Medicinski potr. mat. za kardiologijo 2 2026-2028****007 Diag. in ablacijski elektrofiziološki katetri za povezavo z obstoječim 3D sis (CARTO) - 100% skupina**

CPV:

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	Ablacijski kateter z merjenjem sile potiska v gramih ter prikazom smeri vektorja sile, hlajena ablacijska elektroda 3.5mm, počasno hlajenje-56 odprtinic, enosmerno ali dvosmerno vodenje konice, različnih krivin - od male do velike, 6-elektrodni, razmik med elektrodami 1-6-2mm, dolžina 115cm. Prisotnost senzorja, ki omogoča uporabo v sistemu za 3D navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi električnega in magnetnega polja (Carto). Možnost radiofrekvenčne ablacije in elektroporacije. Kateter mora biti kompatibilen z obstoječim 3D sistemom Carto.	913042	KOS	40				
2	Pripadajoči vezni kabel za povezavo ablacijskega katetra z generatorjem, možnost sterilizacije do 20x oziroma glede na navodila za uporabo.	913049	KOS	10				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **072 Medicinski potr. mat. za kardiologijo 2 2026-2028****008 Abl.kat. in pod.mat. za selektivno, netermalno ireverzibilno elektrop.miokard.tkiva 1 - 100% skupina**

CPV:

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	Dvosmerno vodljiv PFA balonski kateter indiciran za izolacijo pljučnih ven z vsaj osmimi (opcijsko izključljivimi) elektrodami na radiopačnem balonu za dovajanje energije v tkivo, premera 28 mm, in integriranim grafičnim prikazom kvalitete kontakta s tkivom. Kateter mora imeti magnetni senzor za prikaz v 3D sistemu in omogoča uvajanje preko vodilne žice (OTW).	913043	KOS	10				
2	Pripadajoči vezni kabel za povezavo balonskega radiopačnega katetra z elektroporacijskim generatorjem, možnost sterilizacije do 20x oziroma glede na navodila za uporabo.	913047	KOS	5				
3	Uvajalo za single shot PFA kateter Dvosmerno vodljivo uvajalo za PFA balonski kateter z vsaj tremi različnimi velikosti krivine (small, medium, large) in atraumatičnim vrhom. Radiopačen marker na konici in integrirana hemostatska valvula	913044	KOS	10				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **072 Medicinski potr. mat. za kardiologijo 2 2026-2028****009 Abl.kat. in pod.mat. za selektivno, netermalno ireverzibilno elektrop.miokard.tkiva 2 - 100% skupina**

CPV:

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	Multielektrodni cirkularni elektrofiziološki kateter, za način "single shot" ablacije z elektroporacijo, premera 8.5 Fr, 10 polarni, dvosmerno vodljiv z 90 in 180 stopinjsko deflecijo, s prilagodljivim premerom cirkularnega dela 25mm-35mm, z možnostjo zaznavanja znotrarsrčnih električnih signalov in aplikacije elektroporacije iz desetih elektrod, kompatibilen z obstoječim 3D sistemom (Carto). Dolgo uvajalo z dvosmerno vodljivo konico, mehka atraumatska konica, hemostatska valvula in stransko prepiranje, 4 markerji na konici vidni na rentgenu, premer F8.5, uporabna dolžina 71cm, velikost krivine 17mm-Small, 22mm-Medium, 50mm-Large. V setu z dilatatorjem in vodilno žico 180cm.	913046	KOS	40				
2	Pripadajoči električni vezni kabel za povezavo z elektroporacijskim generatorjem ter sistemom za tridimenzionalno navigacijo (Carto) za večkratno uporabo, možnost sterilizacije do 20x oziroma glede na navodila za uporabo.	913045	KOS	10				

ŽIG IN PODPIS: