

Štev.: 460-8(809006)/2026-7
Dne: 14.08.2026

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo »ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 14.07.2026, številka objave JN005625/2026-EUe16/01 in v Uradnem listu EU, datum objave 14.07.2026, številka objave 484079-2026, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Naročnik podaljšuje rok za predložitev ponudb, kot sledi:
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> najkasneje do **25.08.2026** do 12.00. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN **25.08.2026** in se bo začelo ob 15.00 na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Veljavnost listin, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko nanašajo na prvotni datum za predložitev ponudb, t.j. **18.08.2026**. V primeru, da ponudniki v ponudbi sami predložijo potrdila iz kazenske evidence, le-ta ne smejo biti starejša od štirih mesecev, šteto od dneva novega roka za oddajo ponudbe t.j. **25.08.2026**.

2. Naročnik je z Dopolnitvijo in spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, št.: 460-8(809006)/2026-6, z dne 10.08.2026 (popravek objavljen na portalu javnih naročil, datum objave 11.08.2026, številka objave JN005625/2026-EUe16/01-P03 in v Uradnem listu EU, datum objave 11.08.2026, številka objave 556365-2026), ponudnikom dovolil, da lahko pri identih 908042 in 908662 ponudijo tudi revizijski cement z gentamicinom in klindamicinom.

Naročnik s to Dopolnitvijo in spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, popravlja Dopolnitev in spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, št.: 460-8(809006)/2026-6, z dne 10.08.2026, kot sledi:

Ident 908042

Ponudniki morajo ponuditi kostni cement za revizije s povišano vrednostjo antibiotikov in sicer gentamicina in klindamicina. 40 g cementa mora vsebovati kombinacijo 1 g gentamicina in 1 g klindamicina.

Ident 908662

Ponudniki morajo ponuditi kostni cement za revizije (40g) v kombinaciji antibiotika 0,5 g Gentamicina in 2 g Vankomicina.

Vse ostale navedbe navedene v Dopolnitvi in spremembi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, št.: 460-8(809006)/2026-6, z dne 10.08.2026, ostajajo nespremenjene.

Služba za nabavo zdravstvenega materiala
in storitev

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor