

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: BLAGO

SRČNI SPODBUJEVALNIKI

Vsebina:

- A) Povabilo k predložitvi ponudbe
- B) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
- C) Navodila za delo s programom »Javna naročila UKC«
 - 1) Obrazec ponudbe (OBR-1)
 - 2) Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-2)
 - 3) Vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3)
 - 4) Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-4)
 - 5) Specifikacija zahtev naročnika
 - 6) Priloga k specifikaciji zahtev naročnika
 - 7) Specifikacija ponudbe s cenami

Priloge:

- ESPD obrazec
- Črtne kode artiklov
- Obrazec za vpis črtnih kod
- Struktura elektronske dobavnice

Številka povabila: 460-11(809006)/2026-3
Datum: 24.08.2026

A) POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

Vabimo vas, da predložite ponudbo za javno naročilo za nabavo blaga:

SRČNI SPODBUJEVALNIKI

Ponudbo je treba izdelati v skladu z navodili te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Javno naročilo:

SRČNI SPODBUJEVALNIKI

**B) NAVODILA PONUDNIKOM
ZA IZDELAVO PONUDBE**

Avgust, 2026

I SPLOŠNO

1.1 Osnovni podatki o naročilu

Predmet naročila:	SRČNI SPODBUJEVALNIKI Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v Specifikaciji zahtev naročnika, v Prilogi k specifikaciji zahtev naročnika in v točki 2.11 teh navodil. Ponudnik mora pri skupinah od 1 do 13 ponuditi 100% razpisanih vrst in količin blaga iz skupine oz. skupin. Pri skupinah 14 in 15 lahko ponudnik odda ponudbo za posamezno vrsto blaga.
Vrsta postopka:	Naročnik bo to javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22-odl. US, 100/22-ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 - ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3), z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu z 48. členom ZJN-3.
Trajanje naročila:	Od 01.01.2027 do 31.12.2028
Rok za oddajo ponudb:	Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si do 29.09.2026 do 12.00 (Glej točko 2.4 teh navodil).
Javno odpiranje ponudb:	Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 29.09.2026 in se bo začelo ob 15.00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si (Glej točko 2.5 teh navodil).

V primeru, da bo naročnik prejel ponudbe, ki bodo višje od zagotovljenih sredstev, si pridržuje pravico, da:

- javnega naročila ne odda v celoti,
- javnega naročila ne odda v delu (posamezna vrsta blaga, posamezna skupina blaga), kjer ponudba presega zagotovljena sredstva,
- količine blaga, pri katerem ponudbena cena presega zagotovljena sredstva, zmanjša.

Naročnik bo odpiral konkurenco med sklenitelji okvirnega sporazuma predvidoma v obdobjih, kot je opredeljeno v točki 3.2 teh navodil. Naročilo za posamezno obdobje bo oddano, na podlagi meril iz točk 2.13.1 in 2.13.2 teh navodil, tistemu ponudniku (enemu ponudniku), ki bo za posamezno vrsto blaga oz. posamezno skupino blaga med sklenitelji okvirnega sporazuma najugodnejši.

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom v posameznem obdobju sklenil kupoprodajno pogodbo.

V primeru, da bo naročnik za posamezno vrsto blaga oz. skupino blaga prejel samo eno dopustno ponudbo, bo naročnik s tem ponudnikom sklenil samo okvirni sporazum, brez kupoprodajne pogodbe, za obdobje od 01.01.2027 do 31.12.2028. Naročnik v tem primeru ne bo odpiral konkurence.

Naročnik si pridružuje pravico dopolnjevati seznam razpisanih vrst blaga in/oz. skupin blaga v času trajanja okvirnega sporazuma, v kolikor nastane potreba po novih vrstah blaga in/oz. novih skupinah blaga, in ki niso bile zajete v specifikaciji zahtev naročnika in v specifikaciji ponudbe s cenami.

Naročnik bo v tem primeru pozval vse sklenitelje okvirnega sporazuma k predložitvi ponudb za te nove vrste blaga in/oz. za te nove skupine blaga, kadarkoli v času trajanja okvirnega sporazuma.

Naročnik bo za te nove vrste blaga in/oz. za te nove skupine blaga ugotavljal ustreznost ponujenih vrst blaga pod pogoji in na način opredeljen v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo za te nove vrste blaga in/oz. za te nove skupine blaga s ponudnikom, katerega ponudba bo ocenjena kot ustrezna, sklenil aneks k okvirnemu sporazumu. Z najugodnejšim ponudnikom, izbranim na podlagi meril iz točk 2.13.1 in 2.13.2, pa aneks h kupoprodajni pogodbi oz. kupoprodajno pogodbo, v kolikor le-te še nima.

1.2 Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

1.2.1 Tuji ponudniki

Za ponudnike s sedežem v tuji državi bo naročnik ugotavljal sposobnost na enak način kot za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji.

Tuji ponudniki morajo predložiti dokazila, kot so navedena v točki 2.10 teh navodil.

1.2.2 Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo bo naročnik za vsakega ponudnika iz skupine ponudnikov posamično ugotavljal sposobnost iz točke 2.10 teh navodil, in sicer:

- ne smejo biti podani razlogi za izključitev,
- sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti,
- drugi pogoji.

V primeru skupne ponudbe je potrebno za vsakega od sodelujočih gospodarskih subjektov predložiti ločen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: ESPD).

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed skupnih ponudnikov podani razlogi za izključitev iz točke 2.10.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

Obrazca »Specifikacija ponudbe s cenami in Specifikacija zahtev naročnika« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik od izbrane skupine lahko zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju) v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo javnega naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

1.3 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le preko portala javnih naročil¹. Pojasnila bodo posredovana preko portala javnih naročil.

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi **pravočasno oz. najkasneje do 15.09.2026 do 12.00 ure**. Naročnik bo dodatno pojasnilo posredoval najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

1.4 Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, bo to objavil na svoji spletni strani (<http://www.ukc-mb.si>) in na portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila 6 ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

II PONUDBA

2.1 Jezik

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega materiala, tehnične dokumentacije itd., ki so lahko predloženi v angleškem jeziku.

¹ <http://www.enarocanje.si>

2.2 Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

2.3 Predložitev ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. izpolnjen obrazec ponudbe (OBR-1) – navodila za izdelavo so v prilogi C) Navodila za delo s programom »Javna naročila UKC Maribor«, na strani 9;
2. izpolnjen vzorec okvirnega sporazuma (OBR-2);
3. izpolnjen vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3);
4. izpolnjen obrazec Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-4) v skladu z zahtevami iz točke 2.10.3 teh navodil – velja za vse gospodarske subjekte, razen tiste podizvajalce, dobavitelje ali subjekte, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik, ki ne predstavljajo več kot 10% vrednosti naročila;
5. izpolnjen obrazec Specifikacija zahtev naročnika (**izpolnjen za vse vrste blaga oz. za vse skupine blaga za katere oddaja ponudbo; izpis + Podatki.tps, Ponudnik.tps in Opisi.tps**);
6. izpolnjen obrazec Specifikacija ponudbe s cenami (**izpolnjen za vse vrste blaga oz. za vse skupine blaga za katere oddaja ponudbo; izpis + Podatki.tps, Ponudnik.tps in Opisi.tps**);
7. izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi;
8. potrdilo proizvajalca, da ob upoštevanju navodil za uporabo in delovanje srčnega spodbujevalnika mobilni telefoni ne motijo delovanja srčnih spodbujevalnikov (velja za vse ponujene srčne spodbujevalnike);
9. izjavo proizvajalca, da je možno varno MRI slikanje celotnega telesa z energijo 1,5T oz. 3T (odvisno od modela);
10. izjavo o skladnosti in veljaven CE certifikat, vključno s podaljšanjem certifikata (v kolikor je potrebno), oz. v skladu z zahtevami iz točke 2.11 teh navodil za ponujen potrošni material,
11. lastno izjavo, da so ponujene vrste blaga, kadar gre za medicinske pripomočke ali za in-vitro medicinske pripomočke, označene v skladu z veljavno zakonodajo EU; Izbrani ponudnik, bo pozvan, da naročniku posreduje črtne kode v zahtevani obliki najkasneje do podpisa okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe;
Naročnik prilaga obrazec vpisa črtnih kod, katerega ni potrebno predložiti v ponudbi;
12. lastno izjavo, da za ponujeni material, v skladu z zakonodajo EU, CE oznaka ni potrebna (velja v primeru, da ponujeni material ne potrebuje CE oznake).

***Opomba k točki 5 in 6:** Ponudnik izpolni obrazec Specifikacije zahtev naročnika in obrazec Specifikacije ponudbe s cenami z računalniškim programom »Javna naročila«. Ponudnik naredi izpis, ki ga podpiše in skenira v PDF datoteko. Zraven izpisa morajo ponudniki pripraviti tudi podatkovne datoteke za potrebe Centra za informatiko naročnika (glej navodila za delo s programom »Javna naročila«). **Datoteke (Podatki.tps, Ponudnik.tps in Opisi.tps), ki bi jih drugače program »Javna naročila« kreiral na prenosnem mediju (CD, USB ključek), je potrebno priložiti v ponudbi oz. naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge«!**

V kolikor imajo ponudniki težave s programom »Javna naročila« oz. pri pripravi podatkovnih datotek, se lahko obrnejo na: Center za informatiko – Matej Španinger, tel.: 051 397 667, e-mail: matej.spaninger@ukc-mb.si.

Obrazci iz točk 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7 so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Vse obrazce je potrebno izpolniti.

Obrazcev ni potrebno podpisati in žigosati z enotnim pečatom (je pa zaželeno). V kolikor obrazci niso podpisani, se šteje, da je oddan pravno zavezujoč obrazec, ki ima enako veljavnost kot podpisan. V kolikor bo ponudnik oddal podpisane obrazce jih podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščen oseba.

Dokumente je potrebno skenirati v PDF datoteko, razen ESPD obrazca (je pa zaželeno).

Ponudnik celotno ponudbo v elektronski obliki naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Ponudnik mora v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naložiti izpolnjen obrazec »Specifikacija ponudbe s cenami (izpolnjen za vse vrste blaga in/oz. za vse skupine blaga za katere oddaja ponudbo)« v PDF datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

V specifikaciji zahtev naročnika mora ponudnik obvezno vpisati pri vsaki vrsti blaga naslednje podatke:

- pakiranje,
- proizvajalca,
- naziv ponujenega artikla,
- kataloško številko.

Ponudniki morajo vpisati originalne podatke o proizvajalcu in originalne kataloške številke.

V primeru, da naročnik na enem identu razpisuje več dimenzij, mora ponudnik obvezno priložiti specifikacijo s kataloškiimi številkami za vse ponujene dimenzije oz. v primeru razpisanih kompletov specifikacijo s cenami in kataloškiimi številkami za vse posamezne elemente kompleta. Postopek vpisa je opisan v dodatnih navodilih za delo s programom »Javna naročila UKC«.

V specifikacijo ponudbe s cenami je treba vpisati:

- ceno brez DDV,
- davčno stopnjo (%).

V primeru, da ponudnik ponuja drugačno pakiranje od razpisanega, mora ponujeno ceno preračunati na razpisano pakiranje.

V primeru odstopanja Specifikacije zahtev naročnika v pdf datoteki od datotek (Podatki.tps, Ponudnik.tps in Opisi.tps), bo naročnik upošteval Specifikacijo zahtev naročnika v pdf datoteki.

V primeru odstopanja Specifikacije ponudbe s cenami v pdf datoteki, naložene v razdelek »Predračun«, od datotek (Podatki.tps, Ponudnik.tps in Opisi.tps), bo naročnik upošteval Specifikacijo ponudbe s cenami v pdf datoteki, naloženo v razdelek »Predračun«.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo, mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- izpolnjen obrazec ponudbe (OBR-1),
- izpolnjeno izjavo v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-4),
- ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

V kolikor ponudniki sami predložijo v ponudbi potrdila iz kazenske evidence morajo le-ta odražati zadnje dejansko stanje in ne smejo biti starejša od 4 mesecev, šteto od dneva roka za oddajo ponudb, za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje gospodarskega subjekta na dan, določen za predložitev ponudb.

ESPD obrazec

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: <https://ejn.gov.si/espdc> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

2.4 Način in rok predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si> v skladu z navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN, objavljena na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si> v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob

oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika²). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> najkasneje do **29.09.2026 do 12.00**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ne bo več mogoče oddati

2.5 Čas in kraj odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN **29.09.2026** in se bo začelo **ob 15.00** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

2.6 Popravljanje napak

Popravljenе napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.

2.7 Dopustne spremembe in dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne, oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik ravnal v skladu z določbo petega, šestega in sedmega odstavka 89. člena ZJN-3.

2.8 Navedba zavajajočih podatkov

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

² [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

2.9 Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval, in vzorcev, če jih želi naročnik preizkusiti.

V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev prospektnega materiala, katalogov ali vzorcev, je treba te predložiti najkasneje v roku 7 delovnih dni. V kolikor ponudnik zahtevanega prospektnega materiala, katalogov ali/in vzorcev ne dostavi oz. jih ne dostavi v zahtevanem roku, bo naročnik takega ponudnika izločil iz nadaljnega postopka oddaje javnega naročila.

V kolikor bo naročnik od ponudnikov zahteval predložitev vzorcev, bo zahtevo posredoval ponudnikom na elektronski naslov naveden v obrazcu ponudbe (OBR-1).

2.10 Ugotavljanje sposobnosti

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkama 2.10.1 in 2.10.2.1 teh navodil.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost gospodarskih subjektov kot sledi:

2.10.1 Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

1. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bo drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNSPP, 16/23 in 107/24-Odl. US; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.
 - terorizem (108. člen KZ-1),
 - financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
 - škruvanje in javno povelieevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
 - novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
 - spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
 - trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
 - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
 - kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
 - goljufija (211. člen KZ-1),
 - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
 - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
 - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
 - poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
 - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
 - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
 - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
 - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
 - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
 - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazila:

- ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Opomba:

Kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja lahko gospodarski subjekt predloži potrdila iz kazenske evidence tudi sam, če odražajo zadnje stanje in če niso starejša od štirih mesecev, šteto od dneva roka za oddajo ponudb, in sicer za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

2. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravnava neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. če mu je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2.10.2 Pogoji za sodelovanje

2.10.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Opomba:

V prvo polje morajo ponudniki vpisati Registracijsko številko pri pristojnem sodišču ali drugemu organu. Pri navedbi: "Ali so te informacije brezplačno na voljo organom iz zbirke podatkov držav članic EU?", odgovorite z DA in v prvo vrstico vpišete povezavo na AJPES, pod "Referenca/Koda" vpišete ponovno številko, ki ste jo navedli pod Registracijska številka, v polje "Izdajatelj" vpišete Ajpes (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji);

2. da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov pri Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji);

oziroma v primeru tujega ponudnika

da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov, v skladu z zakonodajo države, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež (v kolikor se to v skladu z zakonodajo države, v kateri ima svoj sedež zahteva).

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Opomba:

V prvo polje morajo ponudniki vpisati Registracijsko številko vpisa v register poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov pri Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, pri navedbi "Ali so te informacije brezplačno na voljo organom iz zbirke podatkov držav članic EU?" odgovorite z DA in v prvo vrstico vpišete povezavo do spletne strani JAZMP, v polje Referenca/Koda ponovno vpišete številko, ki ste jo navedli v polje Registracijska številka, v polje Izdajatelj pa vpišete JAZMP (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji);

2.10.3 Drugi pogoji

1. V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb

- a) ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji;
- b) pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali
- c) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka.

Enako velja za podizvajalca ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Za dokazovanje neobstoja predmetnega razloga za izključitev morajo vsi gospodarski subjekti v ponudbi priložiti izpolnjeno Izjavo v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-4), razen tisti podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik, ki ne predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Dokazilo: izpolnjena izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-4).

2.11 Tehnične specifikacije

V Specifikaciji zahtev naročnika je naročnik za vrste blaga, ki so predmet tega naročila, navedel blagovno znamko oz. kataloško številko izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti razpisanih vrst blaga. Ponudniki morajo ponuditi enako ali višjo raven kakovosti oz. ustrezno strokovno paralelo.

Naročnik bo kot nedopustno zavrnil tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam za ponujene vrste blaga iz predmetnega naročila. Tehnične zahteve so opredeljene v tej točki, v Specifikaciji zahtev naročnika in v prilogi k Specifikaciji zahtev naročnika.

Ponudnik mora zagotavljati 100% razpisanih vrst in količin blaga iz skupine oz. skupin za katere oddaja ponudbo (velja za skupine od 1 do 13).

Ponudnik mora zagotavljati razpisane vrste in količine blaga za katero oddaja ponudbo (velja za skupini 14 in 15).

Ponudnik mora imeti s proizvajalcem oz. z njegove strani pooblaščen osebo sklenjeno pogodbo, na podlagi katere bo zagotovil dobavo vrst blaga za katere oddajo ponudbo. Opomba: ponudnik bo na podlagi naročnikove zahteve to podkrepil z ustreznim pisnim dokazilom (fotokopija pogodbe oz. dela pogodbe).

Ponudnik mora imeti za skladiščenje artiklov ustrezen, v skladu s pravili stroke, urejen prostor. Prav tako ponudnik nosi vso odgovornost vezano na dobavljene artikle (skladiščenje in dostava do končnega uporabnika – Univerzitetni klinični center Maribor).

V primeru če je naročnik navedel določeni standard, mora ponujeno blago ustrezati standardu navedenem v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali enakovrednemu standardu.

Ponujeno blago mora izpolnjevati vse pogoje, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.

Velja za medicinske pripomočke:

Vsi medicinski pripomočki morajo biti označeni z oznako CE in izpolnjevati zahteve Uredbe (EU) 2017/745 ter uredb, ki jo spreminjajo (EU 2023/607 in EU 2024/1860) ter Zakona o medicinskih pripomočkih (ZMedPri-1, UL RS, št. 40/2025).

V kolikor je medicinski pripomoček razvrščen v razred tveganja I, mora ponudnik v ponudbo, predložiti Izjavo o skladnosti. V kolikor je medicinski pripomoček razvrščen v razred tveganja Is, Im, Ism, Ir, IIa, IIb in III morajo ponudniki v ponudbo predložiti veljavno Izjavo o skladnosti in veljaven CE certifikat.

Velja za In-vitro medicinske pripomočke:

Vsi in-vitro medicinski pripomočki morajo biti označeni z oznako CE in izpolnjevati zahteve Uredbe (EU) 2017/746 ter uredb, ki jo spreminjajo (EU 2023/607 in 2024/1860) in Zakona o medicinskih pripomočkih (ZMedPri-1, UL RS, št. 40/2025).

V kolikor je in-vitro medicinski pripomoček razvrščen v razred tveganja A, mora ponudnik v ponudbo, predložiti Izjavo o skladnosti. V kolikor je in-vitro medicinski pripomoček razvrščen v razred tveganja As, B, C in D, morajo ponudniki v ponudbo predložiti veljavno Izjavo o skladnosti in veljaven CE certifikat.

Ponudniki morajo v ponudbo obvezno predložiti zahtevane dokumente v skladu z 10. točko navedeno v točki 2.3 Predložitev ponudbe.

Ponudniki morajo za ponujeno vrsto blaga predložiti zgoraj navedene dokumente (v kolikor so potrebni), in sicer tako, da le-te predložijo v posebni mapi, ki naj bo imenovana po številki razpisane skupine in za katere ponudniki oddajajo ponudbo. Dokumenti znotraj skupine morajo biti označeni s številko identa.

V kolikor ponujeno blago ni uvrščeno med medicinske pripomočke oz. in vitro medicinske pripomočke, mora biti označeno s CE oznako v kolikor to zahteva veljavna zakonodaja.

V kolikor za ponujeni material, v skladu z veljavno zakonodajo EU, CE oznaka ni potrebna, mora ponudnik v ponudbo predložiti lastno izjavo, v skladu z 12. točko navedeno v točki 2.3 Predložitev ponudbe.

POMEMBNO!

V primeru, da v času trajanja okvirnega sporazuma predloženi CE certifikati in Izjave o skladnosti prenehajo veljati, jih mora ponudnik, brez poziva naročnika, nadomestiti z novimi – veljavnimi.

POMEMBNO!

Ponudnik mora v ponudbo predložiti lastno izjavo, da so ponujene vrste blaga, kadar gre za medicinske pripomočke ali za in-vitro medicinske pripomočke, označene v skladu z veljavno zakonodajo EU; Izbrani ponudnik, bo pozvan, da naročniku posreduje črtne kode v zahtevani obliki najkasneje do podpisa okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe, v skladu z 11. točko navedeno v točki 2.3 Predložitev ponudbe.

2.12 Ponudbena vrednost

Cene morajo biti podane v evrih (EUR).

Cena brez DDV mora vsebovati vse stroške (prevozne, špeditorske, carinske ter morebitne druge stroške), popuste in rabate. Posebej je treba izkazati stopnjo davka na dodano vrednost.

Navesti je treba tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobite tako, da cene pomnožite s količinami in tako dobljene vrednosti seštejete. Ponudbena vrednost mora vsebovati vse stroške.

Cena na enoto mere mora biti fiksna v času trajanja kupoprodajne pogodbe, sklenjene za posamezno obdobje iz točke 3.2 teh navodil

V primeru, da bo naročnik za posamezno skupino blaga in/oz. posamezno vrsto blaga prejel samo eno dopustno ponudbo, bo naročnik s tem ponudnikom sklenil samo okvirni sporazum, brez kupoprodajne pogodbe, za obdobje od 01.01.2027 do 31.12.2028. Naročnik v tem primeru ne bo odpiral konkurence. Cene so fiksne do izpolnitve vseh obveznosti iz okvirnega sporazuma z izjemo korekcij vrednosti, ki jo dopušča Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04; v nadaljevanju: Pravilnik). Pogodbeni stranki sta soglasni, da se valorizacija denarnih obveznosti opravi tako v primeru povišanja kot tudi znižanja denarnih obveznosti, pri čemer se v primeru znižanja denarnih obveznosti smiselno uporabljajo določbe Pravilnika. Kot podlaga za valorizacijo se upošteva indeks cen življenjskih potrebščin. Sprememba cene lahko znaša največ 80 % spremembe (povišanje ali znižanje) indeksa cen življenjskih potrebščin šteto od dneva sklenitve okvirnega sporazuma. Spremembe cene bosta pogodbeni stranki opravili le na podlagi predhodnega pisnega obvestila nasprotne stranke. Spremenjene cene bodo veljale le za vnaprej na podlagi sklenjenega aneksa k okvirnemu sporazumu.

V primeru, da pride v času izvajanja okvirnega sporazuma do spremembe Pravilnika ali sprejetja drugega predpisa, s katerim se na novo oziroma drugače uredi vprašanje valorizacije denarnih obveznosti, se uporabi zadnji veljavni predpis, ki nadomesti trenutno veljavni Pravilnik.

2.13.1 Merilo za skupine od 1 do 13:

- **najnižja končna vrednost posamezne skupine blaga brez DDV.**

2.13.2 Merilo za skupini 14 in 15:

- **najnižja končna cena posamezne vrste blaga brez DDV.**

Opomba:

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako ceno brez DDV za isto vrsto blaga oz. enako vrednost brez DDV za isto skupino blaga, bo naročnik za te vrste blaga oz. skupino blaga opravil žrebanje – izvlačenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enake cene. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

2.14 Izbira ponudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo:

- predložil dopustno ponudbo ter bo
- ponudil najnižjo končno ceno posamezne vrste blaga brez DDV oz. najnižjo končno vrednost posamezne skupine blaga brez DDV.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 - ZZPri) je izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika, pred podpisom okvirnega sporazuma, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu

izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost okvirnega sporazuma.

2.15 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati 6 mesecev od datuma javnega odpiranja ponudb.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

2.16 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

III SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA IN KUPOPRODAJNE POGODBE

3.1 Sklenitev okvirnega sporazuma

Naročnik bo s ponudniki, za katere bo ugotovil, da so njihove ponudbe dopustne, sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca okvirnega sporazuma iz točke 2 točke 2.3 teh navodil. Okvirni sporazum se sklene za obdobje od 01.01.2027 do 31.12.2028.

Okvirni sporazum je treba podpisati v roku sedmih (7) dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu okvirnega sporazuma, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

3.2 Predvideni obdobji

Naročnik je javno naročilo razdelil na naslednji obdobji:

- od 01.01.2027 do 31.12.2027 (prvo obdobje),
- od 01.01.2028 do 31.12.2028 (drugo obdobje).

V posameznem obdobju bo naročnik med sklenitelji okvirnega sporazuma izbral najugodnejšega ponudnika iz predmetnega naročila na podlagi meril iz točk 2.13.1 in 2.13.2 teh navodil.

V primeru, da bo naročnik za posamezno vrsto blaga oz. posamezno skupino blaga prejel samo eno dopustno ponudbo, naročnik za to vrsto blaga oz. skupino blaga ne bo odpiral konkurence. V takem primeru bo naročnik s tem ponudnikom sklenil samo okvirni sporazum, brez kupoprodajne pogodbe, za obdobje od 01.01.2027 do 31.12.2028.

3.3 Sklenitev kupoprodajne pogodbe

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, izbranim na podlagi meril iz točk 2.13.1 in 2.13.2 teh navodil, sklenil kupoprodajno pogodbo po določilih vzorca kupoprodajne pogodbe iz točke 3 točke 2.3 teh navodil.

Kupoprodajno pogodbo je treba podpisati v roku sedmih (7) dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu kupoprodajne pogodbe, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

IV KONČNA DOLOČILA

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz okvirnega sporazuma, kupoprodajne pogodbe in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presoja posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

V PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-11 60/17 in 72/19), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ZPVPJN določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevka za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
6. potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Taksa znaša 4.000,00 EUR. Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290- XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevka za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevka za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino

objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, se zahtevke za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.


C) NAVODILA ZA DELO S PROGRAMOM "JAVNA NAROČILA UKC MARIBOR"

I. POTEK NAMESTITVE PROGRAMA:

1. V okolju Okna XP, VISTA, Windows 7, Windows 10 izberite ikono **START** | **ZAŽENI** | vpišite **CD ENOTA:SETUP** | pritisnite **ENTER**.

Če uporabljate Windows z angleškimi ukazi pa izberite **START** | **RUN** | vpišite **ENOTA:SETUP** | pritisnite **ENTER**.

2. Sledite navodilu za namestitev programa (3x kliknite naprej in 1x »Zaključí«). Privzeti cilj namestitve programa lahko poljubno spreminjate.



Izberi ciljno mapo

Ciljna mapa

Klikni na Naprej za namestitev v to mapo ali na Spremeni za namestitev v drugo mapo.

Prosim, vnesi lokacijo, kamor želiš namestiti program. Lahko vpišeš mapo z novim imenom ali klikneš na Spremeni, če želiš poiskati novo lokacijo.

Namesti JN 2018 v:

c:\UKC MB\JN 2018

Spremeni...

SetupBuilder.com

< Nazaj Naprej > Prekliči

Pripravljen na namestitev

Pripravljen za namestitev programa.

Čarovnik je pripravljen na namestitev.

Če želiš pregledati ali spremeniti namestitvene nastavitve, klikni na Nazaj. Klikni na Prekliči za izhod iz čarovnika.


Trenutne nastavitve:

Ciljna mapa:
c:\UKC MB\JN 2018

Potrebni prostor na disku
7,597K


SetupBuilder.com

< Nazaj Naprej > Prekliči



3. Po uspešni namestitvi se bo prikazalo sporočilo z opozorilom, da je program uspešno nameščen.

Zdaj so se na vašem računalniku ustvarile naslednje bližnjice v skupini **PROGRAMI**:



↗ **Javna naročila UKC MARIBOR** - glavni program za:

- vpis cen
- vpis podatkov o artiklu

↩ **Odstranitev programa** (briši program iz sistema)

4. Sedaj ste opravili vse potrebne prenose za delo s programom Javna naročila UKC Maribor (glej točko II).

II. DELO S PROGRAMOM "JAVNA NAROČILA UKC MARIBOR"

Program poženete s klikom na:

START | PROGRAMI | UKC MARIBOR – Javna naročila za leto 2018 - | Javna naročila UKC MARIBOR.

JN UKC MARIBOR - PONUDBA za JN 2019

Datoteka Ponudba Dodatni opisi Oddaja podatkov na portal Vizitka

Nastavitev tiskalnika...

Izvoz podatkov v excel

Uvoz podatkov iz excel-a

Podatki o ponudniku

Izhod

11 SRČNI SPODBUJEVALNIKI

po nazivu Cena = 0 Izbor skupine: 01 Srčni spodbujevalniki, tip SSIR (VIR/AAIR)

Naziv materiala: št. vseh zapisov: 1 št. zapisov s ceno = 0: 1

BLAGO - OSNOVNI PODATKI				CENA brez DDV, stopnja DDV				KOLIČINA		Proizvajalec	
JR	SK	Naziv materiala	Ident JN	EM	MDC brez DDV	Cena brez DDV	Rabat%	DDV%	nabave		pogodbene
11	01	Spodbujevalnik SSIR s pripadajočo elektrodo	911001	KPL						144	144

Spodbujevalnik SSIR s pripadajočo elektrodo

Proizvajalec: Kataloška: Paralela: Pakiranje: 0

Zahteve naročnika Ponudba s cenami Uporabniki Dopolni ponudbo Ponudnik Briši Zapri

JN UKC MARIBOR - PONUDBA za JN 2019

Datoteka Ponudba Dodatni opisi Oddaja podatkov na portal Vizitka

11 SRČNI SPODBUJEVALNIKI

po nazivu Cena = 0 Izbor skupine: 01 Srčni spodbujevalniki, tip SSIR (VIR/AAIR)

Naziv materiala: št. vseh zapisov: 1 št. zapisov s ceno = 0: 1

BLAGO - OSNOVNI PODATKI				CENA brez DDV, stopnja DDV				KOLIČINA		Proizvajalec	
JR	SK	Naziv materiala	Ident JN	EM	MDC brez DDV	Cena brez DDV	Rabat%	DDV%	nabave		pogodbene
11	01	Spodbujevalnik SSIR s pripadajočo elektrodo	911001	KPL						144	144

Spodbujevalnik SSIR s pripadajočo elektrodo

Proizvajalec: Kataloška: Paralela: Pakiranje: 0

Zahteve naročnika Ponudba s cenami Uporabniki Dopolni ponudbo Ponudnik Briši Zapri

↳ Dodatni opisi

Dodatne opise za posamezne artikle lahko vpišete če v osnovnem meniju izberete možnost »**Dodatni opisi**« / »**Vnos in urejanje**«. Po izboru ustreznega artikla lahko dodajate, spreminjate ali brišete dodatne opise posameznih artiklov (izbor »**Dodaj**«, »**Uredi**« ali »**Briši**«). Izpis tako urejenih dodatnih opisov lahko naredite z izborom možnosti »**Tiskaj**«. Izvoz in uvoz podatkov je omogočen z izborom »**Izvoz podatkov v excel**« ali »**Uvoz podatkov iz excela-a**«.

JN UKC MARIBOR - PONUDBA za JN 2019

Datoteka Ponudba **Dodatni opisi** Oddaja podatkov na portal Vizitka

Vnos in urejanje

Izvoz podatkov v excel

Uvoz podatkov iz excel-a

JN 11 SRČNI SPODBUJEVALNIKI

po nazivu Izberi skupino: 01 Srčni spodbujevalniki, tip SSIR (VVIR/AAIR)

Naziv materiala: št. vseh zapisov: 1

JR	SK	Naziv materiala	Ident JN	EM
11	01	Spodbujevalnik SSIR s pripadajočo elektrodo	911001	KPL

BLAGO - OSNOVNI PODATKI

Kataložka Opis

+ Dodaj Uredi Briši

Iiskaj Zapri

JN 11 SRČNI SPODBUJEVALNIKI

po nazivu Izberi skupino: 01 Srčni spodbujevalniki, tip SSIR (VVIR/AAIR)

Naziv materiala: št. vseh zapisov: 1

JR	SK	Naziv materiala	Ident JN	EM
11	01	Spodbujevalnik SSIR s pripadajočo elektrodo	911001	KPL

BLAGO - OSNOVNI PODATKI

Kataložka Opis

JN KATALOŽKA ŠTEVILKA Z DODATNIM OPISOM

OPISI

JR: 11

SK: 01

Ident JN: 911001

Naziv: Spodbujevalnik SSIR s pripadajočo elektrodo

Kataložka: opis:

OK Opusti

Izpis dokumentov

011 SRČNI SPODBUJEVALNIKI 2027- 2028

po nazivu Cena = 0 Izbor skupine: 001 Srčni spodbujevalniki, tip SSIR

Naziv materiala: št. vseh zapisov: 3 št. zapisov s ceno = 0: 3

BLAGO - OSNOVNI PODATKI					CENA brez DDV, stopnja DDV				KOLIČINA		Proizvajalec
JR	SK	Naziv materiala	Ident JN	EM	MDC brez DDV	Cena brez DDV	Rabat%	DDV%	nabave	pogodbene	
011	001	Spodbujevalnik SSIR tip A s pripadajočo elektrodo	911001	KPL					20	20	
011	001	Spodbujevalnik SSIR tip B s pripadajočo elektrodo	911016	KPL					20	20	
011	001	Spodbujevalnik SSIR tip C s pripadajočo elektrodo	911017	KPL					105	105	

Spodbujevalnik SSIR tip A s pripadajočo elektrodo

Proizvajalec: Kataloška: Paralela: Pakiranje: 0

Zahteve naročnika Ponudba s cenami OBR-1 Uporabniki Dopolni ponudbo Ponudnik Briši Zapi

Če izberete polje **"Zahteve naročnika"** boste dobili izpis *"Specifikacija zahtev naročnika"*.

Predogled izpisa

Datoteka

Stran: 1 od 5 Korak: 20

Strani za izpis: Najdi: Šteje: 1

PONUDNIK: NAROČNIK: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR Datum: 22.06.2018 Stran: 1

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: 11 Srčni spodbujevalniki
01 Srčni spodbujevalniki, tip SSIR (VVIR/AAIR) CPV: 3318221C

Z.Š.	Naziv artikla	Ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiten ime	Kataloška številka
1	Spodbujevalnik SSIR s pripadajočo elektrodo	911001	KPL	144				

ŽIG IN PODPIS:

Če označite polje **"Ponudba s cenami"** boste dobili izpis *"Specifikacija ponudbe s cenami"*.

Predogled izpisa

Datoteka

Stran: 1 od 5 Korak: 20

Strani za izpis: Najdi: Šteje: 1

PONUDNIK: NAROČNIK: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR Datum: 22.06.2018 Stran: 1

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: 11 Srčni spodbujevalniki
01 Srčni spodbujevalniki, tip SSIR (VVIR/AAIR) CPV: 3318221C

Naziv artikla	Ident JN	Predv. količ	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
Spodbujevalnik SSIR s pripadajočo elektrodo	911001	144	KPL				

VREDNOST SKUPAJ: 1 0,00 € ŽIG IN PODPIS:

Če izberete gumb **"OBR-1"** boste dobili izpis **"PONUDBA"**.

PONUDBA		OBR-1
Način oddaje ponudbe	UKC Maribor	
Skupna ponudba	NE (navesti: da/ne)1	
Opis predmeta javnega naročila:		
Srčni spodbujevalniki 2027- 2028		
Podatki o ponudniku:		

Izpisi vam omogočajo izpis podatkov na tiskalnik, zaradi lažje kontrole vpisanih podatkov. Pri izpisu lahko uporabljate različne možnosti (izpis določene strani, predogled, povečava...). Če ste si premislili in ne želite izpisa, izberite **"Izhod"**.

Opomba: Potrebno je natisniti »**Specifikacija zahtev naročnika**« »**Specifikacija ponudbe s cenami**« in »**OBR-1**«.

Predložiti je potrebno predračun v PDF obliki ter zahtevane datoteke iz računalniškega programa v elektronski obliki na portal:

<https://ejn.gov.si>


➤ S klikom na gumb **"PONUDNIK"** lahko vpišete vaše podatke. Podatke o ponudniku morate vpisati, saj sicer ne boste mogli izvesti izpisa.

➤ Po izbiri **"Zapri"** se boste vrnili v osnovni meni.


c) **Priprava podatkov za oddajo na portal ejn.gov.si: klik na ikonico s simbolom  ali izbor iz menija »Oddaja podatkov na portal«**


Ta izbira vam omogoča pripravo podatkov za oddajo na portal ejn.gov.si za vrste blaga oz. skupine, na katere se prijavljate in podatki o cenah z vključenimi popusti. Po končanem vnosu podatkov prenesete podatke na portal

<https://ejn.gov.si>



ali



**Opozorilo:**

Pred pripravo podatkov/cen za oddajo na portal morate biti v osnovnem meniju. Če boste poskušali shraniti podatke in boste imeli odprto datoteko s podatki (na zaslonu se vidi okno s podatki), se bo računalniški program odzval z opozorilom, da je pristop do podatkov onemogočen. Po prenosu podatkov preverite ali so podatki dejansko shranjeni v izbrano mapo ali medij. Datoteke priložite k ponudbi na portalu:

<https://ejn.gov.si>

e) Vizitka

Ta izbira vam bo dala na zaslonu podatke o kontaktni osebi iz UKC Maribor v primeru morebitnih nejasnosti v zvezi s samim programom: Center za informatiko – Matej Španinger, tel.: 051 397 667, e-mail: matej.spaninger@ukc-mb.si.

ŽELIMO VAM USPEŠNO DELO!

PONUDBA

UKC Maribor

Način oddaje ponudbe:Skupna ponudba: (navesti: da/ne).¹**Opis predmeta javnega naročila:****SRČNI SPODBUJEVALNIKI****Podatki o ponudniku:**

Firma oz. ime:	
Naslov:	
Zakoniti zastopnik:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Matična številka:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
EMŠO zakonitega zastopnika*:	
E-mail:	
Kontaktna oseba:	
Odgovorna oseba za podpis pogodbene dokumentacije:	

Opomba*

- za druge člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (v kolikor obstajajo) morajo ponudniki matične številke (EMŠO) za le-te predložiti v ponudbi na lastnih obrazcih.

Dne:

Žig in podpis ponudnika:

¹ V primeru skupne ponudbe mora navedeni obrazec izpolniti vsak partner skupne ponudbe.

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

sklenjen med:

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa generalni direktor UKC, prof. dr. Vojko Flis, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka naročnika za DDV: SI56644817, matična številka naročnika: 5054150000

in gospodarskim subjektom:

, ki ga zastopa direktor (v nadaljevanju: stranka sporazuma), identifikacijska številka stranke sporazuma za DDV: , matična številka stranke sporazuma: .

I UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Ta okvirni sporazum (v nadaljevanju: sporazum) sklepajo naročnik in naslednje stranke sporazuma:

1.
2.
3.
-
-
-
- N.

Naročnik in stranke tega sporazuma ugotavljajo, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za nabavo blaga »**SRČNI SPODBUJEVALNIKI**«, po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22-odl. US, 100/22-ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 - ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu z 48. členom ZJN-3.

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, datum objave, številka objave in v Uradnem listu EU, datum objave, številka objave

2. člen

S tem sporazumom se naročnik in stranke sporazuma dogovorijo o splošnih in posebnih pogojih izvajanja okvirnega sporazuma.

II PREDMET SPORAZUMA

3. člen

Stranki sporazuma sklepata ta sporazum za posamezno vrsto blaga in/oz. za posamezne skupine blaga, opredeljene v Seznamu blaga (v nadaljevanju: Seznam).

Ponudba, Seznam iz tega člena, in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del tega sporazuma.

Stranki sporazuma se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja tega sporazuma od stranke sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga, ki jih bo potreboval v tem obdobju.

Količine blaga so okvirne. Naročnik se ne obvezuje stranki sporazuma oddati določene količine blaga.

V primeru predzadnjega odstavka 4. člena tega sporazuma so predmet tega sporazuma tudi vse morebitne dodatne nabave blaga, ki jih bo potreboval naročnik. Navedene nabave blaga bo naročnik izvršil po cenah dogovorjenih s tem sporazumom, pri čemer se lahko sporazum spremeni brez novega postopka javnega naročanja, vendar kakršnokoli zvišanje vrednosti ne sme presegati 30 odstotkov skupne vrednosti blaga za katero je s stranko sporazuma sklenjen okvirni sporazum (1. točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3).

Naročnik si pridružuje pravico, da v primeru spremembe bolnišnične doktrine, zmanjša ali prekine nabavo določenih vrst blaga. Naročnik bo o tem stranko sporazuma obvestil v najkrajšem možnem času, ko zanj izve.

III IZVAJANJE SPORAZUMA – PREDLOŽITEV PONUDB

4. člen

Sporazum se sklepa za obdobje od 01.01.2027 do 31.12.2028.

Naročnik je čas trajanja tega sporazuma iz prvega odstavka tega člena razdelil na naslednji obdobji:

- od 01.01.2027 do 31.12.2027 (prvo obdobje);
- od 01.01.2028 do 31.12.2028 (drugo obdobje).

Z najugodnejšim ponudnikom bo naročnik sklenil kupoprodajno pogodbo.

Naročnik bo določen čas pred začetkom drugega obdobja iz drugega odstavka tega člena odpiral konkurenco med strankami tega sporazuma tako, da bo stranke sporazuma pozval k predložitvi ponudb za tisto vrsto blaga in/oz. za tiste skupine blaga, za katere je sklenjen sporazum. V posameznem obdobju bo naročnik med tistimi strankami tega sporazuma, ki bodo predložile ponudbe, izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi meril iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico dopolnjevati seznam razpisanih vrst blaga in/oz. skupin blaga v času trajanja tega sporazuma, v kolikor nastane potreba po novem blagu, in ki ni bil zajet v specifikaciji zahtev naročnika in v specifikaciji ponudbe s cenami. Naročnik bo v tem primeru pozval vse sklenitelje tega sporazuma k predložitvi ponudb za te nove vrste blaga in/oz. za te nove skupine blaga, kadarkoli v času trajanja tega sporazuma. Naročnik

bo za te nove vrste blaga in/oz. za te nove skupine blaga ugotavljal ustreznost ponujenih vrst blaga pod pogoji in na način opredeljen v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo za te nove vrste blaga in/oz. za te nove skupine blaga s ponudnikom, katerega ponudba bo ocenjena kot ustrezna, sklenil aneks k temu sporazumu. Z najugodnejšim ponudnikom, izbranim na podlagi meril iz točk 2.13.1 in 2.13.2 iz Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, pa aneks h kupoprodajni pogodbi oz. kupoprodajno pogodbo, v kolikor le-te še nima.

Ponudbe bo treba predložiti v roku in na način, opredeljen v povabilu k predložitvi ponudb za posamezno obdobje.

Naročnik bo odločitev o oddaji posameznega naročila na podlagi ponovnega odpiranja konkurence med sklenitелji sporazuma objavil na portalu javnih naročil.

Naročnik bo ponovno odpiral konkurenco, za preostali čas do izteka veljavnosti obdobja, med ostalimi sklenitelji sporazuma tudi v naslednjih primerih:

- če izbrani ponudnik ne bo želel skleniti pogodbe,
- če bo naročnik prekinil pogodbo z izbranim ponudnikom,
- če bo izbrani ponudnik odstopil od pogodbe.

V primeru, če tekom izvajanja okvirnega sporazuma, zaradi odpovedi okvirnega sporazuma s strani naročnika ali stranke sporazuma, ostane za posamezno vrsto blaga in/oz. skupino blaga samo ena stranka sporazuma, je ta dolžna dostavljati blago ves čas trajanja okvirnega sporazuma po cenah iz zadnje priložene ponudbe. Navedeno velja tudi v primeru, če v posameznem obdobju pride do predčasnega prenehanja pogodbe z izbranim dobaviteljem (odstop od pogodbe s strani ponudnika ali naročnika) ali če izbrani ponudnik pogodbe ne želi skleniti, naročnik pa ne more odpirati konkurence med preostalimi strankami sporazuma, ker za to vrsto blaga in/oz. skupino blaga ostaja samo en sklenitelj okvirnega sporazuma. Naročnik bo stranko sporazuma pisno obvestil, da je zaradi odpovedi okvirnega sporazuma edina skleniteljica okvirnega sporazuma za posamezno vrsto oz. skupino blaga ter da je posledično dolžna dobavljati blago za to vrsto oz. skupino blaga po cenah iz zadnje predložene ponudbe. Sprememba te cene je mogoča pod pogoji opredeljenimi v tretjem odstavku 5. člena tega sporazuma (valorizacija denarnih obveznosti).

V primeru, da bo naročnik za posamezno vrsto blaga in/oz. posamezno skupino blaga sklenil sporazum s samo eno stranko sporazuma, naročnik ne bo odpiral konkurence za to vrsto blaga in/oz. skupino blaga. Ta vrsta blaga in/oz. skupina blaga bo v Seznamu ustrezno označene.

V kolikor pride v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena do predčasnega prenehanja veljavnosti sporazuma za posamezno skupino blaga in/oz. za posamezno vrsto blaga (npr. zaradi odstopa od sporazuma s strani stranke sporazuma ali naročnika) si naročnik pridržuje pravico, da enako kot v primeru dodajanja novih skupin blaga in/oz. vrst blaga, vse sklenitelje tega sporazuma kadarkoli v času veljavnosti sporazuma, pozove k predložitvi ponudb za te skupine blaga in/oz. za te vrste blaga. Naročnik bo za te skupine blaga in/oz. za te vrste blaga s ponudnikom, katerega ponudba bo ocenjena kot ustrezna, sklenil aneks k temu sporazumu, v primeru, da bo za posamezno skupino blaga in/oz. za posamezno vrsto blaga prejel več ustreznih ponudb pa tudi aneks h kupoprodajni pogodbi oz. kupoprodajno pogodbo, v kolikor le-te še nima, in sicer z najugodnejšim ponudnikom, izbranim na podlagi meril iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

IV CENE

5. člen

Naročnik bo nabavljal posamezne vrste blaga, iz Seznama po cenah iz ponudbe.

Cene za posamezne vrste blaga iz ponudbe so fiksne v času trajanja posamezne pogodbe, sklenjene za posamezno obdobje iz 4. člena tega sporazuma.

Cene za vrste blaga iz predzadnjega odstavka 4. člena tega sporazuma so fiksne do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti z izjemo korekcij vrednosti, ki jo dopušča Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04; v nadaljevanju: Pravilnik). Stranki sporazuma sta soglasni, da se valorizacija denarnih obveznosti opravi tako v primeru povišanja kot tudi znižanja denarnih obveznosti, pri čemer se v primeru znižanja denarnih obveznosti smiselno uporabljajo določbe Pravilnika. Kot podlaga za valorizacijo se upošteva indeks cen življenjskih potrebščin. Sprememba cene lahko znaša največ 80 % spremembe (povišanje ali znižanje) indeksa cen življenjskih potrebščin šteto od dneva sklenitve okvirnega sporazuma. Spremembe cene bosta stranki sporazuma opravili le na podlagi predhodnega pisnega obvestila nasprotne stranke. Spremenjene cene bodo veljale le za vnaprej na podlagi sklenjenega aneksa k temu sporazumu.

Valorizacijo denarnih obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena bo naročnik priznal tudi v primeru zadnjega odstavka 4. člena tega sporazuma.

V primeru, da pride v času izvajanja okvirnega sporazuma do spremembe Pravilnika ali sprejetja drugega predpisa, s katerim se na novo oziroma drugače uredi vprašanje valorizacije denarnih obveznosti, se uporabi zadnji veljavni predpis, ki nadomesti trenutno veljavni Pravilnik.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo v primeru, ko ugotovi, da je stranka sporazuma za blago, ki je predmet tega sporazuma, v času trajanja tega sporazuma znižala cene ali so jih znižali drugi ponudniki, ki ponujajo istovrstno blago ob drugih primerljivih pogojih, poskušal s stranko sporazuma dogovoriti ustrezno znižanje cene iz sporazuma.

V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špeditski, prevozni in drugi morebitni stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišče naročnika, razloženo.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

V NAROČANJE BLAGA

6. člen

Naročnik bo posamezne vrste blaga, ki jih bo potreboval v času trajanja sporazuma, kupoval od stranke sporazuma na podlagi sklenjene kupoprodajne pogodbe in izstavljenih pisnih naročilnic. Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

V primeru, da bo naročnik za posamezne vrste blaga in/oz. skupine blaga samo eno dopustno ponudbo, bo kupoval blago na podlagi tega sporazuma ter izstavljenih pisnih naročilnic.

Stranka sporazuma se zavezuje, da bo blago dobavila najkasneje v roku treh (3) dni oz. v nujnih primerih v roku 24-ih ur po prejemu naročila ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavila celotno količino naročenega blaga.

Blago je treba dostaviti ddp Univerzitetni klinični center Maribor – razloženo v prostore Skladišča medicinskega potrošnega materiala naročnika.

Stranka sporazuma se zavezuje, da bo na svoje stroške poskrbela za odvoz po volumnu večjih oz. velikih količin transportne embalaže, ki je predmet dostave blaga (plastični zabojniki, transportne lesene palete ter zunanja plastična ovojina celotne pošiljke) neposredno po dobavi.

Stranka sporazuma bo, v primeru, da pride v času izvajanja sporazuma do zamenjave blaga, za katerega ima sklenjen sporazum (prenehanje proizvodnje,) oz. v primeru nadgradnje blaga (novejša generacija) pred pričetkom dobave novega blaga, naročniku predložila razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno vsaj enakovreden prejšnjemu ter od naročnika pridobila pisno soglasje za zamenjavo artikla, po enaki ceni.

V kolikor stranka sporazuma določene vrste blaga, ki je predmet posameznega naročila nima trenutno na zalogi, mora naročniku ponuditi ustrezno nadomestno vrsto blaga (istega ali drugega proizvajalca), po enaki ali nižji ceni, in ki mora biti enakovredna vrsti blaga, ki je predmet sporazuma. Naročnik mora stranko sporazuma obvestiti ali je nadomestna vrsta blaga ustrezna.

V primeru, da naročnik ponujenega nadomestnega blaga še ni uporabljal, mora stranka sporazuma naročniku dostaviti brezplačen vzorec za testiranje.

V času testiranja oz. do potrditve strokovne ustreznosti, lahko naročnik izvede kritni kup.

V kolikor nadomestno blago ne ustreza ali ga sploh ne ponuja, lahko naročnik to blago, kupi pri drugi stranki sporazuma oz. pri drugem dobavitelju, skladno z določbami kritnega kupa iz 9. člena tega sporazuma.

VI PREVZEM BLAGA

7. člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice ali e-dobavnice.

Stranka sporazuma mora ob vsaki dobavi blago opremiti z dobavnico, ki je lahko papirna in fizično spremlja blago ali elektronska in jo naročniku vnaprej posreduje po elektronski pošti prejemi-smpm@ukc-mb.si v pdf datoteki. Vsebovati mora podatke o naročniku in stranki sporazuma, številko naročilnice ter nabor blaga. Napisana mora biti v slovenskem jeziku in mora obvezno vsebovati številko naročilnice, rok uporabnosti in serijsko številko naročenega blaga.

Stranka sporazuma mora za vsako dobavnico poslano po elektronski pošti prejemi-smpm@ukc-mb.si posredovati tudi e-dobavnico (DISKT*.asc; eSLOG2 standard), ki mora biti v vnaprej določeni strukturi, kot je opredeljena v prilogi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma drugi strukturi, ki bo skladna z zakonodajo, veljavno v času izvajanja tega sporazuma.

Dobavljeno blago po dobavnici oz. e-dobavnici mora imeti enak naziv kot naročeno, enako enoto mere in enako kataloško številko. Prav tako mora e-račun vsebovati enake podatke kot dobavnica oz. e-dobavnica.

Kataloške številke morajo biti enake (pike, vejice, presledki, ...) na vseh dokumentih (dobavnica, e-dobavnica, e-račun) ter na artiklu, ki je predmet tega sporazuma (na primarni in sekundarni ovojnini artikla).

Dobavljeno blago mora biti označeno s črtno kodo, ki vsebuje podatke o artiklu in črtno kodo, ki vsebuje serijsko številko.

Dobavljeno blago, ki sodi med medicinske pripomočke ali med in-vitro medicinske pripomočke, mora biti označeno v skladu z veljavno zakonodajo EU.

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v rokih opredeljenih v 8. členu tega sporazuma.

VII KAKOVOST BLAGA

8. člen

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom, zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudbi in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

Naročnik lahko kakovost oziroma skladnost blaga z zahtevami iz tega sporazuma preverja tudi po prevzemu blaga, vključno pri njegovi uporabi. Če se pri uporabi ali naknadnem preverjanju ugotovi, da blago ni skladno z zahtevami iz tega sporazuma ali ni ustrezno za predvideno uporabo, lahko naročnik uveljavlja neskladnost blaga ne glede na opravljen količinski prevzem.

Stranka sporazuma je dolžna na podlagi reklamacije naročnika neskladno blago na svoje stroške nemudoma, vendar najkasneje v roku 3 delovnih dni, v nujnih primerih pa v roku 24 ur, nadomestiti z ustreznim blagom.

VIII KRITNI KUP

9. člen

Če stranka sporazuma ne dobavlja blaga v skladu s tem sporazumom in zamuda pri dobavi blaga ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, ima naročnik pravico kupiti blago, ki je predmet posamične dobave, pri drugem dobavitelju oz. pri drugi stranki okvirnega sporazuma, stranka sporazuma pa je dolžna naročniku nadomestiti razliko v ceni med ceno iz sporazuma in ceno po kateri je naročnik blago kupil.

Naročnik je dolžan stranki sporazuma poslati obvestilo o nameravanem kupu iz prejšnjega odstavka tega člena, v katerem navede številko in datum naročilnice z izjavo, da bo naročeno blago kupil pri drugem dobavitelju oz. pri drugi stranki okvirnega sporazuma, nato pa lahko izvrši kritni kup, sporazum pa je za to dobavo razdrt.

Šteje se, da je bila stranka sporazuma o nameravanem kritnem kupu obveščena, če naročnik razpolaga z dokazilom o poslanem obvestilu.

Razliko med ceno po kateri je naročnik izvršil kritni kup in ceno iz sporazuma je dolžan naročnik dokazati s kopijo računa, po katerem je kritni kup plačal, stranka sporazuma pa

je dolžna v čim krajšem času oz. najkasneje v roku 30 dni od naročnikovega poziva, za razliko v ceni izstaviti dobropis.

IX PLAČILNI POGOJI

10. člen

Naročnik bo skupno vrednost prejetega blaga plačal stranki sporazuma na transakcijski račun, ki je naveden na e-računu v roku največ 60 dni oz. v roku, ki bo skladen z zakonodajo, veljavno v času trajanja sporazuma, od datuma prejema pravilno izstavljenega e-računa.

E-račun mora obvezno vsebovati celotno številko naročilnice in sporazuma.

V kolikor veljavni predpisi določajo ali dopuščajo daljši plačilni rok, se uporabi najdaljši rok, kot je določen oziroma dopuščen s predpisi. Če zadnji dan roka za plačilo pade na dan, ki je po zakonu dela prost, se kot zadnji dan roka šteje naslednji delovni dan. Za dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti do dobavitelja se šteje dan, ko naročnik pri svoji organizaciji za plačilni promet odda nalog za izvršitev plačila.

Stranka sporazuma mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o plačilnih in javnofinančnih storitvah (Uradni list RS, št. 85/25).

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal zakonske zamudne obresti.

X SKRBNIK SPORAZUMA

11. člen

Pooblaščen predstavnik naročnika je:.....

Skrbnik sporazuma za naročnika je:

Skrbnik sporazuma za stranko sporazuma je:

XI SKLENITEV SPORAZUMA IN ODSTOP OD SPORAZUMA

12. člen

Sporazum je sklenjen z dnem podpisa stranke sporazuma in naročnika.

Skladno s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3 lahko stranki tega sporazuma sporazumno podaljšata trajanje tega sporazuma s sklenitvijo aneksa k sporazumu, v kolikor novi postopek oddaje javnega naročila, ki se mora začeti najpozneje šest (6) mesecev pred iztekom veljavnosti tega sporazuma, ni zaključen pravočasno. Podaljšanje se lahko izvede izključno za čas do zaključka postopka oddaje javnega naročila oziroma do sklenitve novega okvirnega sporazuma, vendar največ za obdobje šestih (6) mesecev. V primeru podaljšanja trajanja tega sporazuma bo stranka sporazuma dobavljala blago po cenah in drugih pogojih, dogovorjenih s tem sporazumom.

Če je opravljenih več zaporednih sprememb sporazuma iz naslova dodatnih nabav, nabav morebitnih novih vrst blaga in podaljšanja veljavnosti sporazuma, razen sprememb sporazuma iz naslova valorizacije denarnih obveznosti, zvišanje vrednosti ne sme presegati 30 odstotkov skupne vrednosti blaga, za katero je s stranko sporazuma sklenjen sporazum.

Ta sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani stranke sporazuma ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri stranki sporazuma ali podizvajalcu v času izvajanja sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - o plačilom za delo,
 - o delovnim časom,
 - o počitki,
 - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri ji je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo okoliščin iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s 3. alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti sporazuma še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja iz tega člena se šteje, da je sporazum razvezan z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno javno naročilo.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je sporazum razvezan šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

13. člen

V primeru neizpolnjevanja obveznosti stranke sporazuma po tem sporazumu, lahko naročnik ta sporazum razdre.

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal stranki sporazuma v pisni obliki. Če stranka sporazuma ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik od tega sporazuma, brez odpovednega roka, odstopi. O odstopu od sporazuma naročnik pisno obvesti stranko sporazuma.

Naročnik lahko, ob pogojih iz prejšnjega odstavka, brez odpovednega roka, odstopi od tega sporazuma predvsem, če stranka sporazuma:

- neutemeljeno zavrne naročilo,
- zamuja z izvedbo naročila,
- nekvalitetno izvaja naročilo,
- v primeru drugih kršitev tega sporazuma.

Vsaka od strank sporazuma lahko brez razloga odstopi od tega sporazuma s 3 mesečnim odpovednim rokom. Stranka sporazuma mora v času odpovednega roka zagotavljati dobavo blaga, ki je predmet tega sporazuma, po cenah iz ponudbe.

Stranki sporazuma lahko na podlagi medsebojnega sporazuma določita krajši odpovedni rok.

XII POGODBENA KAZEN

14. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, bo stranka sporazuma plačala naročniku pogodbeno kazen, in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (odstotka) od vrednosti nedobavljene vrste blaga v EUR z DDV, vendar skupno največ v višini 10 % (odstotkov) vrednosti nedobavljene vrste blaga.

Pogodbeni stranki soglašata, da lahko naročnik pogodbeno kazen, v skladu z določili tega sporazuma, obračuna ob vsaki zamudi brez posebnega predhodnega obvestila stranki sporazuma, da si pridružuje pravico do obračuna pogodbene kazni ali da bo leto obračunal.

Naročnik pogodbene kazni ne bo unovčil v primeru, ko stranka sporazuma naročnika, v roku 24 ur od prejema naročila, pisno obvesti, da zaradi utemeljenega razloga (ki ni nastal na strani stranke sporazuma), naročenega blaga ne more dostaviti v dogovorjenem roku. Naročnik mora stranki sporazuma zamudo pri dobavi pisno odobriti. Pisno obvestilo stranke sporazuma mora biti posredovano naročniku na elektronski naslov kontaktne osebe (referenta), ki je blago naročil.

XIII PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

15. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta sporazum ali pri izvajanju tega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge stranke sporazuma, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta sporazum ničen.

XIV KONČNE DOLOČBE

16. člen

Pogoji tega sporazuma so veljavni za čas trajanja sporazuma.

Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmejo in podpišejo stranke sporazuma. Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

17. člen

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

18. člen

Sporazum je sestavljen v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.

V _____, dne

Stranka sporazuma:

Direktor:

Št.

V Mariboru, dne

Naročnik:

UKC Maribor

Generalni direktor UKC:

prof. dr. Vojko Flis, dr. med.

VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE

sklenjena med:

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa generalni direktor UKC, prof. dr. Vojko Flis, dr. med. (v nadaljevanju: kupec), identifikacijska številka kupca za DDV: SI56644817, matična številka kupca: 5054150000

in

, ki ga zastopa direktor (v nadaljevanju: prodajalec), identifikacijska številka prodajalca: , matična številka prodajalca: .

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je med prodajalcem in kupcem sklenjen okvirni sporazum, št., z dne, za dobavo blaga iz javnega naročila »**SRČNI SPODBUJEVALNIK**«.

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, datum objave, številka objave in v Uradnem listu EU, datum objave, številka objave

2. člen

Kupec je s pisnim povabilom št. 460-11(809006)/2026-3, z dne 24.08.2026 (v nadaljevanju: povabilo), pozval prodajalca k predložitvi ponudbe za dobavo blaga, opredeljenega v povabilu.

Na podlagi prodajalčeve specifikacije ponudbe s cenami (v nadaljevanju: ponudba) ter na podlagi meril za izbiro ponudb, opredeljenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila predmetnega naročila, je kupec izbral prodajalca za dobavo posamezne vrste blaga in/oz. posameznih skupin blaga, opredeljenih v Seznamu blaga s cenami (v nadaljevanju: Seznam).

Ponudba, Seznam iz tega člena in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del te kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju: pogodba).

3. člen

Prodajalec in kupec se dogovorita, da bo kupec v obdobju, za katerega se sklepa ta pogodba, kupoval od prodajalca le tiste vrste in količine blaga iz Seznama, ki ga bo potreboval v tem obdobju, po cenah dogovorjenih s to pogodbo.

Predmet te pogodbe so tudi vse morebitne dodatne nabave blaga, ki jih bo potreboval kupec. Navedene nabave blaga bo kupec izvršil po cenah dogovorjenih s to pogodbo, pri čemer se lahko pogodba spremeni brez novega postopka javnega naročanja, vendar kakršnokoli zvišanje vrednosti ne sme presegati 30% skupne vrednosti blaga za katero je s posameznim prodajalcem sklenjena pogodba (1.točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3).

Prodajalec se zavezuje, da bo na svoje stroške poskrbel za odvoz po volumnu večjih oz. velikih količin transportne embalaže, ki je predmet dostave blaga (plastični zabojniki, transportne lesene palete ter zunanja plastična ovojnina celotne pošiljke) neposredno po dobavi.

Kupec si pridržuje pravico, da v primeru spremembe bolnišnične doktrine, zmanjša ali prekine nabavo določenih vrst blaga. Kupec bo o tem prodajalca obvestil v najkrajšem možnem času, ko zanjo izve.

4. člen

Prodajalec bo kupcu dobavljal posamezne vrste blaga na podlagi pisnih naročilnic.

Blago je treba dostaviti DDP Univerzitetni klinični center Maribor – razloženo v prostore skladišče medicinskega potrošnega materiala.

Kupec bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

Prodajalec se zavezuje, da bo blago dobavil najkasneje v roku treh (3) dni oz. v nujnih primerih v roku 24-ih ur po prejemu naročila ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega blaga.

5. člen

Prodajalec bo, v primeru, da pride v času izvajanja te pogodbe do zamenjave blaga, za katerega ima sklenjen sporazum (prenehanje proizvodnje,) oz. v primeru nadgradnje blaga (novejša generacija) pred pričetkom dobave novega blaga, kupcu predložil razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno vsaj enakovreden prejšnjemu ter od kupca pridobil pisno soglasje za zamenjavo artikla, po enaki ceni.

V kolikor prodajalec določenega blaga, ki je predmet posameznega naročila nima trenutno na zalogi, mora kupcu ponuditi ustrezno nadomestno blago (istega ali drugega proizvajalca), po enaki ali nižji ceni, in ki mora biti enakovredno blagu, ki je predmet pogodbe. Kupec mora prodajalca obvestiti ali je nadomestno blago ustrezno.

V primeru, da kupec ponujenega nadomestnega blaga še ni uporabljal, mora prodajalec kupcu dostaviti brezplačen vzorec za testiranje. V času testiranja oz. do potrditve strokovne ustreznosti, lahko kupec izvede kritni kup.

V kolikor nadomestno blago ne ustreza, ali ga sploh ne ponuja, lahko kupec to blago, kupi pri drugi stranki okvirnega sporazuma oz. pri drugem dobavitelju, skladno z določbami kritnega kupa iz 6. člena te pogodbe.

6. člen

Če prodajalec ne dobavlja blaga v skladu s to pogodbo in zamuda pri dobavi blaga ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca, ima kupec pravico kupiti blago, ki je predmet posamične dobave, pri drugem dobavitelju oz. pri drugi stranki okvirnega sporazuma, prodajalec pa je dolžan kupcu nadomestiti razliko v ceni med ceno iz pogodbe in ceno po kateri je kupec blago kupil.

Kupec je dolžan prodajalcu poslati obvestilo o nameravanem kupu iz prejšnjega odstavka tega člena, v katerem navede številko in datum naročilnice z izjavo, da bo naročeno blago kupil pri drugem dobavitelju oz. pri drugi stranki okvirnega sporazuma, nato pa lahko izvrši kritni kup, pogodba pa je za to dobavo razdrta.

Šteje se, da je bil prodajalec o nameravanem kritnem kupu obveščen, če kupec razpolaga z dokazilom o poslanem obvestilu.

Razliko med ceno po kateri je kupec izvršil kritni kup in ceno iz pogodbe je dolžan kupec dokazati s kopijo računa, po katerem je kritni kup plačal, prodajalec pa je dolžan v čim krajšem času oz. najkasneje v roku 30 dni od kupčevega poziva, za razliko v ceni izstaviti dobropis.

7. člen

Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice ali e-dobavnice.

Prodajalec mora ob vsaki dobavi blago opremiti z dobavnico, ki je lahko papirna in fizično spremlja blago ali elektronska in jo prodajalec vnaprej posreduje po elektronski pošti prejemi-smpm@ukc-mb.si v pdf datoteki. Vsebovati mora podatke o kupcu in prodajalcu, številko naročilnice ter nabor blaga. Napisana mora biti v slovenskem jeziku in mora obvezno vsebovati številko naročilnice, rok uporabnosti in serijsko številko naročenega blaga.

Prodajalec mora za vsako dobavnico poslano po elektronski pošti prejemi-smpm@ukc-mb.si posredovati tudi e-dobavnico (DISKT*.asc; eSLOG2 standard), ki mora biti v vnaprej določeni strukturi kot je opredeljena v prilogi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma drugi strukturi, ki bo skladna z zakonodajo, veljavno v času izvajanja te pogodbe.

Dobavljeno blago po dobavnici oz. e-dobavnici mora imeti enak naziv kot naročeno, enako enoto mere in enako kataložsko številko. Prav tako mora e-račun vsebovati enake podatke kot dobavnica oz. e-dobavnica.

Kataložske številke morajo biti enake (pike, vejice, presledki, ...) na vseh dokumentih (dobavnica, e-dobavnica, e-račun) ter na artiklu, ki je predmet te pogodbe (na primarni in sekundarni ovojnini artikla).

Dobavljeno blago mora biti označeno s črtno kodo, ki vsebuje podatke o artiklu in črtno kodo, ki vsebuje serijsko številko.

Dobavljeno blago, ki sodi med medicinske pripomočke ali med in-vitro medicinske pripomočke, mora biti označeno v skladu z veljavno zakonodajo EU.

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v rokih opredeljenih v 8. členu te pogodbe.

8. člen

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom, zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudbi in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

Kupec lahko kakovost oziroma skladnost blaga z zahtevami iz te pogodbe preverja tudi po prevzemu blaga, vključno pri njegovi uporabi. Če se pri uporabi ali naknadnem preverjanju ugotovi, da blago ni skladno z zahtevami iz te pogodbe ali ni ustrezno za predvideno uporabo, lahko kupec uveljavlja neskladnost blaga ne glede na opravljen količinski prevzem.

Prodajalec je dolžan na podlagi reklamacije kupca neskladno blago na svoje stroške nemudoma, vendar najkasneje v roku 3 delovnih dni, v nujnih primerih pa v roku 24 ur, nadomestiti z ustreznim blagom.

9. člen

V času trajanja te pogodbe bo kupec od prodajalca kupoval posamezne vrste blaga po cenah iz ponudbe iz 2. člena te pogodbe.

Kupec si pridržuje pravico, da bo v primeru, ko ugotovi, da je prodajalec za blago, ki je predmet te pogodbe, v času trajanja te pogodbe znižal cene ali so jih znižali drugi ponudniki, ki ponujajo istovrstno blago ob drugih primerljivih pogojih, poskušal s prodajalcem dogovoriti ustrezno znižanje pogodbene cene.

V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špeditorski, prevozní in drugi morebitni stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišče kupca, razloženo.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz prodajalčeve ponudbe v času trajanja pogodbe, lahko prodajalec spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

Cene iz ponudbe so fiksne v času trajanja te pogodbe.

10. člen

Kupec bo skupno vrednost prejetega blaga, plačal prodajalcu na transakcijski račun, ki je naveden na e-računu v roku največ 60 dni oz. v roku, ki bo skladen z zakonodajo v času trajanja kupoprodajne pogodbe, od datuma prejema pravilno izstavljenega e-računa.

E-račun mora obvezno vsebovati celotno številko naročilnice in pogodbe.

V kolikor veljavni predpisi določajo ali dopuščajo daljši plačilni rok, se uporabi najdaljši rok, kot je določen oziroma dopuščen s predpisi. Če zadnji dan roka za plačilo pade na dan, ki je po zakonu dela prost, se kot zadnji dan roka šteje naslednji delovni dan. Za dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti do dobavitelja se šteje dan, ko naročnik pri svoji organizaciji za plačilni promet odda nalog za izvršitev plačila.

Prodajalec mora vse račune pošiljati kupcu izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno skladno z Zakonom o plačilnih in javnofinančnih storitvah (Uradni list RS, št. 85/25).

V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal zakonske zamudne obresti.

11. člen

Ta pogodba se sklepa za obdobje od do in prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Skladno s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3 lahko pogodbeni stranki sporazumno podaljšata trajanje te pogodbe s sklenitvijo aneksa k pogodbi, v kolikor novi postopek oddaje javnega naročila, ki se mora začeti najpozneje šest (6) mesecev pred iztekom veljavnosti te pogodbe, ni zaključen pravočasno. Podaljšanje se lahko izvede izključno za čas do zaključka postopka oddaje javnega naročila oziroma do sklenitve nove kupoprodajne pogodbe, vendar največ za obdobje šestih (6) mesecev. V primeru podaljšanja trajanja te pogodbe bo pogodbena stranka dobavljala blago po cenah in drugih pogojih, dogovorjenih s to pogodbo.

Če je opravljenih več zaporednih sprememb pogodbe (dodatne nabave in podaljšanje veljavnosti pogodbe) velja omejitev 30 % za vrednost vseh sprememb skupaj.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo kupec seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali podizvajalca ali
- če bo kupec seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - o plačilom za delo,
 - o delovnim časom,
 - o počitki,
 - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve kupca s kršitvijo okoliščin iz prejšnjega odstavka bo kupec postopal v skladu s 3. alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznaitve kupca s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja iz tega člena se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno javno naročilo.

Če kupec v roku 60 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

12. člen

V primeru neizpolnjevanja obveznosti prodajalca po tej pogodbi, lahko kupec to pogodbo razdre.

Kupec bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal prodajalcu v pisni obliki. Če prodajalec pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb kupca, lahko kupec, brez odpovednega roka, od te pogodbe odstopi. O odstopu od pogodbe kupec pisno obvesti prodajalca.

Kupec lahko ob pogojih iz prejšnjega odstavka, brez odpovednega roka odstopi od te pogodbe, zlasti če prodajalec:

- neutemeljeno zavrne naročilo,
- zamuja z izvedbo naročila,
- nekvalitetno izvaja naročilo,
- v primeru drugih kršitev te pogodbe.

13. člen

Pogodbeni stranki lahko brez razloga odstopita od pogodbe s 3 mesečnim odpovednim rokom. Prodajalec mora v času odpovednega roka zagotavljati dobavo blaga, ki je predmet te pogodbe, po cenah iz ponudbe.

Pogodbeni stranki lahko na podlagi medsebojnega sporazuma določita krajši odpovedni rok.

14. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca, bo prodajalec plačal kupcu pogodbeno kazen, in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (odstotka) od vrednosti nedobavljene vrste blaga v EUR z DDV, vendar skupno največ v višini 10 % (odstotkov) vrednosti nedobavljene vrste blaga.

Pogodbeni stranki soglašata, da lahko kupec pogodbeno kazen, v skladu z določili te pogodbe, obračuna ob vsaki zamudi brez posebnega predhodnega obvestila prodajalcu, da si pridružuje pravico do obračuna pogodbene kazni ali da bo le-to obračunal.

Kupec pogodbene kazni ne bo unovčil v primeru, ko prodajalec kupca, v roku 24 ur od prejema naročila, pisno obvesti, da zaradi utemeljenega razloga (ki ni nastal na strani prodajalca), naročenega blaga ne more dostaviti v dogovorjenem roku. Kupec mora prodajalcu zamudo pri dobavi pisno odobriti. Pisno obvestilo prodajalca mora biti posredovano kupcu na elektronski naslov kontaktne osebe (referenta), ki je blago naročil.

15. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavnika ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

16. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

17. člen

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

Št.

V , dne

V Mariboru, dne

Prodajalec:

Kupec:

UKC Maribor

Direktor:

Generalni direktor UKC:

prof. dr. Vojko Flis, dr. med.

Naziv gospodarskega subjekta:

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

IZJAVA V ZVEZI Z OMEJEVALNIMI UKREPI

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

- a) ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;
- b) pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali
- c) fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka.

Ta obrazec je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo »**SRČNI SPODBUJEVALNIKI**«.

Kraj:

Ime in priimek odgovorne osebe
gospodarskega subjekta:

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: 011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028
001 Srčni spodbujevalnik-SSIR tip A s pripadajočo elektrodo - 100% skupina

CPV: 33182210

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	Pripadajoča elektroda ravna za aktivno fiksacijo v atrij ali prekat (za MRI)	911025	KOS	50				
2	Srčni spodbujevalnik-SSIR tip A	911024	KOS	50				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: 011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028
002 Srčni spodbujevalnik-SSIR tip B s pripadajočo elektrodo - 100% skupina

CPV: 33182210

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	Pripadajoča elektroda ravna za aktivno fiksacijo v atrij ali prekat (za MRI 1,5T)	911027	KOS	50				
2	Srčni spodbujevalnik-SSIR tip B	911026	KOS	50				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: 011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028
003 Srčni spodbujevalnik-SSIR tip C s pripadajočo elektrodo - 100% skupina

CPV: 33182210

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	Pripadajoča elektroda ravna za aktivno fiksacijo v atrij ali prekat (za MRI) 3T	911029	KOS	50				
2	Srčni spodbujevalnik-SSIR tip C	911028	KOS	50				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: 011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028
004 Srčni spodbujevalnik-DDDR tip A s pripadajočima elektrodama - 100% skupina

CPV: 33182210

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni atrij (za MRI)	911031	KOS	70				
2	Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni prekat (za MRI)	911032	KOS	70				
3	Srčni spodbujevalnik-DDDR tip A	911030	KOS	70				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028**
005 Srčni spodbujevalnik-DDDR tip B s pripadajočima elektrodama - 100% skupina

CPV: 31711140

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni atrij	911034	KOS	70				
2	Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni prekat	911035	KOS	70				
3	Srčni spodbujevalnik-DDDR tip B	911033	KOS	70				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028**
006 Srčni spodbujevalnik-DDDR z naprednimi funkcijami tip A in pripadajočima elektrodama - 100% skupina CPV: 33120000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni atrij	911037	KOS	5				
2	Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni prekat	911038	KOS	5				
3	Srčni spodbujevalnik-DDDR z naprednimi funkcijami tip A	911036	KOS	5				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028**
007 Srčni spodbujevalnik-DDDR z naprednimi funkcijami tip B in pripadajočima elektrodama - 100% skupina

CPV:

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni atrij (MRI 3T)	911040	KOS	5				
2	Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni prekat (MRI 3T)	911041	KOS	5				
3	Srčni spodbujevalnik-DDDR z naprednimi funkcijami tip B	911039	KOS	5				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028****008 Srčni spodbujevalnik-DDDR z naprednimi funkcijami tip C in pripadajočima elektrodama - 100% skupina**

CPV:

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni atrij	911043	KOS	5				
2	Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni prekat	911044	KOS	5				
3	Srčni spodbujevalnik-DDDR z naprednimi funkcijami tip C	911042	KOS	5				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028****009 Srčni spodbujevalnik za resinhronizacijo srca tip A s pripadajočim potrošnim materialom - 100% skupi**

CPV:

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	Kateter za subselekcijo veje koronarnega sinusa	911050	KOS	5				
2	Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni atrij (PRO MRI)	911046	KOS	20				
3	Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni prekat (PRO MRI)	911047	KOS	20				
4	Pripadajoča elektroda za stimulacijo levega prekata	911048	KOS	20				
5	Sistem za uvajanje elektrodnega voda za stimulacijo levega prekata	911049	KOS	20				
6	Srčni spodbujevalnik DDDR za resinhronizacijo srca tip A	911045	KOS	20				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028****010 Srčni spodbujevalnik za resinhronizacijo srca tip B s pripadajočim potrošnim materialom - 100% skupi**

CPV:

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	Kateter za subselekcijo veje koronarnega sinusa	911056	KOS	5				
2	Nož za rezanje katetra	911057	KOS	30				
3	Pripadajoča atrijska elektroda	911052	KOS	30				
4	Pripadajoča elektroda za levi prekat	911054	KOS	30				
5	Pripadajoča prekatna elektroda za stimulacijo desnega prekata	911053	KOS	30				
6	Sistem za uvajanje elektrode za stimulacijo levega prekata	911055	KOS	30				
7	Srčni spodbujevalnik DDDR za resinhronizacijo tip B	911051	KOS	30				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028**
011 Set za spodbujanje desnega prekata na izbranem mestu LBBAP tip A - 100% skupina

CPV:

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	Prekatna elektroda za spodbujanje desnega prekata na izbranem mestu-tip A	911058	KOS	20				
2	Rezilo adjustable za prerez vodilnega (deflektibilnega) katetra	911060	KOS	20				
3	Vodljivi (deflektibilni) kateter za implantacijo elektrode za spodbujanje desnega prekata na izbranem mestu-tip A	911059	KOS	20				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028****012 Set za spodbujanje desnega prekata na izbranem mestu LBBAP tip B - 100% skupina**

CPV:

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	Nož za rezanje vodilnega katetra s 3D obliko krivine	911063	KOS	20				
2	Prekatna elektroda za spodbujanje desnega prekata na izbranem mestu- tip B	911061	KOS	20				
3	Pripomoček za zaklep fiksacijskega mehanizma elektrode za spodbujanje desnega prekata na izbranem mestu	911064	KOS	20				
4	Vodilni kateter s 3D obliko krivine	911062	KOS	20				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028****013 Set za spodbujanje desnega prekata na izbranem mestu LBBAP tip C - 100% skupina**

CPV:

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	Kateter za uvajanje elektrode za spodbujanje levega kraka	911066	KOS	20				
2	Komplet za uvajanje elektrode za spodbujanje levega kraka - varianta B	911067	KOS	20				
3	Prekatna elektroda za pozicioniranje v predel LBB	911065	KOS	20				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028****014 Dodatni potrošni materiali za srčne spodbujevalnike**

CPV:

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	Antibiotična ovojnica	911069	KOS	5				
2	Čep za elektrodo set	911022	KOS	10				
3	Čepek za zapiranje konektorja IS1 PIN PLUG	911068	KOS	10				
4	Elektrodni kateter za vstavev v koronarni sinus (IS-1) - Tip 1	911008	KOS	5				
5	Epikardialna elektroda	911010	KOS	5				
6	Uvajalo za elektrode (PEEL-AWAY Introducer, Lead Introducer System)	911023	KOS	600				
7	Žice (stileti) za elektrodne katetre različnih dolžin	911021	KOS	30				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028****015 Implantabilni snemalnik srčnega ritma za odkrivanje vzroka SINKOP**

CPV:

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Naziv ponujenega artikla	Kataloška številka
1	Implantabilni snemalnik srčnega ritma za odkrivanje vzroka SINKOP (»LOOP RECORDER«) - varianta A	911012	KOS	5				
2	Implantabilni snemalnik srčnega ritma za odkrivanje vzroka SINKOP (»LOOP RECORDER«) - varianta B	911020	KOS	5				

ŽIG IN PODPIS:

PRILOGA K SPECIFIKACIJI ZAHTEV NAROČNIKA

STROKOVNE IN TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SRČNE SPODBUJEVALNIKE IN ELEKTRODE ZA SRČNE SPODBUJEVALNIKE

Splošne zahteve naročnika:

1. Ponudnik mora brezplačno zagotoviti najmanj tri nove programatorje za celotno življenjsko obdobje svojih spodbujevalnikov. Vsaj dva morata imeti program za meritve ob vstavitvi (PSA).
2. Programator mora jasno označiti opozorilo o potrebi po zamenjavi baterije spodbujevalnika (elective replacement indicated, ERI).
3. V primeru tehničnih težav z opremo in/ali srčnim spodbujevalnikom mora biti zagotovljena 24 urna strokovna pomoč.
4. Ponudnik mora zagotoviti servis oz. zamenjavo okvarjenega programatorja najkasneje v 24-ih urah na delovne dneve, sicer pa maksimalno v 48-ih urah, od prejema obvestila o okvari. Servis oziroma zamenjavo okvarjenega programatorja zagotovi na svoje stroške.
5. Ponudnik mora na svoje stroške zamenjati tudi okvarjen spodbujevalnik in/ali elektrode, kadar je neustrezno delovanje posledica napake proizvajalca.
6. Vsi spodbujevalniki morajo imeti potrdilo proizvajalca, da ob upoštevanju navodil za uporabo in delovanje spodbujevalnika, mobilni telefon ne moti njegovega delovanja. Potrdilo proizvajalca mora biti predloženo v ponudbi.
7. Za brezhibno delovanje določenih programov spodbujevalnika se uporabljajo originalne elektrode proizvajalca, ki zagotavljajo ustrezno delovanje teh programov.
8. Ponudnik se obvezuje, da bo zagotovil ustrezno izobraževanje osebja za same implantacije, delo s programatorjem in v follow up-u ambulantni.
9. Ponujen mora biti komplet z elektrodami, ki zagotavljajo ustrezno in optimalno delovanje vseh funkcij spodbujevalnika in ne smejo odstopati od osnovnih tehničnih zahtev za elektrode iz razpisa.
10. Vse ponujene elektrode morajo biti bipolarne.
11. Vse ponujene elektrode (atrijske in prekatne) morajo na vrhu elektrode imeti dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga....).
12. Vse elektrode (atrijske in/ali prekatne) morajo imeti IS-1 konektor.
13. V poglavjih, kjer zahtevamo pro MRI tehnologijo, je potrebno priložiti pisno izjavo proizvajalca, da je možno varno MRI slikanje celotnega telesa z energijo 1,5T oz. 3T (odvisno od modela). Izjava mora biti predložena v ponudbi.

1. SRČNI SPODBUJEVALNIK–SSIR TIP A S PRIPADAJOČO ELEKTRODO

1.1. SRČNI SPODBUJEVALNIK–SSIR TIP A

Možnosti programiranja:

- Način: AAI, AAIR, AAT, VVI, VVIR, VVT;
- Polarnost: unipolarno/bipolarno;
- Frekvenca: osnovna/zgornja;
- Trajanje impulza;
- Amplituda impulza;
- Občutljivost (Sensitivity);
- Histereza;
- Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja.

Diagnostične možnosti:

- Zapis srčne frekvence v času;
- % atrijske/prekatne stimulacije;

- Histogram frekvence;
- Monitoriranje upornosti elektrode z grafičnim prikazom več meritev v trendu;
- EKG markerji in endokardialni EKG monitoring med meritvami v obeh srčnih votlinah;
- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG (SEGM/EGM).

Možnosti meritev:

- Prag draženja s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza;
- Upornost elektrode;
- Amplituda P/R vala;
- Stopnja iztrošenosti baterije.

Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika:

- Bolnikovi podatki;
- Datum vstavitve spodbujevalnika;
- Vrsta elektrode;
- Polariteta elektrode.

Fizične lastnosti baterije:

- Volumen: manj kot 10 cm³;
- Življenjska doba: vsaj 10 let pri naslednjih izmerjenih/nastavljenih parametrih:
 - frekvenca 60 utripov na min.,
 - 2,0V amplituda (pri 0,4 ms) ob 100% stimulaciji v VVI načinu,
 - 1000 Ohmov upornosti elektrode,
 - vključena varna stimulacija prekata (back-up) in intrakardialni EKG (SEGM/EGM).

Senzorji aktivnosti:

- Eden ali več;
- Pomoč pri optimalizaciji nastavitve.

Avtomatske funkcije:

- Avtomatske meritve praga draženja in prilagajanje izhodnih parametrov impulza; algoritem mora delovati z unipolarno in bipolarno elektrodo;
- Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo v bipolarnem načinu zaznavanja in bipolarne polaritete draženja;
- Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti;
- Avtomatski preklop iz bipolarne v unipolarno stimulacijo v primeru okvare elektrode;
- Avtomatsko shranjevanje follow-up podatkov na trdi disk programatorja ali USB ključ ali tiskanje.

Dodatne funkcije:

- Možnost varnega MRI slikanja posameznih delov telesa (zone restricted) z energijo 1,5 T (pisna izjava proizvajalca).

1.2. PRIPADAJOČA ELEKTRODA RAVNA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V ATRIJ ALI PREKAT (ZA MRI)

- Bipolarna;
- Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in);
- Priloženih več stiletov;
- Možnost izbire več dolžin.
- Možnost vstavitve skozi introduktor 8F ali manj;
- Konektor IS – 1;
- Omogoča varno slikanje celotnega telesa z magnetno resonanco do jakosti 1,5 T.

2. SRČNI SPODBUJEVALNIK–SSIR TIP B S PRIPADAJOČO ELEKTRODO

2.1. SRČNI SPODBUJEVALNIK–SSIR TIP B

Možnosti programiranja

- Način: AAI, AAIR, AAT, VVI, VVIR, VVT;
- Polarnost: unipolarno/bipolarno;
- Frekvenca: osnovna/zgornja;
- Trajanje impulza; amplituda impulza;
- Občutljivost (sensitivity);
- Histereza;
- Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja.

Diagnostične možnosti:

- Zapis srčne frekvence v času;
- % (atrijske/prekatne) stimulacije;
- Histogram frekvenca;
- Monitoriranje upornosti elektrode z grafičnim prikazom več meritev v trendu;
- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG v skupni dolžini najmanj 10 minut.

Možnosti meritve:

- Prag draženja s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza;
- Upornost elektrode;
- Amplituda P/R vala;
- Stopnja iztrošenosti baterije.

Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika:

- Bolnikovi podatki;
- Datum vstavitve;
- Vrsta elektrod;
- Polariteta elektrode.

Fizične lastnosti baterije:

- Volumen $<10\text{ cm}^3$;
- Življenjska doba >13 let pri utripu 60/min, 2,5V amplitudi pri 0,4 ms ob 100% stimulaciji, 500 Ohmov upornosti elektrode z vključenim intrakardialnim EKG -jem.

Senzorji aktivnosti:

- Eden ali več;
- Pomoč pri optimalizaciji nastavitve.

Avtomatske funkcije:

- Avtomatska kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim back-up utripom v VVI načinu spodbujanja, algoritem mora delovati z unipolarno in bipolarno elektrodo;
- Avtomatska prepoznava trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo bipolarnega zaznavanja in bipolarne polaritete draženja;
- Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti ob vsakem utripu;
- Avtomatsko spremljanje upornosti in avtomatska prilagoditev polaritete elektrode;
- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja ali USB ključa ali print;
- Avtomatski preklon iz bipolarne v unipolarno stimulacijo v primeru okvare elektrode;
- Algoritem za zmanjševanje nepotrebne prekatne stimulacije;
- Algoritem za supresijo AF pri implantačiji v preddvor;

- Algoritem za preprečevanje vazovagalne sinkope;
- Možnost varnega slikanja celega telesa z magnetno resonanco jakosti 1,5T

2.2. PRIPADAJOČA ELEKTRODA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V ATRIJ ALI PREKAT (ZA MRI 1,5T)

- Bipolarna;
- Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in);
- Priloženih več stiletov;
- Možnost izbire več dolžin;
- Dodatek proti brazgotinjenju (sproščanje steroida z vrha elektrodnega katetra);
- Možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj;
- Konektor IS – 1;
- Omogoča varno slikanje celotnega telesa z magnetno resonanco do jakosti 1,5 T.

3. SRČNI SPODBUJEVALNIK–SSIR TIP C S PRIPADAJOČO ELEKTRODO

3.1. SRČNI SPODBUJEVALNIK–SSIR TIP C

Možnosti programiranja:

- Način: AAI, AAIR, AAT, VVI, VVIR, VVT;
- Polarnost: unipolarno / bipolarno;
- Frekvenca: osnovna /zgornja;
- Trajanje impulza;
- Amplituda impulza;
- Občutljivost (Sensitivity);
- Histereza;
- Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja.

Diagnostične možnosti:

- Zapis srčne frekvence v času;
- % atrijske / prekatne stimulacije;
- Histogram frekvence;
- Monitoriranje upornosti elektrode z grafičnim prikazom več meritev v trendu.

Možnosti meritve:

- Prag draženja s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza;
- Upornost elektrode;
- Amplituda P / R vala;
- Stopnja iztrošenosti baterije.

Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika:

- Bolnikovi podatki;
- Datum vstavitve;
- Vrsta elektrod;
- Polariteta elektrode.

Fizične lastnosti:

- Volumen < 12 cm³;
- Življenjska doba: več kot 13 let pri 60 utripov na min., 2,5V amplitudi pri 0,4 ms ob 50% stimulaciji, 500 Ohmov upornosti elektrode z vključenim intrakardialnim EKG.

Senzorji aktivnosti:

- Eden ali več;
- Pomoč pri optimalizaciji nastavitve.

Avtomatske funkcije:

- Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo unipolarnega in bipolarnega zaznavanja ter unipolarne in bipolarne polaritete draženja vključno z avtomatskim vpisom datuma vstavitve v spomin spodbujevalnika;
- Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti;
- Avtomatsko spremljanje upornosti in avtomatska prilagoditev polaritete elektrode;
- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja, ali USB ključ, ali print;
- Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z energijo 3T vključno z avtomatsko detekcijo magnetnega polja.

3.2. PRIPADAJOČA ELEKTRODA RAVNA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V ATRIJ ALI PREKAT (ZA MRI) 3T

- Bipolarna;
- Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in);
- Možnost izbire vsaj dveh dolžin;
- Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga...);
- Možnost vstavitve skozi introduktor 6F ali manj;
- Konektor IS – 1.

4. SRČNI SPODBUJEVALNIK–DDDR TIP A S PRIPADAJOČIMA ELEKTRODAMA**4.1. SRČNI SPODBUJEVALNIK–DDDR TIP A****Možnost programiranja:**

- Način: DDDR, DDD, DDI, VDD, AAIR, VVIR;
- Frekvenca: osnovna / zgornja;
- Polarnost: atrij / prekat: unipolarno / bipolarno;
- Trajanja impulza atrij in prekat;
- Amplituda impulza atrij in prekat;
- Histereza;
- Občutljivost (sensing) atrija in prekata;
- Verzel (atrij / prekat) ali refraktarna doba (prekat);
- Atrij – prekat zakasnitev ali P-V zakasnitev;
- Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekven^{ce} mirovanja;
- Možnost nastavitve PVARP;
- Menjava načina delovanja (mode switching) ob pojavu AF/AU.

Diagnostične možnosti:

- % stimulacij atrijskega in prekatnega;
- % P-V ali atrij – prekat sinhronizacij;
- Numerični, ali %, ali grafični prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij;
- Število preklapov načina (mode switching) in grupiranje po času trajanja epizod;
- EKG markerji in endokardialni EKG monitoring med meritvami v obeh srčnih votlinah;
- Trend upornosti obeh elektrod z grafičnim prikazom;
- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG (EGM/SEGM) v skupni dolžini najmanj 10 minut.

Možnosti meritve:

- Prag draženja (atrij / prekat) s spreminjanjem trajanja in amplitude impulza;
- Upornost elektrod (atrij / prekat);

- Amplituda P in R vala;
- Stopnja iztrošenosti baterije.

Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika:

- Bolnikovi podatki;
- Datum vstavitve spodbujevalnika;
- Vrsta elektrod (atrijska / prekatna).

Fizične lastnosti:

- Volumen: manj kot 12 cm³;
- Življenjska doba: več kot 9 let pri 60 utripov na min., 2,5 V amplitudi atrij in prekat ob 100% stimulaciji, 500 Ohmov upornosti elektrode.

Senzorji aktivnosti:

- Eden ali več;
- Pomoč pri optimalizaciji nastavitve.

Avtomatske funkcije:

- Menjava načina delovanja (mode switching) ob nastanku atrijske fibrilacije;
- Avtomatska kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim back-up utripom v prekatu. Algoritem mora delovati z unipolarno in bipolarno elektrodo;
- Avtomatsko merjenje praga draženja v atriju in prilagajanje napetosti impulza;
- Avtomatsko spremljanje impedan^{ce} elektrode in prilagoditev polaritete elektrode;
- Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti v atriju in prekatu ob vsakem utripu;
- Avtomatsko preklapljanje iz bipolarnega na unipolarno spodbujanje v primeru poškodbe elektrodnega katetra;
- Avtomatska detekcija PMT tahikardij;
- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja, ali USB ključ, ali print.

Dodatne funkcije:

- Algoritem za zmanjševanje nepotrebne prekatne stimulacije;
- Algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije oz. zmanjšanje pogostosti paroksizmov AF;
- Omogoča varno slikanje celotnega telesa z magnetno resonanco do jakosti 1,5 T.

4.2. PRIPADAJOČA ELEKTRODA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V DESNI ATRIJ (ZA MRI)

- Bipolarna;
- Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in);
- Priloženih več stiletov;
- Možnost izbire več dolžin;
- Dodatek proti brazgotinjenju (sproščanje steroida z vrha elektrodnega katetra);
- Možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj;
- Konektor IS – 1;
- Omogoča varno slikanje celotnega telesa z magnetno resonanco do jakosti 1,5 T.

4.3 PRIPADAJOČA ELEKTRODA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V DESNI PREKAT (ZA MRI)

- Bipolarna;
- Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in);
- Priloženih več stiletov;
- Možnost izbire več dolžin;

- Dodatek proti brazgotinjenju (sproščanje steroida z vrha elektrodnega katetra);
- Možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj;
- Konektor IS – 1;
- Omogoča varno slikanje celotnega telesa z magnetno resonanco do jakosti 1,5 T.

5. SRČNI SPODBUJEVALNIK–DDDR TIP B S PRIPADAJOČIMA ELEKTRODAMA

5.1. SRČNI SPODBUJEVALNIK–DDDR TIP B

Možnost programiranja:

- Način: DDDR, DDD, DDI, VDD, AAIR, VVIR;
- Frekvenca : osnovna / zgornja;
- Polarnost: atrij / prekat: unipolarno / bipolarno;
- Trajanja impulza atrij in prekat;
- Amplituda impulza atrij in prekat;
- Občutljivost (sensing) atrija in prekata (na atrijskem kanalu od 0,10 mV v bipolarnem delovanju);
- Histereza;
- Verzel (atrij / prekat) ali refraktarna doba (prekat);
- Atrij – prekat ali P-V zakasnitev;
- Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja;
- Možnost nastavitve PVARP.

Diagnostične možnosti:

- Prikaz frekvence atrija in prekata v času;
- % stimulacije atrija in prekata;
- % P-V ali atrij – prekat sinhronizacije
- Numerični, ali %, ali grafični prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij;
- Število preklopov načina delovanja (mode switching);
- Urejanje po času trajanja tahikardij;
- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG (SEGM/EGM).

Možnosti meritve:

- Prag draženja (atrij / prekat) s spreminjanjem trajanja in amplitude impulza;
- Upornost elektrod (atrij / prekat);
- Amplituda P in R vala;
- Stopnja iztrošenosti baterije.

Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika:

- Bolnikovi podatki;
- Datum vstavitve spodbujevalnika;
- Vrsta elektrod (atrijska / prekatna);
- Tip elektrod.

Fizične lastnosti:

- Volumen 13 cm³ ali manj;
- Življenjska doba: več kot 10 let v DDDR načinu, pri 60 utripih/min, 0,4 ms., 1,5 V amplitudi atrij in 2,5 V prekat ob 100% stimulacija, 500 Ohmov upornosti elektrod, ob vključenih varnih stimulaciji prekata in intrakardialnim EKG.

Senzorji aktivnosti:

- Eden ali več;
- Pomoč pri optimalizaciji nastavitve.

Avtomatske funkcije:

- Menjava načina delovanja (mode switching) nastanku atrijske fibrilacije;
- Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo v bipolarnem načinu zaznavanja in bipolarne polaritete draženja. Avtomatsko merjenje praga draženja in prilagoditev napetosti impulza v atriju in prekatu;
- Avtomatske meritve praga draženja in prilagajanje izhodnih parametrov impulza, ki omogočajo varno back-up stimulacijo prekata. Algoritem mora delovati z unipolarno in bipolarno elektrodo.
- Avtomatska detekcija PMT tahikardij in njeno prekinjanje;
- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja, ali USB ključ, ali print.

Dodatne funkcije:

- Algoritem za zmanjševanje nepotrebne prekatne stimulacije;
- Algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije;
- Možnost varnega MRI slikanja s 3T.

5.2. PRIPADAJOČA ELEKTRODA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V DESNI ATRIJ

- Bipolarna;
- Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in);
- Možnost izbire vsaj dveh dolžin;
- Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga...);
- Možnost vstavitve skozi introduktor 6F ali manj;
- Konektor IS – 1;
- Možnost slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco 3T.

5.3. PRIPADAJOČA AELEKTRODA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V DESNI PREKAT

- Bipolarna;
- Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in);
- Možnost izbire vsaj dveh dolžin;
- Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga...);
- Možnost vstavitve skozi introduktor 6F ali manj;
- Konektor IS – 1;
- Možnost slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco 3T.

6. SRČNI SPODBUJEVALNIK–DDDR Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI TIP A IN PRIPADAJOČIMA ELEKTRODAMA**6.1. SRČNI SPODBUJEVALNIK–DDDR Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI TIP A****Možnost programiranja:**

- Način: DDDR, DDD, DDI, VDD, AAIR, VVIR;
- Frekvenca : osnovna / zgornja;
- Polarnost: atrij / prekat: unipolarno / bipolarno;
- Trajanja impulza atrij in prekat;
- Amplituda impulza atrij in prekat;
- Občutljivost (sensing) atrija in prekata;
- Histereza;
- Verzel (atrij / prekat) ali refraktarna doba (prekat);
- Atrij – prekat zakasnitev ali P-V zakasnitev;
- Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvenca mirovanja;
- Menjava načina delovanja (mode switching) ob pojavu AF/AU;

- Možnost nastavitve PVARP.

Diagnostične možnosti:

- Prikaz frekven $\square$ e atrija in prekata v času;
- % stimula $\square$ je atrija in prekata;
- % P-V ali atrij – prekat sinhroniza $\square$ je;
- Numerični, ali %, ali grafični prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij;
- Število prekopov načina delovanja (mode swit $\square$ hing);
- EKG markerji in endokardialni EKG monitoring med meritvami v obeh srčnih votlinah;
- Trend upornosti obeh elektrod z grafičnim prikazom v času (več kot 10 meritev);
- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG (SEGM/EGM) v skupni dolžini najmanj 10 minut.

Možnosti meritve:

- Prag draženja (atrij / prekat) s spreminjanjem trajanja in amplitude impulza;
- Upornost elektrod (atrij / prekat);
- Amplituda P in R vala;
- Možnost testiranja retrogradnega prevajanja;
- Stopnja iztrošenosti baterije.

Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika:

- Bolnikovi podatki;
- Datum vstavitve spodbujevalnika;
- Vrsta elektrod (atrijska / prekatna).

Fizične lastnosti:

- Volumen: manj kot 12 cm³;
- Življenjska doba: vsaj 9 let pri 60 utripih/ min., 2,5 V prekat in 2,5 V atrij ob 100% stimulacija, 500 Ohmov upornosti elektrode ob vključenima kontroli zajema (avto capture) in intrakardialnim EKG.

Senzorji aktivnosti:

- Eden ali več;
- Pomoč pri optimalizaciji nastavitve.

Avtomatske funkcije:

- Menjava načina delovanja (mode swit $\square$ hing) ob nastanku atrijske fibrila $\square$ je;
- Avtomatske kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim (back-up) utripom v VVI načinu spodbujanja;
- Algoritem mora delovati z unipolarno in bipolarno elektrodo;
- Avtomatsko merjenje praga draženja in prilagoditev napetosti impulza v atriju in prekatu.;
- Avtomatsko spremljanje impedan $\square$ e elektrode in prilagoditev polaritete elektrode;
- Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti v atriju in prekatu ob vsakem utripu;
- Avtomatska prepoznava trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo bipolarnega zaznavanja in bipolarne polaritete draženja;
- Avtomatska detek $\square$ ja PMT tahikardij in njeno prekinjanje;
- Alarm, ko se doseže elektivni indikator za zamenjavo in/ali pri drugih pomembnejših kliničnih in/ali tehnoloških dogodkih;
- Avtomatsko preklapljanje iz bipolarnega na unipolarno spodbujanje v primeru poškodbe elektrodnega katetra;
- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja, ali USB ključ, ali print.

Dodatne funkcije:

- Algoritem za zmanjševanje nepotrebne prekatne stimulacije;
- Algoritem za preprečevanje AF;
- Zgodnje zaznavanje srčnega popuščanja preko merjenja impedance v prsnem košu;
- Brežžična komunikacija s programatorjem;
- Algoritem za optimizacijo AV zakasnitve;
- Omogoča varno slikanje celotnega telesa z magnetno resonanco do jakosti 3 T.

6.2. PRIPADAJOČA ELEKTRODA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V DESNI ATRIJ

- Bipolarna;
- Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in);
- Priloženih več stiletov;
- Možnost izbire več dolžin;
- Dodatek proti brazgotinjenju (sproščanje steroida z vrha elektrodnega katetra);
- Možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj;
- Konektor IS – 1;
- Omogoča varno slikanje celotnega telesa z magnetno resonanco do jakosti 3 T.

6.3. PRIPADAJOČA ELEKTRODA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V DESNI PREKAT

- Bipolarna;
- Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in);
- Priloženih več stiletov.;
- Možnost izbire več dolžin;
- Dodatek proti brazgotinjenju (sproščanje steroida z vrha elektrodnega katetra);
- Možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj;
- Konektor IS – 1;
- Omogoča varno slikanje celotnega telesa z magnetno resonanco do jakosti 3 T.

7. SRČNI SPODBUJEVALNIK–DDDR Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI TIP B IN PRIPADAJOČIMA ELEKTRODAMA**7.1. SRČNI SPODBUJEVALNIK–DDDR Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI TIP B****Možnosti programiranja:**

- Način: DDDR, DDD, DDI, VDD, AAIR, VVIR, ADI(R) <-> DDD(R) ali AAI<->DDD;
- Osnovna frekvenca;
- Zgornja frekvenca;
- Polarnost atrij / prekat : unipolarno / bipolarno;
- Trajanje impulza atrij / prekat;
- Amplituda impulza atrij / prekat;
- Histereza;
- Občutljivost (sensing) atrij / prekat (na atrijskem kanalu od 0,1 mV v bipolarnem delovanju);
- Vrzel (atrij / prekat) ali refraktarna perioda (prekata);
- Atrij -prekat ali P - V zakasnitev;
- Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja;
- Far-field zaščita: možnost ločenega programiranja za Vs in Vp;
- Menjava načina delovanja (mode switching) ob pojavu atrijske fibrilacije;
- Avtomatsko in ročno programiranje PVARPa.

Diagnostične možnosti:

- Prikaz frekvence atrij / prekat v času;

- % stimulacije (atrij / prekat);
- % P-V ali Atrij-prekat sinhronizacije;
- Numerični, ali grafični ali % prikaz ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij;
- Število preklopov načina (mode switching);
- EKG označevalci in endokardialni EKG monitoring med meritvami v obeh srčnih votlinah;
- Trend upornosti obeh elektrod z grafičnim prikazom (več kot 10 meritev);
- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG.

Možnosti meritve:

- Prag draženja s spreminjanjem trajanja in amplitude impulza (atrij / prekat);
- Upornost elektrode (atrij / prekat);
- Amplituda P in R zobcev;
- Stopnja iztrošenosti baterije;
- Možnost testiranja retrogradnega prevajanja.

Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika:

- Bolnikovi podatki;
- Vrsta elektrod (atrijska / prekatna);
- Način vstavitve elektrod.

Fizične lastnosti:

- Volumen < 12 cm³;
- Življenjska doba > 10 let, pri 60 utripov/min, 2,5 V atrij in prekat ob 50% stimulaciji, 500 Ohmov upornost elektrode, z vključeno kontrolo zajema (avto capture) in intrakardialnim EKG.

Senzorji aktivnosti:

- Eden ali več;
- Pomoč pri optimizaciji nastavitve senzorja.

Avtomatske funkcije:

- Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo unipolarnega in bipolarnega zaznavanja ter unipolarne in bipolarne polaritete draženja vključno z avtomatskim vpisom datuma vstavitve v spomin spodbujevalnika;
- Avtomatske meritve praga draženja in prilagajanje izhodnih parametrov impulza v obeh srčnih votlinah;
- Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in avtomatsko prilagajanje občutljivosti v predvoru;
- Avtomatsko preklapljanje iz bipolarnega na unipolarno spodbujanje v primeru poškodbe elektrodnega katetra;
- Avtomatska detekcija PMT tahikardij in njeno prekinjanje;
- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja, ali USB ključ, ali print.

Dodatne funkcije:

- Dva različna algoritma za iskanje intrinzičnega utripa prekata;
- Algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije;
- Možnost varnega MRI slikanja celotnega z energijo 3T vključno z avtomatsko detekcijo magnetnega polja.

7.2. PRIPADAJOČA ELEKTRODA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V DESNI ATRIJ (MRI 3T)

- Bipolarna;
- Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in);

- Možnost izbire vsaj dveh dolžin;
- Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga...);
- Možnost vstavitve skozi introduktor 6F ali manj;
- Konektor IS – 1;
- Možnost slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco 3T.

7.3. PRIPADAJOČA ELEKTRODA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V DESNI PREKAT (MRI 3T)

- Bipolarna;
- Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in);
- Možnost izbire vsaj dveh dolžin;
- Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga...);
- Možnost vstavitve skozi introduktor 6F ali manj;
- Konektor IS – 1;
- Možnost slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco 3T.

8. SRČNI SPODBUJEVALNIK–DDDR Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI TIP C IN PRIPADAJOČIMA ELEKTRODAMA

8.1. SRČNI SPODBUJEVALNIK –DDDR Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI TIP C

Možnosti programiranja:

- Način: AAIR, VVIR, DDI, DDD, DDDR, VVIR, ADI(R) DDD(R);
- Osnovna frekvenca;
- Zgornja frekvenca;
- Polarnost: atrij/prekat: unipolarno/bipolarno;
- Trajanje impulza atrij in prekat;
- Amplituda impulza atrij in prekat;
- Občutljivost (sensing) atrija in prekata (na atrijskem kanalu od 0,10mV v bipolarnem načinu delovanja);
- Histereza;
- Vrzel (atrij/prekat) ali refraktarna doba (prekat);
- Atrij-prekat ali P-V zakasnitev;
- Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja;
- Ob pojavu atrijske fibrilacije možnost ločenega programiranja parametrov preklapov načina delovanja (mode switching) za de- in re-sinhronizacijo;
- Far-field zaščita;
- Možnost avtomatske in ročne nastavitve PVARP.

Diagnostične možnosti:

- Prikaz frekvence atrija in prekata v času;
- % atrijske/prekatne stimulacije;
- % P-V ali atrij-prekat sinhronizacije;
- Numerično, z odstotkom (%), ali grafični prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij;
- Število preklapov načina (mode switching) in razporejanje po času trajanja;
- EKG označevalci in endokardialni EKG monitoring med meritvami v obeh srčnih votlinah;
- Trend upornosti obeh elektrod z grafičnim prikazom v času (več kot 10 meritev);
- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG.

Možnosti meritev:

- Prag draženja (atrij/prekat) s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza;

- Upornost elektrod (atrij in prekat);
- Amplituda P in R vala;
- Možnost testiranja retrogradnega prevajanja;
- Stopnja iztrošenosti baterije.

Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika:

- Bolnikovi podatki;
- Avtomatska zaznava datuma vstavitve spodbujevalnika;
- Vrsta elektrode (atrijska/prekatna);
- Tip elektrode.

Fizične lastnosti baterije:

- Volumen: manj kot 12 cm³;
- Življenjska doba: vsaj 10 let pri naslednjih izmerjenih/nastavljenih parametrih:
 - frekvenca 60 utripov na min,
 - 2,5V amplituda atrija in prekata ob 50% stimulaciji,
 - 500 Ohmov upornosti elektrode,
- Vključena kontrola zajema (auto capture) in intrakardialni EKG.

Senzorji aktivnosti:

- dva neodvisna senzorja; od tega en senzor na podlagi fiziološkega prilagajana ritma, reagira tudi na mentalni stres, baziran na primarnih srčnih parametrih in je neodvisen od tipa elektrode;
- Pomoč pri optimalizaciji nastavitve.

Avtomatske funkcije:

- Menjava načina delovanja (mode switching) ob nastanku atrijske fibrilacije;
- Avtomatska kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim back-up utripom v VVI načinu spodbujanja. Algoritem mora delovati z unipolarno ali bipolarno elektrodo;
- Avtomatsko merjenje praga draženja in prilagoditev napetosti impulza v atriju in prekatu;
- Avtomatske meritve spontanega potenciala v atriju in prekatu;
- Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatičnim vklopom diagnostičnih funkcij in avtomatično nastavitvijo unipolarne in bipolarne zaznavanja ter unipolarne in bipolarne polaritete draženja; avtomatsko shranjevanje datuma vstavitve spodbujevalnika;
- Avtomatska detekcija PMT (pacemaker mediated tachycardia) in njeno prekinjanje;
- Avtomatsko shranjevanje follow-up podatkov na trdi disk programatorja ali USB ključ ali tiskanje.

Dodatne funkcije:

- Dva različna algoritma za iskanje intrinzičnega utripa prekata;
- Algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije;
- Algoritem za preprečevanje vazovagalne sinkope;
- Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z uporabo 3T.

8.2. PRIPADAJOČA ELEKTRODA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V DESNI ATRIJ

- Bipolarna;
- Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in);
- Možnost izbire vsaj dveh dolžin;
- Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga...);
- Možnost vstavitve skozi introduktor 6F ali manj;
- Konektor IS – 1;

- Možnost slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco 3T.

8.3. PRIPADAJOČA ELEKTRODA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V DESNI PREKAT

- Bipolarna;
- Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in);
- Možnost izbire vsaj dveh dolžin;
- Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga...);
- Možnost vstavitve skozi introduktor 6F ali manj;
- Konektor IS – 1;
- Možnost slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco 3T.

9. SRČNI SPODBUJEVALNIK ZA RESINHRONIZACIJO SRCA TIP A S PRIPADAJAČIM POTROŠNIM MATERIALOM

9.1. SRČNI SPODBUJEVALNIK DDDR ZA RESINHRONIZACIJO SRCA TIP A

Možnost programiranja:

- Način: DDD, DDI, DDDR, DDIR, VVIR;
- Spodnja frekvenca;
- Zgornja frekvenca;
- Najvišja senzorska frekvenca 150 min^{-1} ali več;
- Konekt IS1, IS4;
- Trajanje impulza (A, V);
- Amplituda impulza (A, V);
- Občutljivost (A, V);
- najnižja občutljivost na atrijski elektrodi 0,2 mV ali manj v bipolarnem načinu delovanja;
- Vrzel (A, V) ali refraktarna perioda (V);
- A-V zakasnitev;
- Preklop načina ob atrijski fibrilaciji na VVIR ali DDIR;
- Ločeno programiranje amplitude impulza vsakega od prekatnih kanalov;
- Poljubna določitev periode stimulacije A ali P do RV in A ali P do LV;
- Hitra izključitev prejšnje funkcije z sinhrono periodo RV in LV;
- Frekvenca V je nastavljiva v času "mode switching";
- Algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije;
- Ekg markerji in endokardialni EKG monitoring med meritvami v obeh srčnih votlinah;
- Pomoč pri optimizaciji intervalov.

Diagnostične možnosti:

Prikaz v času:

- Frekvence (A, V);
- Podrobnosti željene epizode;
- Shranjevanje najmanj 8 intrakardialnih EKG posnetkov snemanih na dveh kanalih v dolžini najmanj 5 sek. po posnetku po programiranem sprožilcu (ali najmanj 40 sekund).

Števci :

- % stimulacije (A, V);
- % A-V sinhronizacije;
- preddvornih tahikardij;
- Prekatnih prezgodnjih utripov;

- Prekatnih tahikardij Število preklopov načina (mode switching) in grupiranje po času trajanja;
- Trend upornosti obeh elektrod.

Možnost meritve:

- Prag draženja s spreminjanjem trajanja in amplitude impulza na atrijski in ventrikularnih elektrodah
- Upornost elektrode (A, V);
- EKG markerji in neprestani Endokardialni EKG monitoring med meritvami na aktualni elektrodi, na elektrodi v levem prekatu fakultativno;
- Amplituda P in R zobcev.

Možnost vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika:

- Koda bolnika;
- Datum vsaditve spodbujevalnika in elektrode (A, V).

Fizične lastnosti:

- Trije ločeni IS-1/IS-4 vhodi za elektrodne katetre;
- Življenjska doba > 5 let pri amplitudi impulza 2 V in trajanju 0,4 ms.

Senzorji aktivnosti:

- Dva neodvisna senzorja, od tega en senzor na podlagi fiziološkega prilagajanja ritma, reagira tudi na mentalni stres, baziran na primarnih kardialnih parametrih, neodvisen od tipa elektrode.

Avtomatske in varnostne funkcije:

- Možnost varnega MRI slikanja.

9.2. PRIPADAJOČA ELEKTRODA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V DESNI ATRIJ (PRO MRI)

- Bipolarna;
- Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in);
- Možnost izbire vsaj dveh dolžin;
- Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga...);
- Možnost vstavitve skozi introduktor 6F ali manj;
- Konektor IS – 1;
- Možnost slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco 3T.

9.3. PRIPADAJOČA ELEKTRODA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V DESNI PREKAT (PRO MRI)

- Bipolarna;
- Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in);
- Možnost izbire vsaj dveh dolžin;
- Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga...);
- Možnost vstavitve skozi introduktor 6F ali manj;
- Konektor IS – 1;
- Možnost slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco 3T.

9.4. PRIPADAJOČA ELEKTRODA ZA STIMULACIJO LEVEGA PREKATA

- Kvadripolarna;
- Za implantacijo v koronarni sinus za levo ventrikularno stimulacijo;
- Mora omogočati vsaj 10 različnih vektorjev stimulacije;
- Implantacija s pomočjo vodilne žice;

- Zunanji premer elektrode manj kot 5F;
- Dodatek proti brazgotinjenju (steroid);
- Različne dolžine;
- Konektor IS-4;
- MRI kompatibilna.

9.5. SISTEM ZA UVAJANJE ELEKTRODNEGA VODA ZA STIMULACIJO LEVEGA PREKATA

- Z mehkim vrhom, različnih dolžin, dilatatorjem, hemostatski ventil in nožič za rezanje introduktorja;
- Možnost izbire vsaj 4 različnih krivin introduktorjev, pakiranih posamezno (ne v kompletu).

9.6. KATETER ZA SUBSELEKCIJO VEJE KORONARNEGA SINUSA

- Možnost uvajanja elektrode za koronarni sinus skozi kateter;
- Notranji premer 5,7 Fr ali več;
- Zunanji premer 7,1 Fr ali manj;
- Možnost izbire ukrivljenosti vrha katetra 90 ali 130 stopinj.

10. SRČNI SPODBUJEVALNIK ZA RESINHRONIZACIJO SRCA TIP B S PRIPADAJOČIM POTROŠNIM MATERIALOM

10.1. SRČNI SPODBUJEVALNIK DDDR ZA RESINHRONIZACIJO TIP B

Možnost programiranja:

- Način: DDDR, DDD, DDI, VDD, VVIR;
- Spodnja frekvenca;
- Zgornja frekvenca;
- Najvišja senzorska frekvenca: do 170/min;
- Polarnost A/V: uni / bi;
- Trajanje impulza (A, V);
- Amplituda impulza (A, V);
- Občutljivost (Sensing) A in V (na atrijskem kanalu od 0,25mV v bipolarnem delovanju);
- Vrzal (A, V) ali refraktorna perioda (V);
- A-V ali P-Vzakasnitev;
- Preklop načina ob atrijski fibrilaciji na VVIR ali DDIR;
- Stimulacija desnega preddvora in obeh prekatov, zaznavanje v desnem preddvoru in prekatu;
- Neodvisno programiranje stimulacije za desni in levi prekat;
- Več vektorjev spodbujanja levega prekata (MS stimulacija).

Diagnostične možnosti:

- Prikaz frekvence A in V v času;
- % stimulacije (A in V);
- % P-V ali A-V sinhronizacije;
- Histogram frekvenc;
- EKG markerji in endokardialni EKG monitoring med meritvami v obeh srčnih votlinah;
- Grafični prikaz trendov upornosti elektrod (prikaz več kot 10 meritvi v različnem časovnem razdobju)
- Diagnostika in spremljanje srčnega popuščanja s prikazom diagnostičnih trendov (variabilnost srčne frekvence, aktivnost bolnika, nočna frekvenca);

- Diagnostika in spremljanje preddvornih aritmij s 6-mesečnim pikazom trenda dnevnega trajanja preddvornih aritmij, prikaz histograma frekvence prekata med preddvornimi aritmijami, pregled preddvornih aritmij;
- Shranjevanje najmanj 8 intrakardialnih EKG posnetkov snemanih na dveh kanalih v dolžini najmanj 5 sek. po posnetku po programiranem sprožilcu(ali najmanj 40 sekund).

Možnost meritve:

- Prag draženja s spreminjanjem trajanja in amplitude impulza (A, V);
- Upornost elektrode;
- Stopnje iztrošenosti baterije;
- Amplituda P in R zubcev.

Možnost vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika :

- Koda bolnika;
- Datum vsaditve spodbujevalnika in elektrod (A in V).

Fizične lastnosti:

- Volumen < 18 cm³;
- Življenjska doba > 5 let (pri amplitudi impulza 2V in trajanju 0,4 ms).

Senzorji aktivnosti:

- Eden ali več senzorjev.

Avtomatske in varnostne funkcije:

- Avtomatsko preklapljanje z bipolarnega na unipolarno spodbujanje v primeru okvare izolacije ali preloma vodnika;
- Optimizacija intervalov spodbujanja med desnim in levim prekatom;
- Avtomatske meritve praga draženja in prilagajanje izhodnih parametrov na elektrodi za levi prekat;
- Možnost slikanja na MRI.

10.2. PRIPADAJOČA ATRIJSKA ELEKTRODA

- Fiksacija: aktivna;
- Zaznavanje: bipolarno;
- Priloženih več stiletov;
- Možnost izbire več dolžin;
- Dodatek proti brazgotinjenju (sproščanje steroida z vrha elektrodnega katetra).

10.3. PRIPADAJOČA PREKATNA ELEKTRODA ZA STIMULACIJO DESNEGA PREKATA

- Fiksacija: aktivna;
- Zaznavanje: bipolarno;
- Priloženih več stiletov;
- Možnost izbire najmanj 2 dolžin elektrod;
- Dodatek proti brazgotinjenju (sproščanje steroida z vrha elektrodnega katetra).

10.4. PRIPADAJOČA ELEKTRODA ZA LEVI PREKAT

- Elektroda za uvajanje skozi koronarni sinus;
- Vstavitev s pomočjo stileta in preko vodilne žice;
- Dvojno ukrivljena konica za fiksacijo v koronarnem sinusu;
- Vstavitev skozi uvajalo 8F ali manj;

- Konektor IS – 4;
- Možnost izbire več dolžin.

10.5. SISTEM ZA UVAJANJE ELEKTRODE ZA STIMULACIJO LEVEGA PREKATA

- z mehkim vrhom;
- različne dolžine;
- z dilatatorjem;
- s hemostatskim ventilom;
- možnost izbire vsaj 4 različnih krivin;
- pakirano posamezno.

10.6. KATETER ZA SUBSELEKCIJO VEJE KORONARNEGA SINUSA

- možnost uvajanje elektrode za koronarni sinus skozi kateter;
- notranji premer 5F ali več;
- zunanji premer 7F ali manj;
- možnost izbire vsaj 4 različnih krivin;

10.7. NOŽ ZA REZANJE KATETRA

- nož za rezanje sistema za uvajanje elektrode za stimulacijo levega prekata in katetra za subselekcijo veje koronarnega sinusa.

11. SET ZA SPODBUJANJE DESNEGA PREKATA NA IZBRANEM MESTU LBBAP TIP A

11.1. PREKATNA ELEKTRODA ZA SPODBUJANJE DESNEGA PREKATA NA IZBRANEM MESTU-TIP A

- Bipolarna;
- Silikonska notranja in poliuretanska zunanja izolacija;
- Izločanje steroida na konici;
- Aktivna fiksacija;
- Premer telesa elektrode 1,5 mm ali manjši;
- Razmik med elektrodama 10 mm ali krajši;
- Možnost izbire več dolžin;
- Konektor IS-1;
- Implantacija s pomočjo vodljivega (deflektibilnega) katetra.

11.2. VODLJIVI (DEFLEKTIBILNI) KATETER ZA IMPLANTACIJO ELEKTRODE ZA SPODBUJANJE DESNEGA PREKATA NA IZBRANEM MESTU-TIP A

- Kompatibilen s prekatnim vodom za spodbujanje desnega prekata na izbranem mestu;
- Upogljivi distalni del katetra;
- Možnost izbire več dolžin.

11.3. REZILO ADJUSTABLE ZA PREREZ VODILNEGA (DEFLEKTIBILNEGA) KATETRA

- Dve različni obliki;
- Ergonomična oblika rezalnika, ki omogoča varno rezanje vodilnega katetra.

12. SET ZA SPODBUJANJE DESNEGA PREKATA NA IZBRANEM MESTU LBBAP TIP B

12.1. PREKATNA ELEKTRODA ZA SPODBUJANJE DESNEGA PREKATA NA IZBRANEM MESTU-TIP B

- konektor IS-1;
- aktivna fiksacija z sproščanjem steroida na konici elektrode;
- razmak med konico in »ring« elektrodo 10 mm;
- robustni distalni del brez fleksibilne cone, kar zmanjšuje tveganje za poškodbe;
- proksimalni del elektrode prevlečen z dodatno izolacijo za preprečevanje abrazij in poškodb elektrode;
- kompatibilna s pripomočkom za zaklep fiksacijskega mehanizma;
- 3T MRI kompatibilna;
- Kompatibilna z 6F introducerjem.

12.2. VODILNI KATETER S 3D OBLIKO KRIVINE

- z možnostjo izbire različnih oblik krivin;
- hemostatska valvula in marker za fluoroskopsko vizualizacijo;
- zunanji premer 9 F ali manj;
- notranji premer 7F ali več;
- uporabne dolžine vsaj 40 cm z možnostjo izbire več različnih dolžin;
- set vključuje dilatator in pripomoček za prehod valvule.

12.3. NOŽ ZA REZANJE VODILNEGA KATETRA S 3D OBLIKO KRIVINE

- kompatibilen z vodilnim katetrom 3D oblike.

12.4. PRIPOMOČEK ZA ZAKLEP FIKSACIJSKEGA MEHANIZMA ELEKTRODE ZA SPODBUJANJE DESNEGA PREKATA NA IZBRANEM MESTU

- kompatibilen z elektrodo, ki ima aktivni mehanizem fiksacije (Retractable helix);
- omogoča priklop kablov za testiranje in stimulacijo med postopkom fiksacije elektrode;
- ima marker za pomoč pri oceni števila rotaciji elektrode;
- kompatibilen z elektrodami različnih dolžin;
- omogoča namestitvev tudi pri že vstavljenem stiletu v elektrodi.

13. SET ZA SPODBUJANJE DESNEGA PREKATA NA IZBRANEM MESTU LBBAP TIP C

13.1. PREKATNA ELEKTRODA ZA POZICIONIRANJE V PREDEL LBB

- Konektor IS – 1;
- Bipolarna elektroda s stiletom ter fiksnim vijakom za fiksacijo v predel LBB;
- Možnost izbire dveh dolžin;
- Možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj;
- Elektroda mora omogočati varno MRI slikanje celotnega telesa z energijo 3T brez izključitvenih con.

13.2. KATETER ZA UVAJANJE ELEKTRODE ZA SPODBUJANJE LEVEGA KRAKA

- Kateter za uvajanje elektrode za spodbujanje levega kraka (LBB) z 3D ukrivljenim distalnim delom;
- kompatibilen z ustreznimi aktivnimi elektrodami s stiletom;
- možnost izbire vsaj treh različnih krivulj katetra;

- možnost izbire vsaj treh različnih dolžin katetra;
- pakirano posamezno.

13.3. KOMPLET ZA UVAJANJE ELEKTRODE ZA SPODBUJANJE LEVEGA KRAKA – varianta B

- Komplet za uvajanje elektrode v koronarni sinus;
- komplet naj vsebuje vodilno žico, rezilo za kateter, brizgalko, 2 bi-direkionalni valvuli in torker za koronarno žico;
- pakirano posamezno.

14. DODATNI MATERIALI ZA SRČNE SPODBUJEVALNIKE

14.1. UVAJALO ZA ELEKTRODE (PEEL-AWAY Introducer, Lead Introducer System)

- različni premeri 7F-9F;
- Dolžina Sheath-a 14 cm;
- Sterilna vsebina škatle mora vsebovati:
 - Brizgalko,
 - Iglo (običajno 18 gauge),
 - J žico,
 - Dilatator,
 - Peel-away sheath.

14.2. Žice (stileti) za elektrodne katetre različnih dolžin

- Žice (stileti) za elektrode morajo biti v ponudbi v posebnem pakiranju (za primer revizije itd.);
- Dolžine 52 cm »J« oblika;
- Dolžina 58 cm in 65 cm (ravni).

14.3. Čepek za zapiranje konektorja IS1 PIN PLUG

14.4. Čep za elektrodo set

14.5. Antibiotična ovojnica

- Popolnoma razgradljiva ovojnica namenjena zmanjševanju okužb;
- Vsebovati mora najmanj 2 antibiotika;
- Dve velikosti za vsadne naprave različne velikosti.

14.6. Epikardialna elektroda

- Bipolarna epikardialna elektroda s sproščanjem steroida;
- Možnost izbire več dolžin;
- Konektor IS-1.

14.7. Elektrodni kateter za vstavev v koronarni sinus (IS-1)

Tip 1 gladek:

- Bipolarni elektrodni kateter;
- IS 1 konektor in introduktor 7 F ali manjši;
- Vstavitev s pomočjo stileta in preko vodilne žice;
- Dvojno ukrivljena konica za fiksacijo v koronarnem sinusu;
- Možnost varnega slikanja z NMR;

- Možnost izbire več dolžin.

15. IMPLANTABILNI SNEMALNIK SRČNEGA RITMA ZA ODKRIVANJE VZROKA SINKOP

15.1. IMPLANTABILNI SNEMALNIK SRČNEGA RITMA ZA ODKRIVANJE VZROKA SINKOP (»LOOP RECORDER«)

Varianta A

- Trajanje baterije: 2 leti ali več;
- Teža naprave : 4 g ali manj;
- Način vstavitve s pomočjo iztisa v podkožje (injactable);
- Možnost programiranja frekvence tahiaritmij in /ali bradikardij;
- Avtomatska detekcija atrijske fibrilacije, atrijske tahikardije, ventrikularne tahikardije, bardikardije, asistolnih pavz;
- Nastavitev snemanja srčnega ritma pred in po detekciji aritmije vsaj 25 s;
- Možnost programiranja kontinuiranega snemanja aritmije po ročni aktivaciji naprave vsaj 5 min;
- Vsaj 30 minut celotnega holterskega spomina;
- Prikaz povprečne frekvence preko dneva in noči;
- Naprava mora biti PRO MRI (1,5 T pisna izjava proizvajalca);
- Ustrezni programator;
- Možnost aktivacije naprave ob težavah s strani bolnika z zunanjo aktivacijsko enoto, ki jo je možno nabaviti ločeno od snemalnika.

15.2. IMPLANTABILNI SNEMALNIK SRČNEGA RITMA ZA ODKRIVANJE VZROKA SINKOP (»LOOP RECORDER«)

Varianta B

- Trajanje baterije: 2 leti ali več;
- Teža naprave : 4 g ali manj;
- Način vstavitve s pomočjo iztisa v podkožje (injactable);
- Možnost programiranja frekvence tahiaritmij in /ali bradikardij;
- Avtomatska detekcija atrijske fibrilacije, atrijske tahikardije, ventrikularne tahikardije, bardikardije, asistolnih pavz;
- Nastavitev snemanja srčnega ritma pred in po detekciji aritmije vsaj 25 s;
- Možnost programiranja kontinuiranega snemanja aritmije po ročni aktivaciji naprave vsaj 5 min;
- Vsaj 30 minut celotnega holterskega spomina;
- Prikaz povprečne frekvence preko dneva in noči;
- Naprava mora biti PRO MRI (1,5 T pisna izjava proizvajalca);
- Ustrezni programator;
- Možnost aktivacije naprave ob težavah s strani bolnika z aktivacijsko enoto, ki je sestavni del kompleta.

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: 011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028
001 Srčni spodbujevalnik-SSIR tip A s pripadajočo elektrodo - 100% skupina

CPV: 33182210

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
Pripadajoča elektroda ravna za aktivno fiksacijo v atrij ali prekat (za MRI)	911025	50	KOS				
Srčni spodbujevalnik-SSIR tip A	911024	50	KOS				

VREDNOST SKUPAJ: 2 0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: 011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028
002 Srčni spodbujevalnik-SSIR tip B s pripadajočo elektrodo - 100% skupina

CPV: 33182210

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
Pripadajoča elektroda ravna za aktivno fiksacijo v atrij ali prekat (za MRI 1,5T)	911027	50	KOS				
Srčni spodbujevalnik-SSIR tip B	911026	50	KOS				

VREDNOST SKUPAJ:	2	0,00 €
------------------	---	--------

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: 011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028
003 Srčni spodbujevalnik-SSIR tip C s pripadajočo elektrodo - 100% skupina

CPV: 33182210

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
Pripadajoča elektroda ravna za aktivno fiksacijo v atrij ali prekat (za MRI) 3T	911029	50	KOS				
Srčni spodbujevalnik-SSIR tip C	911028	50	KOS				

VREDNOST SKUPAJ: 2 0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: 011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028
004 Srčni spodbujevalnik-DDDR tip A s pripadajočima elektrodama - 100% skupina

CPV: 33182210

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni atrij (za MRI)	911031	70	KOS				
Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni prekat (za MRI)	911032	70	KOS				
Srčni spodbujevalnik-DDDR tip A	911030	70	KOS				

VREDNOST SKUPAJ: 3 0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: 011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028
005 Srčni spodbujevalnik-DDDR tip B s pripadajočima elektrodama - 100% skupina

CPV: 31711140

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni atrij	911034	70	KOS				
Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni prekat	911035	70	KOS				
Srčni spodbujevalnik-DDDR tip B	911033	70	KOS				

VREDNOST SKUPAJ: 3 0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028**

CPV: 33120000

006 Srčni spodbujevalnik-DDDR z naprednimi funkcijami tip A in pripadajočima elektrodama - 100% skupina

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni atrij	911037	5	KOS				
Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni prekat	911038	5	KOS				
Srčni spodbujevalnik-DDDR z naprednimi funkcijami tip A	911036	5	KOS				

VREDNOST SKUPAJ:

3

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028**
007 Srčni spodbujevalnik-DDDR z naprednimi funkcijami tip B in pripadajočima elektrodama - 100% skupina

CPV:

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni atrij (MRI 3T)	911040	5	KOS				
Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni prekat (MRI 3T)	911041	5	KOS				
Srčni spodbujevalnik-DDDR z naprednimi funkcijami tip B	911039	5	KOS				

VREDNOST SKUPAJ:	3	0,00 €
------------------	---	--------

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: 011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028
008 Srčni spodbujevalnik-DDDR z naprednimi funkcijami tip C in pripadajočima elektrodama - 100% skupina

CPV:

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni atrij	911043	5	KOS				
Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni prekat	911044	5	KOS				
Srčni spodbujevalnik-DDDR z naprednimi funkcijami tip C	911042	5	KOS				

VREDNOST SKUPAJ:	3	0,00 €
------------------	---	--------

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: 011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028
009 Srčni spodbujevalnik za resinhronizacijo srca tip A s pripadajočim potrošnim materialom - 100% skupi

CPV:

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
Kateter za subselekcijo veje koronarnega sinusa	911050	5	KOS				
Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni atrij (PRO MRI)	911046	20	KOS				
Pripadajoča elektroda za aktivno fiksacijo v desni prekat (PRO MRI)	911047	20	KOS				
Pripadajoča elektroda za stimulacijo levega prekata	911048	20	KOS				
Sistem za uvajanje elektrodnega voda za stimulacijo levega prekata	911049	20	KOS				
Srčni spodbujevalnik DDDR za resinhronizacijo srca tip A	911045	20	KOS				

VREDNOST SKUPAJ:	6	0,00 €
------------------	---	--------

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028**

CPV:

010 Srčni spodbujevalnik za resinhronizacijo srca tip B s pripadajočim potrošnim materialom - 100% skupi

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
Kateter za subselekcijo veje koronarnega sinusa	911056	5	KOS				
Nož za rezanje katetra	911057	30	KOS				
Pripadajoča atrijska elektroda	911052	30	KOS				
Pripadajoča elektroda za levi prekat	911054	30	KOS				
Pripadajoča prekatna elektroda za stimulacijo desnega prekata	911053	30	KOS				
Sistem za uvajanje elektrode za stimulacijo levega prekata	911055	30	KOS				
Srčni spodbujevalnik DDDR za resinhronizacijo tip B	911051	30	KOS				

VREDNOST SKUPAJ:

7

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028**

CPV:

011 Set za spodbujanje desnega prekata na izbranem mestu LBBAP tip A - 100% skupina

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
Prekatna elektroda za spodbujanje desnega prekata na izbranem mestu-tip A	911058	20	KOS				
Rezilo adjustable za prerez vodilnega (deflektibilnega) katetra	911060	20	KOS				
Vodljivi (deflektibilni) kateter za implantacijo elektrode za spodbujanje desnega prekata na izbranem mestu-tip A	911059	20	KOS				

VREDNOST SKUPAJ:

3

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028**

CPV:

012 Set za spodbujanje desnega prekata na izbranem mestu LBBAP tip B - 100% skupina

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
Nož za rezanje vodilnega katetra s 3D obliko krivine	911063	20	KOS				
Prekatna elektroda za spodbujanje desnega prekata na izbranem mestu-tip B	911061	20	KOS				
Pripomoček za zaklep fiksacijskega mehanizma elektrode za spodbujanje desnega prekata na izbranem mestu	911064	20	KOS				
Vodilni kateter s 3D obliko krivine	911062	20	KOS				

VREDNOST SKUPAJ:

4

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: 011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028
013 Set za spodbujanje desnega prekata na izbranem mestu LBBAP tip C - 100% skupina

CPV:

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
Kateter za uvajanje elektrode za spodbujanje levega kraka	911066	20	KOS				
Komplet za uvajanje elektrode za spodbujanje levega kraka - varianta B	911067	20	KOS				
Prekatna elektroda za pozicioniranje v predel LBB	911065	20	KOS				

VREDNOST SKUPAJ: 3 0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028**

CPV:

014 Dodatni potrošni materiali za srčne spodbujevalnike

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
Antibiotična ovojnica	911069	5	KOS				
Čep za elektrodo set	911022	10	KOS				
Čepek za zapiranje konektorja IS1 PIN PLUG	911068	10	KOS				
Elektrodni kateter za vstavev v koronarni sinus (IS-1) - Tip 1	911008	5	KOS				
Epikardialna elektroda	911010	5	KOS				
Uvajalo za elektrode (PEEL-AWAY Introducer, Lead Introducer System)	911023	600	KOS				
Žice (stileti) za elektrodne katetre različnih dolžin	911021	30	KOS				

VREDNOST SKUPAJ:

7

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **011 Srčni spodbujevalniki 2027- 2028**

CPV:

015 Implantabilni snemalnik srčnega ritma za odkrivanje vzroka SINKOP

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
Implantabilni snemalnik srčnega ritma za odkrivanje vzroka SINKOP (»LOOP RECORDER«) - varianta A	911012	5	KOS				
Implantabilni snemalnik srčnega ritma za odkrivanje vzroka SINKOP (»LOOP RECORDER«) - varianta B	911020	5	KOS				

VREDNOST SKUPAJ:

2

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

ČRTNE KODE ARTIKLOV

Zaporedna številka	Ident. JN (obvezen podatek)	Naziv artikla (obvezen podatek)	Kataloška številka artikla (REF.ŠT.)	ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek) Slika 1 (package) GTIN=28717648176689 (zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«): 28717648176689	ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (v kolikor obstaja) Slika 2 (Primary) GTIN=08717648176685 (zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«): 08717648176685 Če črtna koda ne obstaja, vpišite 0.	Tip kode (opišite: GTIN, EAN, ostalo) Opomba: Če ne gre za medicinske pripomočke velja tudi EAN, ali ostali tipi kod, ki so berljive s čitalcem črtnih kod. POMEMBNO: Črtne kode bomo vnesli preko kataloške številke v sistem že pred dejansko dobavo.
--------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--

Opomba: Če dobavitelj ne posreduje vseh podatkov in je to naknadno ugotovljeno v skladišču, mora na poziv skladišča nemudoma posredovati sliko artikla s črtnimi kodami (pakiranje in posamezno pakiranje).

Primer materiala (vir podatkov): <https://accessgudid.nlm.nih.gov/>

DEVICE: **HI-TORQUE COMMAND (08717648176685)**

[DEVICE RECORD HISTORY](#) [DOWNL](#)

[VIEW ALL SECTIONS](#) | [CLOSE ALL SECTIONS](#)

− DEVICE IDENTIFIER (DI) INFORMATION

Brand Name: HI-TORQUE COMMAND

Version or Model: 2078175

Commercial Distribution Status: In Commercial Distribution

Catalog Number: 2078175

Company Name: ABBOTT VASCULAR INC.

Device Description: Hi-Torque Command ES Guide Wire .014" 300 cm

Primary DI Number: 08717648176685

Issuing Agency: GS1

Commercial Distribution End Date:

Device Count: 1

Labeler D-U-N-S® Number*: 964569052 [*Terms of Use](#)

[CLOSE](#)

+ DEVICE CHARACTERISTICS

+ DEVICE RECORD STATUS

− ALTERNATIVE AND ADDITIONAL IDENTIFIERS

− PACKAGE DI [2]

Package DI Number	Quantity per Package	Contains DI Package	Package Discontinue Date	Package Status	Package Type
28717648176689	5	08717648176685		In Commercial Distribution	Case

Slika 1 (*PACKAGE): ŠKATLA S 5 KOMADI (GTIN=28717648176689)



Hi-Torque
Command ES
 Guide Wire



0.014"


300 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrófilo; Fio guida con rivestimento idrofilo; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico; Ledare med hydrofil beläggning; Voerdraad met hydrofile deklaag; Guidewire med hydrofil belægning; Συμπύκνωσ οδηγός με υδροφίλη επικάλυψη; Prowadnik z powłoką hydrofilową

LOT 1121071
2023-11-30
2021-12-10

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio; Scambio; Troca; Utbyte; Verwisseling; Udsøftning; Αντικατάσταση; Wymiana

REF 2078175



HI-TORQUE
Command ES
 0.014" 300 cm
REF 2078175
LOT 1121071

HI-TORQUE
Command ES
 0.014" 300 cm
REF 2078175
LOT 1121071

www.AbbottVascular.com/lifu (U.S.)
 PTA
 R
 5
 STERILE R
 2797

Abbott Vascular
 3200 Lakeside Drive
 Santa Clara, CA 95054 USA
 TEL: (800) 227-9902
 FAX: (800) 601-8874
 Outside USA TEL: (951) 914-4689
 Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
 International BVBA
 Park Lane, Culliganlaan 28
 1831 Diegem, BELGIUM
 TEL: + 32 2 714 14 11
 FAX: + 32 2 714 14 12

WPL2131164-02 (2021-01-04)



Hi-Torque
Command ES
 Guide Wire

0.014" 300 cm

REF 2078175 **LOT** 1121071 **2023-11-30**

 (01) 2 8717648 17668 9

 (17) 231130 (10) 1121071 (91) 6210

Slika 2 (** PRIMARY): POSAMEZNI KOMAD iz škatle (GTIN=08717648176685)



Hi-Torque
Command ES
 Guide Wire



0.014"


300 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrófilo; Fio guida con rivestimento idrofilo; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico; Ledare med hydrofil beläggning; Voerdraad met hydrofile deklaag; Guidewire med hydrofil belægning; Συμπύκνωσ οδηγός με υδροφίλη επικάλυψη; Prowadnik z powłoką hydrofilową

LOT 1121071
2023-11-30
2021-12-10

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio; Scambio; Troca; Utbyte; Verwisseling; Udsøftning; Αντικατάσταση; Wymiana

REF 2078175



HI-TORQUE
Command ES
 0.014" 300 cm
REF 2078175
LOT 1121071

HI-TORQUE
Command ES
 0.014" 300 cm
REF 2078175
LOT 1121071

www.AbbottVascular.com/lifu (U.S.)
 PTA
 R
 1
 STERILE R
 2797

Abbott Vascular
 3200 Lakeside Drive
 Santa Clara, CA 95054 USA
 TEL: (800) 227-9902
 FAX: (800) 601-8874
 Outside USA TEL: (951) 914-4689
 Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
 International BVBA
 Park Lane, Culliganlaan 28
 1831 Diegem, BELGIUM
 TEL: + 32 2 714 14 11
 FAX: + 32 2 714 14 12

WPL2131165-02 (2021-01-04)



Hi-Torque
Command ES
 Guide Wire

0.014" 300 cm

REF 2078175 **LOT** 1121071 **2023-11-30**

 (01) 0 8717648 17668 5

 (17) 231130 (10) 1121071 (91) 2665

ŠTEVILKA OKVIRNEGA SPORAZUMA/KUPOPRODAJNE POGODBE				DOBAVITELJ:		
ZAP.ŠT.	IDENT JN (obvezen podatek)	NAZIV ARTIKLA (obvezen podatek)	KATALOŠKA ŠTEVILKA ARTIKLA (REF.ŠT.) (obvezen podatek)	ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek)	ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (obvezen podatek, v kolikor obstaja)	TIP KODE (opišite: GTIN,
				Če črtna koda ne obstaja, pustite zapis 0.		
				(NE SPREMINJAJ FORMATA - zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«)		
PRIMER	967782	HI-TOURQUE COMMA	2078175	28717648176689	8717648176685	GTIN
1			0	0	0	
2			0	0	0	
3			0	0	0	
4			0	0	0	
5			0	0	0	
6			0	0	0	
7			0	0	0	
8			0	0	0	
9			0	0	0	
10			0	0	0	
11			0	0	0	
12			0	0	0	
13			0	0	0	
14			0	0	0	