

Številka: JN 041/RN-26, JN003997/2026-EUe16/01

Datum: 15.9.2026

Naročnik Splošna bolnišnica Izola na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) in pogojev ter meril dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izdaja naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo za »Dobavo aspiratorjev in sukcesivno dobavo potrošnega materiala« se odda ponudnikom:

Izbrani ponudniki	Sklop
ANMEDIC, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana	1, 4, 5
AMS MEDING d.o.o., trgovina-inženiring, Trnovec pri Dramljah 54A, 3222 Dramlje	3

Nadalje je naročnik sprejel **ODLOČITEV O NEODDAJI JAVNEGA NAROČILA** za Sklop 2: Električni aspirator, saj ugotavlja, da za navedeni sklop ni prejel nobene dopustne ponudbe.

Obrazložitev:

1. Predmet javnega naročila: »Dobava aspiratorjev in sukcesivna dobava potrošnega materiala«, JN 041/RN-26 v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3), ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 22.5.2026 pod št. JN003997/2026-EUe16/01 in v Uradnem listu pod št. 351963-2026.

2. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 26.6.2026 ob 13:00 uri v informacijskem sistemu e-JN. Naročnik Splošna bolnišnica Izola je prejel tri (3) ponudbe.

Seznam vseh ponudnikov in ponudbene cene po posameznih sklopih so navedene v prilogi te odločitve, Priloga 1 Analiza cen JN 041 RN-26.

3. Skladno z določili 89. člena ZJN-3 je komisija naročnika razvrstila pravočasne ponudbe za glede na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba. Merilo za ocenitev ponudb je najnižja cena na sklop.

4. Naročnik je, v skladu s četrtem odstavkom 89. členom ZJN-3, preveril prejete ponudbe:

Komisija naročnika je preverila, če so informacije oziroma dokumentacija, ki so jih morali predložiti ponudniki nepopolne ali napačne oziroma, če posamezni dokumenti manjkajo.

- Nadalje je komisija naročnika na podlagi testiranj vzorcev ugotovila naslednja neskladja:

Sklop	Ponudnik	Neskladje
2	Anmedic d.o.o.	Vzorec ne izpolnjuje pričakovanih lastnosti in ni skladen z naročnikovimi potrebami. - Po testiranju aparata je naročnik ugotovil, da je glasnost aparata je previsoka. - Predložen vzorec mora biti enak ponujenemu izdelku v vseh pogledih – končni izdelek, pri čemer vzorcu ni bilo priloženo nožno stikalo.
3	Afiris d.o.o.	Vzorec ne izpolnjuje pričakovanih lastnosti. - Pri testiranju aspiratorja je prišlo do okvare antibakterijskega filtra.

Naročnik je ugotovil, da zgoraj navedeni ponudbi nista dopustni. Posledični za sklop 2 naročnik ni prejel nobene dopustne ponudbe.

- Nadalje je komisija naročnika ugotovila, da so izbrane ponudbe v izreku te odločitve skladne s tehničnimi, strokovnimi in ostalimi zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
- Naročnik je, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3, preveril, ali so ponudbe ponudnikov, skladne z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

Naročnik je preveril izpolnjevanje pogojev iz 75. in 76. člena ZJN-3 (izključitveni razlogi in pogoji za sodelovanje) pri čemer je bilo ugotovljeno, da izbrani ponudniki izpolnjujejo vse pogoje.

- Komisija naročnika ugotavlja, da so izbrane ponudbe ponudnikov za posamezni sklop, skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, dopustne.
- Na podlagi zgoraj navedenega je naročnik odločil, kot je razvidno iz izreka odločitve. Z navedenim je odločitev naročnika, utemeljena.

Pravno varstvo:

Zahtevek za revizijo se lahko vloži, v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN).

Rok za vložitev zahtevka za revizijo je osem delovnih dni od objave te odločitve na portalu javnih naročil. Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
- predmet javnega naročila,
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN.

Taksa za zahtevek za revizijo zoper to odločitev za posamezno vrsto blaga znaša 6.000,00 EUR. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. Revizijske zahtevke, ki bodo vloženi prepozno ali s strani oseb, ki ne bodo aktivno legitimirane za njihovo vložitev, revizijske zahtevke, ki jim ne bo priloženo potrdilo o plačilu takse in revizijske zahtevke, za katere ne bo plačana ustrezna taksa, bo naročnik zavrgel.

Priloga 1 Analiza cen JN 041/RN-26

SKLOP	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	IZBRANI PONUDNIK
	Anmedic d.o.o.		AMS MEDING, d.o.o.		AFIRIS, d.o.o.		
1	694,00	846,68					Anmedic d.o.o.
2	6.300,00	7.686,00					/
3	29.110,00	35.514,20	22.140,00	27.010,80	20.500,00	25.010,00	AMS MEDING, d.o.o.
4	8.801,00	10.737,22			8.840,00	10.784,80	Anmedic d.o.o.
5	89.994,40	109.793,17					Anmedic d.o.o.

