SPLOŠNA
BOLNIŠNICA
IZOLA
OSPEDALE
GENERALE
ISOLA

Splošna bolnišnica Izola
Polje 40
SI-6310 Izola
Slovenija

T +386 5 660 60 00
F +386 5 660 63 05
E info@sb-izola.si
W www.sb-izola.si

Številka: JN 024/RN-26, JN003403/2026-EUe16/01
Datum: 17.9.2026

Naročnik Splošna bolnišnica Izola na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZJN-3) in pogojev ter meril dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izdaja naslednjo

ODLOČITEV O NEODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik Splošna bolnišnica Izola v postopku javnega naročila »Sukcesivna dobava potrošnega materiala za sterilizacijo - ponovitev« ugotavlja, da za:

- sklop 3: ROKAVI ZA STERILIZACIJO II
- sklop 4: ROKAVI S PREKLOPOM

ni prejel nobene dopustne ponudbe.

Obrazložitev:

1. Predmet javnega naročila: »Sukcesivna dobava potrošnega materiala za sterilizacijo - ponovitev«, JN 024/RN-26 v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3), ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 5.5.2026 pod št. JN003403/2026-EUe16/01 in v Uradnem listu pod št. 305091-2026.

2. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 8.6.2026 ob 13:00 uri v informacijskem sistemu e-JN. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 8.6.2026 ob 13:00 uri v informacijskem sistemu e-JN. Naročnik Splošna bolnišnica Izola je prejel za sklop 3 in za sklop 4, štiri (4) ponudbe.

   - SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d. d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana
   - Meditrade, podjetje za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o., Brnčičeva ulica 17b, 1231 Ljubljana – Črnuče
   - SPES trgovina, storitve, uvoz-izvoz d.o.o., Cesta v Mestni log 88A, 1000 Ljubljana
   - SAN.KO.M., trgovina, proizvodnja in kooperacija, d.o.o., Ježica 17, 1000 Ljubljana

3. Skladno z določili 89. člena ZJN-3 je komisija naročnika razvrstila pravočasne ponudbe glede na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba. Merilo za ocenitev ponudb je najnižja cena:

Sklop	Ponudnik	Vrednost ponudbe v EUR brez DDV	Vrednost ponudbe v EUR z DDV
3	SPES d.o.o.	8.650,00	10.553,00
	MEDITRADE d.o.o.	9.808,14	11.965,94
	SAN.KO.M d.o.o.	11.655,00	14.219,10
	SANOLABOR d.d.	14.025,20	17.110,74
4	SAN.KO.M d.o.o.	997,00	1.216,34
	SPES d.o.o.	1.340,00	1.634,80
	MEDITRADE d.o.o.	1.507,01	1.838,55

	SANOLABOR d.d.	1.768,00	2.156,96

4. Naročnik je, v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3, ponudbo predhodno preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila:

Komisija naročnika je preverila, če so informacije oziroma dokumentacija, ki so jih morali predložiti ponudniki nepopolne ali napačne oziroma, če posamezni dokumenti manjkajo.

Komisija naročnika je ugotovila naslednja neskladja:

3	Meditrade d.o.o.	Ponudnik je priložil certifikata ISO 9001 proizvajalca in ISO 13485 proizvajalca s pretečenim rokom veljavnosti.
	Sanolabor d.d.	Naročnik je zahteval: »Prozorna stran folije mora biti izdelana iz 7–9 slojev BOPET/PE-filma debeline 12/40 µm.« Ponujen je artikel, pri katerem je prozorna stran folije izdelana iz BOPET/PP-filma.
4	Meditrade d.o.o.	Ponudnik je priložil certifikate ISO 9001 proizvajalca in ISO 13485 proizvajalca s pretečenim rokom veljavnosti.
	Sanolabor d.d.	Naročnik je zahteval: »Prozorna stran folije mora biti izdelana iz 7–9 slojev BOPET/PE-filma debeline 12/40 µm.« Ponujen je artikel, pri katerem je prozorna stran folije izdelana iz BOPET/PP-filma.

Naročnik je ugotovil, da zgoraj navedene ponudbe niso dopustne, ker iz ponudbene dokumentacije ni razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev blaga oziroma blago ne ustreza tehničnim zahtevam, zaradi česar jih je naročnik izločil iz nadaljnje obravnave.

ZJN-3 v šestem odstavku 89. člena izrecno prepoveduje popravljanje ali dopolnjevanje tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake.

Nadalje je komisija naročnika na podlagi testiranj vzorcev ugotovila naslednja neskladja:

Sklop	Ponudnik	Neskladje
3	SPES d.o.o.	Vzorec ni bil dostavljen.
	SAN.KO.M d.o.o.	Vzorec ni bil dostavljen.
4	SAN.KO.M d.o.o.	Vzorec ni bil dostavljen.
	SPES d.o.o.	Vzorec ni bil dostavljen.

Predloženi vzorci so morali biti enaki ponujenemu izdelku v vseh pogledih - končni izdelek. Naročnik je ugotovil, da zgoraj navedene ponudbe ponudnikov niso dopustne zaradi nedostavljenih vzorcev, zaradi česar jih je izločil iz nadaljnje obravnave.

Na podlagi navedenega naročnik ugotavlja, da nobena od prejetih ponudb za sklopa 3 in 4 ni dopustna.

5. Naročnik v predmetnem postopku ni prejel nobene dopustne ponudbe.

6. Na podlagi zgoraj navedenega je naročnik odločil, kot je razvidno iz izreka odločitve. Z navedenim je odločitev naročnika o neoddaji javnega naročila utemeljena.

Pravno varstvo:
Zahtevek za revizijo se lahko vloži, v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN).

Rok za vložitev zahtevka za revizijo je pet delovnih dni od objave te odločitve na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
8. potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN.

Taksa za zahtevek za revizijo zoper to odločitev znaša 1.000,00 EUR.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Revizijske zahtevke, ki bodo vloženi prepozno ali s strani oseb, ki ne bodo aktivno legitimirane za njihovo vložitev, revizijske zahtevke, ki jim ne bo priloženo potrdilo o plačilu takse in revizijske zahtevke, za katere ne bo plačana ustrezna taksa, bo naročnik zavrgel.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA
direktor zavoda
Mag. Radivoj Nardin