

Naročnik:
Zdravstveni dom Velenje
Vodnikova 1
3320 Velenje

Zaporedna številka JN: JN 09/2026
Datum odločitve: 10. 9. 2026

Naročnik Zdravstveni dom Velenje podaja na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), v zadevi javnega razpisa za izbiro najugodnejšega ponudnika v odprtem postopku po 40. členu ZJN-3 za »**DOBAVA DIGITALNEGA RTG APARATA IN ORTOPANTOMOGRAFA CBCT 2D/3D S CEFALOSTATOM**«, iz javnega naročila št. 09/2026, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod oznako JN005299/2026-EUe16/01, dne 3. 7. 2026 in popravek pod oznako JN005299/2026-EUe16/01-P01, dne 29.7.2026 ter na portalu TED pod objavo št. 458467-2026, dne 3.7.2026, izdaja naslednjo

ODLOČITEV o oddaji naročila

Kot najugodnejša ponudnika za javno naročilo »Dobava digitalnega RTG aparata in ortopantomografa CBCT 2D/3D s cefalostatom«, objavljenega na portalu javnih naročil pod oznako JN005299/2026-EUe16/01, dne 3. 7. 2026 in popravek pod oznako JN005299/2026-EUe16/01-P01, dne 29.7.2026 ter na portalu TED pod objavo št. 458467-2026, dne 3.7.2026, se izbere naslednja ponudnika:

- za **Sklop 1: Digitalni RTG aparat** se izbere Arbor Medical, prodaja in servis medicinskih pripomočkov d.o.o., Mariborska cesta 085, Hoče-Slivnica, 2312 Orehova vas, v vrednosti 236.874,96,00 € brez DDV, pri čemer DDV znaša 52.112,50,00 €, vrednost z DDV pa je 288.987,46 €,
- za **Sklop 2: Ortopantomografa CBCT 2D/3D s cefalostatom** se izbere INTERDENT proizvodnja in trgovina, d.o.o., Opekarniška cesta 026, 3000 Celje, v vrednosti 58.965,90 € brez DDV, pri čemer DDV znaša 12.972,50 €, vrednost z DDV pa je 71.938,40 €.

Celotna vrednost javnega naročila »Dobava digitalnega RTG aparata in ortopantomografa CBCT 2D/3D s cefalostatom« znaša 295.840,86 € brez DDV, pri čemer DDV znaša 65.085,00 €, vrednost z DDV pa je 360.925,86 €.

OBRAZLOŽITEV

I. PODATKI O PREJETIH PONUDBAH:

Naročnik je ugotovil, da so pravočasno, to je do 17. 8. 2026 do 10:00 ure, prispеле ponudbe naslednjih ponudnikov:

Zap. št. ponudbe	Naziv ali šifra ponudnika	Datum in ura oddaje
1.	Arbor Medical, prodaja in servis medicinskih pripomočkov d.o.o., Mariborska cesta 085, Hoče-Slivnica, 2312 Orehova vas	14. 8. 2026 ob 8:58
2.	INTERDENT proizvodnja in trgovina, d.o.o., Opekarniška cesta 026, 3000 Celje	14. 8. 2026 ob 10:39

3.	BRAINTEC podjetje za sodobne tehnologije, d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 068, 1000 Ljubljana	17. 8. 2026 ob 9:53
4.	DENTALIA Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 201, 1000 Ljubljana	17. 8. 2026 ob 9:55

II. RAZVRSTITEV IN OCENE PONUDB:

Naročnik je pogledal prejete ponudbe. Naročnik je prejete ponudbe na podlagi podatkov iz Predračuna razvrstil po merilu ekonomsko najugodnejša ponudba (ponudba, ki v seštevku meril prejme največ točk) in sicer izbrana med dopustnimi ponodbami.

Merila in točke za sklop 1: Digitalni RTG aparat:

Zap. št. merila	Merilo	Število točk
1.	Cena aparata	70
2.	Motorizirana rotacija rentgenske cevi več od 180°	5
3.	Teža mobilnega sprejemnika	5
4.	Dodaten vzdolžni premik v smeri glave in nog	5
5.	Dodatno število ionizacijskih celic	5
	Največje možno število točk	90

Razvrstitev ponudb na podlagi meril za sklop 1: Digitalni RTG aparat:

Sklop	Naziv ali šifra ponudnika	Doseženo število točk glede na merila
Sklop 1: Digitalni RTG aparat	BRAINTEC podjetje za sodobne tehnologije, d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 068, 1000 Ljubljana	80
	Arbor Medical, prodaja in servis medicinskih pripomočkov d.o.o., Mariborska cesta 085, Hoče-Slivnica, 2312 Orehova vas	69,81

Merila in točke za sklop 2: Ortopantomograf CBCT 2D/3D s cefalostatom:

Zap. št. merila	Merilo	Število točk
1.	Cena aparata	80
2.	Samodejno pozicioniranje pacienta	10
3.	»Scout« posnetek z možnostjo proste korekcije pozicije in dimenzije preglednega polja (FOV) na posnetku	10
	Največje možno število točk	100

Razvrstitev ponudb na podlagi meril za sklop 2: Ortopantomograf CBCT 2D/3D s cefalostatom:

Sklop	Naziv ali šifra ponudnika	Doseženo število točk glede na merila
Sklop 2: Ortopantomograf CBCT 2D/3D s cefalostatom	INTERDENT proizvodnja in trgovina, d.o.o., Opekarniška cesta 026, 3000 Celje	90
	BRAINTEC podjetje za sodobne tehnologije, d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 068, 1000 Ljubljana	65,06

	DENTALIA Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 201, 1000 Ljubljana	61,27
--	---	-------

III. PREVERJANJE PONUDB:

Naročnik je skladno s 4. odstavkom 89. člena ZJN-3 ponudbe najprej razporedil na podlagi meril in preveril, ali so ponudbe dopustne.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik je kot prvo preveril ponudbo ponudnika BRAINTEC podjetje za sodobne tehnologije, d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 068, 1000 Ljubljana.

Ponudnik BRAINTEC podjetje za sodobne tehnologije, d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 068, 1000 Ljubljana, je oddal ponudbo za oba sklopa.

Za Sklop 1: Digitalni RTG aparat je bil ponudnik BRAINTEC podjetje za sodobne tehnologije, d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 068, 1000 Ljubljana, ekonomsko najugodnejši ponudnik.

Ponudnik je za sklop 1: Digitalni RTG aparat ponudil aparat »Vision C«, proizvajalca Visaris d. o. o.. Naročnik je pregledal priloženo dokumentacijo ponudnika in odkril odstopanja od naročnikovih zahtev. Naročnik navaja le nekaj odstopanj.

Naročnik je v točkah F7 in G7 zahteval: »Programska oprema za zmanjševanje razpršenega sevanj, ki omogoča slikanje brez radiografske rešetke, ob tem, da zagotavlja podobno kakovost slike, kot da bi slikali z rešetko in da je takšna inteligentna tehnologija prilagodljiva na posameznega pacienta, popolnoma samodejna/avtomatska brez interakcij radiološkega inženirja, mora omogočati uporabo pri vseh anatomijah in velikostih pacientov«. Naročnik je preveril dokumentacijo, ki je bila priložena, vendar dokazilo ne izkazuje obstoja programske opreme za zmanjševanje razpršenega sevanja (kot npr. gridless imaging), temveč prikazuje zgolj prikaz kamere ("camera view"), brez opisa funkcionalnosti, ki bi dokazovala skladnost z zahtevo po enakovredni programski rešetki.

Naročnik je prav tako ugotovil neskladnosti v zahtevah pod točkami A2 (»Premični stenski stativ z vgrajenim direktnim digitalnim sprejemnikom«), A3 (»Po višini nastavljiva in v vse smeri prosto premična plavajoča miza za paciente z vgrajenim direktnim digitalnim sprejemnikom«) in A4 (»Sistem mora biti opremljen s tremi neposrednimi digitalnimi slikovnimi sprejemniki: Enim trajno nameščenim v stenski stativ, enim trajno nameščenim v pregledovalno mizo in enim prenosnim, brezvrvičnim, prosto uporabnim v celotnem diagnostičnem prostoru.«). Ponudnik v dokumentaciji navaja tri digitalne detektorje z enako oznako modela in avtonomijo baterije do 8 ur ož. 8,5 ure. Opcija »Wired/Wireless« ni definirana. Takšna navédba ne izkazuje, da sta detektorja, označena kot »Detektor v stativu« in »Detektor v mizi«, izvedena kot fiksno oz. trajno nameščena detektorja, kot to zahteva A4, temveč je skladna z lastnostjo prenosnega oziroma baterijsko napajane detektorja. Razpisna dokumentacija zahteva dva fiksna detektorja, trajno vgrajena v stenski stativ in mizo, ter en dodaten prenosni (brezvrvični) detektor. Zmožnost vstavitve prenosnega detektorja v integrirano bucky enoto ne predstavlja fiksno vgrajenega detektorja. Gre za bistveno tehnično zahtevo glede konfiguracije predmeta javnega naročila. Ponudba zato v tem delu ni skladna z zahtevami razpisne dokumentacije oziroma ni izkazano izpolnjevanje zahteve A4 in je kot taka nedopustna.

Ker je ponudba ponudnika BRAINTEC podjetje za sodobne tehnologije, d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 068, 1000 Ljubljana odstopala od zahtev naročnika že v najmanj dveh točkah, je naročnik ponudbo označil kor nedopustno.

Ponudbe v ostalih točkah ni več preverjal.

Naročnik je kot drugo preveril ponudbo ponudnika Arbor Medical, prodaja in servis medicinskih pripomočkov d.o.o., Mariborska cesta 085, Hoče-Slivnica, 2312 Orehova vas.

Ponudnik Arbor Medical, prodaja in servis medicinskih pripomočkov d.o.o., Mariborska cesta 085, Hoče-Slivnica, 2312 Orehova vas, je oddal ponudbo za Sklop 1: Digitalni RTG aparat.

Ponudnik je za sklop 1: Digitalni RTG aparat ponudil aparat »Radiography 7300 C«, proizvajalca Philips Medical Systems Nederland B.V..

Naročnik je preveril ponudbo in ugotovil, da je ponudba ponudnika Arbor Medical, prodaja in servis medicinskih pripomočkov d.o.o., Mariborska cesta 085, Hoče-Slivnica, 2312 Orehova vas, dopustna za Sklop 1: Digitalni RTG aparat, saj jo je predložili ponudnik:

- za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje,
- njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
- ponudba je prispela pravočasno,
- pri ponudbi ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
- naročnik ponudbe ni ocenil za neobičajno nizko in
- ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik je kot tretjo preveril ponudbo ponudnika INTERDENT proizvodnja in trgovina, d.o.o., Opekarniška cesta 026, 3000 Celje.

Ponudnik INTERDENT proizvodnja in trgovina, d.o.o., Opekarniška cesta 026, 3000 Celje, je oddal ponudbo za Sklop 2: Ortopantomograf CBCT 2D/3D s cefalostatom.

Ponudnik je za sklop 2: Ortopantomograf CBCT 2D/3D s cefalostatom ponudil aparat »AXEOS 2D/3D CBCT«, proizvajalca SIRONA DENTSPLY.

Naročnik je preveril ponudbo in ugotovil, da je ponudba ponudnika INTERDENT proizvodnja in trgovina, d.o.o., Opekarniška cesta 026, 3000 Celje, dopustna za Sklop 2: Ortopantomograf CBCT 2D/3D s cefalostatom, saj jo je predložili ponudnik:

- za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje,
- njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
- ponudba je prispela pravočasno,
- pri ponudbi ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
- naročnik ponudbe ni ocenil za neobičajno nizko in
- ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik ponudbe ponudnika DENTALIA Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 201, 1000 Ljubljana, ni preverjal, saj ponudnik ni podal ekonomsko najugodnejše ponudbe v nobenem od sklopov.

IZID JAVNEGA NAROČILA:

Na podlagi meril in pogojev so za naslednje sklope izbrani ponudniki:

- **Sklop 1: Digitalni RTG aparat – ponudnik Arbor Medical, prodaja in servis medicinskih pripomočkov d.o.o., Mariborska cesta 085, Hoče-Slivnica, 2312 Orehova vas za vrednost 236.874,96 € brez DDV,**
- **Sklop 2: Ortopantomograf CBCT 2D/3D s cefalostatom – ponudnik INTERDENT proizvodnja in trgovina, d.o.o., Opekarniška cesta 026, 3000 Celje za vrednost 58.965,90 € brez DDV.**

Utemeljitev izbire:

Ponudbe izbranih ponudnikov so dopustne:

- za ponudnike ne obstajajo razlogi za izključitev in ponudniki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje,
- njihove ponudbe ustrezajo potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
- ponudbe so prispele pravočasno,
- pri ponudbah ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
- naročnik ponudb ni ocenil za neobičajno nizko in
- ponudbene cene ne presegajo zagotovljenih sredstev naročnika.

PRAVNI POUK:

Ponudnik lahko v roku 8 (osmih) delovnih dni od objave te odločitve na portalu javnih naročil, v skladu s 25. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, 43/11, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) v zvezi s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3, vloži zahtevek za revizijo. Zahtevek mora biti obrazložen.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo preko portala e-Revizija.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, navedene v 15. členu ZPVPJN. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati takso v višini:

- 5.779,75 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša samo na sklop 1: Digitalni RTG aparat ;
- 1.438,77 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša samo na sklop 2: Ortopantomograf CBCT 2D/3D s cefalostatom;
- 7.218,52 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na oba sklopa.

Taksa se nakaže na račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, s sklicem po modelu 11: 16110-7111290-00529926

Namen plačila: taksa za revizijski postopek – JN005299/2026-EUe16/01

Naročnik:
Zdravstveni dom Velenje
mag. Janez Krnjar
direktor

Vročiti:

- Uradni list RS Portal javnih naročil,
- arhiv.

