



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

Številka: 4300-16/2021-2718-637
Datum: 8. 9. 2026

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) Urad Republike Slovenije za investicije v zdravstvu sprejema naslednjo

**ODLOČITEV
O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA**

Javno naročilo »**Dobava in namestitvev ter vzdrževanje medicinske opreme, medicinskih naprav, aparatov in sistemov za Urgentni kirurški blok v objektu UKC DTS pritličje, faza 3b in faza 3c**«, razdeljeno na petintrideset sklopov, objavljeno na portalu javnih naročil pod št. objave **JN007255/2025-EUe16/01**, se za sklop 25 Angiografski intervencijski C-lok za hibridno OP odda ponudniku **SIEMENS HEALTHCARE d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana**.

Obrazložitev:

Javno naročilo se je izvajalo po odprtem postopku v skladu s 40. členom (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL, v nadaljevanju: ZJN-3) in je bilo dne 16. 9. 2025 objavljeno na portalu javnih naročil pod št. objave JN007255/2025-EUe16/01 in v Uradnem listu EU TED pod št. 604920-2025.

Do roka za prejem ponudb, tj. do 30. 10. 2025 sta v informacijski sistem e-JN prispeli ponudbi za sklop 25, ki sta bili odprti v okviru javnega odpiranja ponudb, katero je bilo izvedeno samodejno v informacijskem sistemu e-JN dne 30. 10. 2025 ob 14:00, in sicer:

Sklop 25 Angiografski intervencijski C-lok za hibridno OP:

1. SIEMENS HEALTHCARE d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana, s ponudbeno ceno 1.899.077,83 EUR brez DDV oziroma 2.316.874,95 EUR z DDV.
2. Arbor Medical d.o.o., Mariborska cesta 85, 2312 Orehova vas, s ponudbeno ceno 1.840.952,20 EUR brez DDV oziroma 2.245.961,68 EUR z DDV.

Za sklop 25 je bila na podlagi odločitve, objavljene 6. 2. 2026 na portalu javnih naročil pod št. JN007255/2025-ODL/04 sprejeta odločitev, da se naročilo za ta sklop odda ponudniku, ki izpolnjuje pogoje. Zoper to odločitev je neizbrani ponudnik vložil zahtevo za revizijo, kateri je bilo s sklepom revizijskega organa št. 018-033/2026-33 z dne 30. 6. 2026 ugodeno in zadeva vrnjena v ponovni pregled. Naročnik je tako ob upoštevanju ugotovitev revizijskega organa izvedel ponovni pregled ponudb.

Naročnik je izvedel celoten pregled vseh ponudb. Naročnik je skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveril, ali so prejete ponudbe skladne z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročanju ter dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

Ponudba ponudnika Arbor Medical d.o.o.

Pri pregledu ponudbe je ugotovljeno, da iz predložene ponudbene dokumentacije (obrazec »Opis opreme«, DTS – pritličje, faza 3c, zavihek angiograf) ne izhaja izpolnjevanje tehnične zahteve naročnika iz vrstice 91 dokumentacije javnega naročila – 2k pulzna fluoroskopija. Ponudnik je bil s pozivom št. 4300-16/2021-2718-603 z dne 24. 7. 2026 pozvan skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3 k pojasnilu, da naj pojasni, ali in na kakšen način iz že predložene ponudbene dokumentacije izhaja, da ponujeni sistem izpolnjuje zahtevo vrstice št. 91 dokumentacije zadevnega javnega naročila ter predloži pojasnila ter po potrebi dokumentacijo, ki ne pomeni spremembe ponudbe ali tehničnih specifikacij ponujenega sistema in izkazuje dejstva, katerih obstoj pred potekom roka za oddajo ponudb je mogoče objektivno preveriti.

Ponudnik je predložil v okviru svojega pojasnila / dopolnitve DICOM-zaslonski zajem ter uradno izjavo proizvajalca Philips z dne 28. 7. 2026 kot dokazilo za izpolnjevanje zahteve, kar skladno s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 ni dopustna dopolnitev ponudbe – pri predloženih dokazilih / dokaznih predlogih gre za naknadno spreminjanje oziroma dokazovanje tehničnih specifikacij.

Ugotovljeno je, da iz ponudbene dokumentacije ne izhaja, da bi v ponudbi ponujena oprema izpolnjevala tehnično zahtevo naročnika iz vrstice 91 dokumentacije javnega naročila – 2k pulzna fluoroskopija, kar je potrjeno tudi s strokovnim mnenjem strokovnjaka.

V posledici navedenega je bila ponudba ponudnika Arbor Medical d.o.o. v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ocenjena kot nedopustna.

Ponudba ponudnika SIEMENS HEALTHCARE d.o.o.

Ponudnik SIEMENS HEALTHCARE d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana, je oddal ponudbo s ponudbeno ceno 1.899.077,83 EUR brez DDV oziroma 2.316.874,95 EUR z DDV. Ponudnik nastopa s podizvajalci Mark Medical d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana in MEDICOENGINEERING d.o.o., Prevale 1, 1236 Trzin in MEVI d.o.o., Vodovodna ulica 20, 2000 Maribor.

Naročnik je preveril dopustnost prejete ponudbe ponudnika SIEMENS HEALTHCARE d.o.o. ter pri tem ugotovil, da:

- zoper ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev,
- ponudba izpolnjuje pogoje za sodelovanje,
- v celoti ustreza zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije,
- je prispela pravočasno,
- pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
- ponudbena cena ni neobičajno nizka,
- ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudba ponudnika SIEMENS HEALTHCARE d.o.o. je dopustna in se jo izbere za SKLOP 25.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v osmih delovnih dneh od dneva prejema odločitve naročnika na način, določen v prvem odstavku 24. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami; v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, določene v 15. členu ZPVPJN.

Vlagatelj mora zahtevku priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 25.000,00 EUR.

Taksa se v skladu s petim odstavkom 71. člena ZPVPJN nakaže na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, števil. SI56 0110 0100 0358 802 – sklic 11 16110-7111290-00725525 – plačilo takse za predrevizijski in revizijski postopek.

Če vlagatelj v 20 delovnih dneh od dneva, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika o zahtevku (molč naročnika), lahko začne revizijski postopek pred

Državno revizijsko komisijo. V tem primeru mora najpozneje v 25 delovnih dneh od dneva, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevak za revizijo, pri naročniku vložiti predlog za začetek revizijskega postopka ter kopijo predloga posredovati tudi Državni revizijski komisiji. Vlagatelj se mora v predlogu sklicevati na molk naročnika v predrevizijskem postopku.

Gabriela Börc Smolič
v. d. direktorja

Vročiti: Naročnik bo skladno z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3 odločitev objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave.