OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

08 Ortopedske endoproteze 2026-2028

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 013 Sistem modularnih vratov in glavic			
908157	25	BIONIC MEDICAL d.o.o.	Ponudnik ne zagotavlja konsignacije.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

08 Ortopedske endoproteze 2026-2028

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 020 Kolenska delna endoproteza tip 1			
908202	01	MEDITRADE D.O.O.	Ponujen sistem ne zagotavlja zahtevanega nabora velikosti.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

08 Ortopedske endoproteze 2026-2028

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**032**	**Antibiotični kostni cement - prednapolnjen popolnoma zaprt sistem**	
908530	01	MARK MEDICAL D.O.O.	Cement ni izkazan kot obarvan, ponujeni seti ne vsebujejo vseh zahtevanih aplikacijskih nastavkov, poleg tega navodila za OPTIPAC zahtevajo uporabo aktivnega vakuuma pri mešanju, naročnik pa zahteva možnost mešanja tudi brez vakuumske črpalke.
908530	01	MEDCOM TECH d.o.o.	Cement ni izkazan kot obarvan, ponujeni seti ne vsebujejo vseh aplikacijskih nastavkov.
908531	01	MARK MEDICAL D.O.O.	Cement ni izkazan kot obarvan, ponujeni seti ne vsebujejo vseh zahtevanih aplikacijskih nastavkov, poleg tega navodila za OPTIPAC zahtevajo uporabo aktivnega vakuuma pri mešanju, naročnik pa zahteva možnost mešanja tudi brez vakuumske črpalke.
908531	01	MEDCOM TECH d.o.o.	Cement ni izkazan kot obarvan, ponujeni seti ne vsebujejo vseh aplikacijskih nastavkov.
908660	01	MARK MEDICAL D.O.O.	Cement ni izkazan kot obarvan, ponujeni seti ne vsebujejo vseh zahtevanih aplikacijskih nastavkov, poleg tega navodila za OPTIPAC zahtevajo uporabo aktivnega vakuuma pri mešanju, naročnik pa zahteva možnost mešanja tudi brez vakuumske črpalke.
908660	01	MEDCOM TECH d.o.o.	Cement ni izkazan kot obarvan, ponujeni seti ne vsebujejo vseh aplikacijskih nastavkov.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

08 Ortopedske endoproteze 2026-2028

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 033		**Antibiotični kostni cement - neprednapolnjen, s setom za vakumsko mešanje**	
908662	01	MARK MEDICAL D.O.O.	Ponujeni revizijski cement ni zahtevane kombinacije gentamicina in vankomicina.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

08 Ortopedske endoproteze 2026-2028

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 034 Kostni cement			
908461	01	MEDCOM TECH d.o.o.	Namesto zaprtega sistema za mešanje cementa je ponujena posodica za odprto mešanje.
908462	01	MEDCOM TECH d.o.o.	Namesto zaprtega sistema za mešanje cementa je ponujena posodica za odprto mešanje.