OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

85 Potrošni material za artroskopije 2026-2028

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 001		**Žebelj za zatrditev kolena**	
990187	19	IMPAKTA - ORTOMED D.O.O.	Dobavitelj ni priložil izjave o MR kompatibilnosti.
990188	19	IMPAKTA - ORTOMED D.O.O.	Dobavitelj ni priložil izjave o MR kompatibilnosti.

85 Potrošni material za artroskopije 2026-2028

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 011		**Interferenčni vijaki**	
908519	01	Arthrex Adria d.o.o.	Vijaki nimajo trokomponentne sestave in odprtin za vraščanje.
908519	01	PD MEDICAL	Vijaki nimajo trokomponentne sestave in odprte arhitekture.
908520	01	Arthrex Adria d.o.o.	Vijaki nimajo trokomponentne sestave in odprtin za vraščanje.
908520	01	PD MEDICAL	Vijaki nimajo trokomponentne sestave in odprte arhitekture.

85 Potrošni material za artroskopije 2026-2028

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**015**	**Potrošni material za artroskopije - ortopedija**	
908561	01	MEDITRADE D.O.O.	Sidro ni sestavljeno iz treh različnih materialov. PEEK res pomeni poly ether ether ketone. A to je en termoplastični polimer, katerega ponavljajoča se molekulska struktura vsebuje aromatske obroče, eterske vezi in ketonsko skupino. Besede ether–ether–ketone opisujejo kemijsko strukturo polimera, ne treh različnih materialov.
908579	05	PD MEDICAL	Ponudnik ni dostavil vzorca.