

SPECIFIKACIJA
za
ROČNI MERILNI SISTEM ZA PLINE

A Nakup zajema (v ponudbo mora biti vključeno):

- A.1 Nabavo in transport skladno s specifikacijo.
- A.2 Dostava: NLZOH lokacija Maribor, Prvomajska 1, 2000 Maribor
- A.3 Ročni merilni sistem za pline
- A.4 Izobraževanje uporabnika za delo
- A.5 Vse zahteve iz točke O.

Dokazila:

Ponudnik (partnerji pri skupni ponudbi) s podpisom Obrazca št. 4 potrdi, da je v ponudbo vključil vse zahteve iz točke A. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži podpisan Obrazec št.4.

B ROČNI MERILNI SISTEM ZA PLINE

- B.1 Identifikacija vsaj 5.600 plinov in hlapov. Podatkovne zbirke se mesečno dopolnjujejo z novimi spojinami.
- B.2 Identifikacija v manj kot 120 sekundah.
- B.3 Samodejna kompenzacija vodne pare in ogljikovega dioksida; deluje pri vseh stopnjah vlažnosti.
- B.4 Dva načina delovanja: neprekinjeno spremljanje plina ali način »usmeri in izmeri«.
- B.5 Prikaz ključnih informacij: kemijsko ime, simboli GHS, IDLH, LEL in ionizacijska energija.
- B.6 Brez varnostnih tveganj, povezanih z laserjem.
- B.7 Preprosta uporaba brez priprave vzorcev.
- B.8 Zanesljiva kemijska identifikacija s preverjeno tehnologijo FTIR.
- B.9 Upravljanje z največ tremi tipkami.
- B.10 Deluje tudi v najzahtevnejših razmerah, vključno pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti.
- B.11 Vodoodporen, stopnja zaščite vsaj IP54.
- B.12 Lahek: tehta največ 2,6 kg.
- B.13 Zaznavanje hlapnih organskih spojin (VOC) na ravni ppm.
- B.14 Zaznavanje prisotnosti plina vsaj vsake 4 sekunde.
- B.15 Po identifikaciji spojine lahko določi njeno koncentracijo z uporabo korekcijskega faktorja.
- B.16 Algoritem za analizo zmesi za vseh 5.600 spojin v podatkovni zbirki, ki omogoča analizo zmesi z vsaj do 6 spojinami

Dokazila:

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži specifikacije, kataloge, prospekte ter druga dokazila iz katerih je razvidno, da ponudnik izpolnjuje vse zahteve iz točke B.

Ponudnik mora na teh dokumentih (npr. z označevalcem besedila) označiti dele besedila, ki dokazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev in zraven pripisati zaporedno številko zahteve.

o Ostale zahteve:

- O.1 Ponudnik mora biti pooblaščen dobavitelj proizvajalca ponujene aparature za območje Slovenije.
- O.2 CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi.
- O.3 Vsa oprema mora biti nova. Kakorkoli rabljena oprema ne zadošča zahtevam razpisa.
- O.4 Vključen mora biti najmanj 12 mesečni garancijski rok.
- O.5 Vključeno mora biti izobraževanje za delo.

Dokazila:

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži izpolnjeno specifikacije, kataloge, prospekte ter druga dokazila iz katerih je razvidno, da ponudnik izpolnjuje vse zahteve iz točke O.

Ponudnik mora na teh dokumentih (npr. z označevalcem besedila) označiti dele besedila, ki dokazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev in zraven pripisati zaporedno številko zahteve.

Za zahtevo O.1 mora ponudnik (partnerji pri skupni ponudbi) v informacijskem sistemu e-JN v razdelek druge priloge naložiti lastno izjavo na kateri navede proizvajalca ponujene opreme in skeniran certifikat iz katerega izhaja, da je ponudnik pooblaščen dobavitelj proizvajalca ponujene opreme za območje Slovenije.

Za zahtevo O.2 mora ponudnik (partnerji pri skupni ponudbi) v informacijskem sistemu e-JN v razdelek druge priloge naložiti CE certifikat

Za zahteve O.3, O.4, O.5 mora ponudnik (partnerji pri skupni ponudbi) v informacijskem sistemu e-JN v razdelek druge priloge naložiti podpisan Obrazca št. 4.