20 Med.pripom., diag. in blago široke potrošnje 2026-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**003**	**Diagnostika invitro**	
080349	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Artikel je neustrezen zaradi nezanesljivega odčitavanja rezultata s prostim očesom. Testne ploščice prav tako ni možno označiti z imenom in priimkom, kar poveča tveganje za napačno identifikacijo, še posebej ob velikem obratu bolnikov.