SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. FRANCA DERGANCA
NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 33 01 000 / F: 05 33 01 057
E: tajnistvo@sbng.si
W: www.sbng.si

Številka: 200-25/2026-28
Datum: 09.11.2026

ODLOČITEV O IZIDU JAVNEGA NAROČILA

1. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Javno naročilo	
Naročnik	**Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica** **Ulica padlih borcev 13A** **5290 Šempeter pri Gorici**
Oznaka javnega naročila	**200-25/2026**
Predmet javnega naročila	**Brizge in sonde za medicinsko uporabo - ponovitev**
Podlaga za izvedbo postopka oddaje JN	Zakon o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 91/2015 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3) 47. člen v povezavi z 48. členom

2. PONUDBE ZA PRESOJO IN OCENJEVANJE

Zap. Št.	Delovodniška št. ponudbe	Naziv ali šifra ponudnika/udeleženca
1	200-25/2026-16	AKSIOS MED, zastopanje in prodaja medicinskih pripomočkov, d.o.o., Bleiweisova cesta 030, 1000 Ljubljana
2	200-25/2026-17	COMBIC Podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino d.o.o. Podnanos, Podnanos 066A, Vipava, 5272 Podnanos
3	200-25/2026-18	IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 008, 1000 Ljubljana
4	200-25/2026-19	MEDIASI, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o., Leskoškova cesta 009C, 1000 Ljubljana
5	200-25/2026-20	MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o., Brnčičeva ulica 001, Ljubljana, 1231 Ljubljana - Črnuče
6	200-25/2026-21	SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova cesta 004, 1000 Ljubljana

3. IZID JAVNEGA NAROČILA

Zap. št.	Ponudnik	Utemeljitev dopustnosti/nedopustnosti ponudbe
1	AKSIOS MED, zastopanje in prodaja medicinskih pripomočkov, d.o.o., Bleiweisova cesta 030, 1000 Ljubljana	Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno ponudbo. S ponudnikom **se sklene** okvirni sporazum za artikel kot izhaja iz izpisa Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa: 5718). Do artikla, kjer ponudnik na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji, ni bil najugodnejši ponudnik, se naročnik ni opredeljeval.
2	COMBIC Podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino d.o.o. Podnanos, Podnanos 066A, Vipava, 5272 Podnanos	Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno ponudbo. S ponudnikom **se sklene** okvirni sporazum za artikel kot izhaja iz izpisa Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa: 5718).

3	IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 008, 1000 Ljubljana	Dopustnost ponudbe naročnik skladno z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 ni preverjal, saj ponudnik na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji, ni oddal najugodnejše ponudbe zato se s ponudnikom **ne sklene** okvirni sporazum.
4	MEDIASI, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o., Leskoškova cesta 009C, 1000 Ljubljana	Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno ponudbo. S ponudnikom **se sklene** okvirni sporazum za artikel kot izhaja iz izpisa Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa: 5718). Do artiklov, kjer ponudnik na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji, ni bil najugodnejši ponudnik, se naročnik ni opredeljeval.
5	MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o., Brnčičeva ulica 001, Ljubljana, 1231 Ljubljana - Črnuče	Ponudnik skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 ni predložil dopustne ponudbe v delu oz. artikel in iz razlogov kot to izhaja iz izpisa Neustrezni artikli z obrazložitvijo (št. Izpisa 5890), ki je priloga te odločitve. Do artikla, kjer ponudnik na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji, ni bil najugodnejši ponudnik, se naročnik ni opredeljeval. S ponudnikom **se ne sklene** okvirnega sporazuma.
6	SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova cesta 004, 1000 Ljubljana	Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno ponudbo razen v delu oz. za artikel in iz razlogov kot to izhaja iz izpisa Neustrezni artikli z obrazložitvijo (št. Izpisa 5890), ki je priloga te odločitve. S ponudnikom **se sklene** okvirni sporazum za artikle kot izhaja iz izpisa Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa: 5718). Do artikla, kjer ponudnik na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji, ni bil najugodnejši ponudnik, se naročnik ni opredeljeval.

PRAVNI POUK:
Zoper odločitev o izidu javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku petih delovnih dneh od objave/prejema te odločitve.
Zahtevek za revizijo mora vlagatelj vložiti skladno z veljavno zakonodajo in mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu ZPVPJN).
Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN, plačati takso v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 (odprt pri Banka Slovenije), SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, sklic 11 16110-7111290-00736026.
Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Pripravil: Borut Močnik, dipl. ekon.

Vodja službe za nabavo in javna naročila:
Tjaša Brumat, mag.prava

V.D. DIREKTORICE ZAVODA:
mag. Ingrid Kuk Kikl

ŠEMPETER pri GORICI 3

PRILOGE:
Izpisi iz sistema GoSoft:
- Izpis ponujenih artiklov OP SB NG) (št. izpisa 5733)
- Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa 5718)
- Neustrezni artikli z obrazložitvijo (št. izpisa 5890)

Vročiti:
- objava na Portalu javnih naročil
www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila

Vložiti:
-zbirka dokumentarnega gradiva

Oddaja artiklov ponudnikom

1587NP Brizge in sonde za medicinsko uporabo

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM	Tip artikla	Dod. podatki
N010407	BRIZGA 50ML KATETER NASTAVEK					
467565	BRIZGA 60ML KATETER NASTAVEK SOL-M kat.št. 180060CT Sol-Millennium (sc=30kos)	AKSIOS MED, ZASTOPANJE	0,4905	KOS	Artikel	
N005961	BRIZGA 50ML Luer Lock					
464576	BRIZGA 50/60ML Luer Lock kat.št. S60LL Chemil (sc=25kos)	COMBIC D.O.O.	0,2100	KOS	Artikel	
N005973	SONDA ZA HRANJENJE CH 6,5					
961125	SONDA ZA HRANJENJE (radiopačna) FREKA CH 6,5 50CM kat.št. 7980961 Freka-Paed	MEDIASI D.O.O.	8,1000	KOS	Artikel	
N005974	SONDA ZA HRANJENJE CH 8					
467564	SONDA ZA HRANJENJE CH 8 500M kat.št. 54863 TIK	SANOLABOR D.D.	0,3750	KOS	Artikel	
N005978	SONDA ZA HRANJENJE CH 5					
051752	SONDA ZA HRANJENJE CH 5 50CM kat.št. 54861 Tik	SANOLABOR D.D.	0,4600	KOS	Artikel	
N005975	SONDA ZA HRANJENJE CH 10					
014818	SONDA ZA HRANJENJE CH 10 50CI kat.št. 54864 Tik	SANOLABOR D.D.	0,4600	KOS	Artikel	

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM
N005961	BRIZGA 50ML Luer Lock			
464576	BRIZGA 50/60ML Luer Lock kat.št. S60LL Chemil (sc=25kos)	COMBIC D.O.O.	0,2100	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
965399	BRIZGA 50ML Luer Lock kat.št. CH03050LL Chirana (sc=100kos)	SANOLABOR D.D.	0,2190	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N005961	BRIZGA 50ML Luer Lock	IRIS, MEDNARODNA TRGOVI	0,3000	KOS
	Slovenski naziv materiala BRIZGA SOL-M 60ml LUER LOCK, SC/30x8 Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 60ml Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 240 Opis sestave medicinskega pripomočka PP			
	EKO artikel: Ni EKO			
N005961	BRIZGA 50ML Luer Lock	MEDIASI D.O.O.	0,3800	KOS
	Slovenski naziv materiala BRIZGA BD PLASTIP.LL 50/60ML/1ml a60 Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 50 -60 ml Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 60 Opis sestave medicinskega pripomočka polipropilen, elastomer brez lateksa, brez DEHP, brez PVC			
	EKO artikel: Ni EKO			
N005961	BRIZGA 50ML Luer Lock	AKSIOS MED, ZASTOPANJE I	0,4065	KOS
	Slovenski naziv materiala brizga 60ml LL Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 50ml Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 30 Opis sestave medicinskega pripomočka brizga 60ml LL			
	EKO artikel: Ni EKO			
N005961	BRIZGA 50ML Luer Lock	MEDIS, D.O.O.	0,6500	KOS
	Slovenski naziv materiala OMNIFIX SOLO BRIZGA 50 ML LUER LOCK A100 Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 50ml luer LOCK Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 100 Opis sestave medicinskega pripomočka sterilna, luer lock, 3-delna, graduacija 50 (60) ml, guma na batu, brez latexa in PVC- ja Opomba medicinski pripomoček - DA			
	EKO artikel: Ni EKO			
N005973	SONDA ZA HRANJENJE CH 6,5			
961125	SONDA ZA HRANJENJE (radiopačna) FREKA CH 6,5 50CM kat.št. 7980961 Freka-Paed	MEDIASI D.O.O.	8,1000	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM
N005974	SONDA ZA HRANJENJE CH 8			
467564	SONDA ZA HRANJENJE CH 8 500MI kat.št. 54863 TIK	SANOLABOR D.D.	0,3750	KOS
	Slovenski naziv materiala SONDA ZA HRANJENJE CH 8X500 MM TIK Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 8X500 mm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 1 Opis sestave medicinskega pripomočka Sonda za hranjenje 8 X 500 mm EKO artikel: Ni EKO			
465314	SONDA ZA HRANJENJE CH 8 ProNeo ENFit kat.št. 7752007 Fresenius Kabi	MEDIASI D.O.O.	13,8500	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N005975	SONDA ZA HRANJENJE CH 10			
014818	SONDA ZA HRANJENJE CH 10 50CI kat.št. 54864 Tik	SANOLABOR D.D.	0,4600	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N005978	SONDA ZA HRANJENJE CH 5			
051752	SONDA ZA HRANJENJE CH 5 50CM kat.št. 54861 Tik	SANOLABOR D.D.	0,4600	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N010407	BRIZGA 50ML KATETER NASTAVEK			
N010407	BRIZGA 50ML KATETER NASTAVEK	SANOLABOR D.D.	0,1690	KOS
	Slovenski naziv materiala BRIZGA KATETER 50 ML NAST. A100 CHIRANA Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 50 ML Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 100 Opis sestave medicinskega pripomočka Brizga sterilna, kateter nastavek, 3-delna, graduacija 50 (60) ml, cca. 1mm gume na batu, brez latexa in PVC- ja, apirogeno in netoksično omogoča gladko drsenje in zmanjšuje drsno silo. EKO artikel: Ni EKO			
467565	BRIZGA 60ML KATETER NASTAVEK SOL-M kat.št. 180060CT Sol-Millennium (sc=30kos)	AKSIOS MED, ZASTOPANJE I	0,4905	KOS
	Slovenski naziv materiala brizga 60ml kateter Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 60ml Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 30 Opis sestave medicinskega pripomočka brizga 60ml kateter EKO artikel: Ni EKO			

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM
N010407	BRIZGA 50ML KATETER NASTAVEK			
N010407	BRIZGA 50ML KATETER NASTAVEK	MEDIS, D.O.O.	0,6000	KOS

Slovenski naziv materiala
OMNIFIX S. BRIZGA ZA IZPIRANJE 50ML A100
Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka
50ml kateter
Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju
100
Opis sestave medicinskega pripomočka
sterilna, kateter nastavek, 3-delna, graduacija 50 (60) ml, guma na batu, brez latexa in PVC- ja
Opomba
medicinski pripomoček - DA

EKO artikel: Ni EKO

467565	BRIZGA 60ML KATETER NASTAVEK SOL-M kat.št. 180060CT Sol-Millennium (sc=30kos)	IRIS, MEDNARODNA TRGOVI	0,6000	KOS

Slovenski naziv materiala
BRIZGA SOL-M 60ml katet. nast., SC/30
Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka
60ml
Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju
30
Opis sestave medicinskega pripomočka
PP

EKO artikel: Ni EKO

Vse cene so brez DDV.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. FRANCA DERGANCA
NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
Partner: **000032** Fax: **01 585 42 98**

T: 05 33 01 000 / F: 05 33 01 057
E: tajnistvo@bolnisnica-go.si
W: www.bolnisnica-go.si

ID za DDV: SI11427205
Matična številka: 5055695
IBAN: SI56 0110 0603 0279 058 Banka Slovenije

SANOLABOR D.D.

LESKOŠKOVA C.4

1000 Ljubljana

Neustrezni artikli z obrazložitvijo
1587NP Brizge in sonde za medicinsko uporabo 02.11.2026-18.01.2028

Artikel	Naziv	Opomba
N010407	BRIZGA 50ML KATETER NASTAVEK *Slovenski naziv materiala* BRIZGA KATETER 50 ML NAST. A100 CHIRANA *Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka* 50 ML *Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju* 100 *Opis sestave medicinskega pripomočka* Brizga sterilna, kateter nastavek, 3-delna, graduacija 50 (60) ml, cca. 1mm gume na batu, brez latexa in PVC- ja, apirogeno in netoksično omogoča gladko drsenje in zmanjšuje drsno silo.	Neustrezen: - guma na batu slabo drsi - bat je večji kot 1mm

v. d. direktorice zavoda:

mag. Ingrid Kuk Kikl

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. FRANCA DERGANCA
NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
Partner: **001045** Fax:

T: 05 33 01 000 / F: 05 33 01 057
E: tajnistvo@bolnisnica-go.si
W: www.bolnisnica-go.si

ID za DDV: SI11427205
Matična številka: 5055695
IBAN: SI56 0110 0603 0279 058 Banka Slovenije

MEDIS, D.O.O.

BRNČIČEVA ULICA 1

1231 Ljubljana - Črnuče

Neustrezni artikli z obrazložitvijo
1587NP Brizge in sonde za medicinsko uporabo 02.11.2026-18.01.2028

Artikel	Naziv	Opomba
N010407	BRIZGA 50ML KATETER NASTAVEK *Slovenski naziv materiala* OMNIFIX S. BRIZGA ZA IZPIRANJE 50ML A100 *Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka* 50ml kateter *Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju* 100 *Opis sestave medicinskega pripomočka* sterilna, kateter nastavek, 3-delna, graduacija 50 (60) ml, guma na batu, brez latexa in PVC- ja *Opomba* medicinski pripomoček - DA	Neustrezen - bat je širši od zahtevanega in posledično slabša uporaba.

v. d. direktorice zavoda:

mag. Ingrid Kuk Kikl