SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. FRANCA DERGANCA
NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 33 01 000 / F: 05 33 01 057
E: tajnistvo@sbng.si
W: www.sbng.si

Številka: 200-28/2026-27
Datum: 05.11.2026

ODLOČITEV O IZIDU JAVNEGA NAROČILA

1. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Javno naročilo	
Naročnik	**Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica** **Ulica padlih borcev 13A** **5290 Šempeter pri Gorici**
Oznaka javnega naročila	**200-28/2026**
Predmet javnega naročila	**MP za potrebe radiologije-ponovitev**
Podlaga za izvedbo postopka oddaje JN	Zakon o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 91/2015 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3) 47. člen v povezavi z 48. členom

2. PONUDBE ZA PRESOJO IN OCENJEVANJE

Zap. Št.	Delovodniška št. ponudbe	Naziv ali šifra ponudnika/udeleženca
1	200-28/2026-17	Mediasi d.o.o., Leskoškova cesta 9C, 1000 Ljubljana
2	200-28/2026-18	MEDICA d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin
3	200-28/2026-19	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o. Rimska cesta 1, 3240 Šmarje pri Jelšah

3. IZID JAVNEGA NAROČILA

Zap. št.	Ponudnik	Utemeljitev dopustnosti/nedopustnosti ponudbe
1	Mediasi d.o.o., Leskoškova cesta 9C, 1000 Ljubljana	Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno ponudbo. S ponudnikom **se sklene** okvirni sporazum za sklope/artikle kot izhaja iz izpisa Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa: 5718). Do artiklov, kjer ponudnik na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji, ni bil najugodnejši ponudnik, se naročnik ni opredeljeval.
2	MEDICA d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin	Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno ponudbo. S ponudnikom **se sklene** okvirni sporazum za sklope/artikle kot izhaja iz izpisa Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa: 5718). Do artiklov, kjer ponudnik na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji, ni bil najugodnejši ponudnik, se naročnik ni opredeljeval.

3	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o. Rimska cesta 1, 3240 Šmarje pri Jelšah	Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno ponudbo. S ponudnikom **se sklene** okvirni sporazum za sklope/artikle kot izhaja iz izpisa Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa: 5718). Do artiklov, kjer ponudnik na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji, ni bil najugodnejši ponudnik, se naročnik ni opredeljeval.

4. JAVNO NAROČILO SE NE ODDA

Zavrnjene ponudbe in razlog zavrnitve	Naročnik je **v posameznih sklopih/artiklih** zavrnil ponudbe, za katere to izhaja iz izpisa Neustrezni artikli z obrazložitvijo (št. izpisa 5890), ki je priloga te odločitve. Prav tako je iz izpisa razviden razlog zavrnitve. Izločeni so le artikli, pri katerih je v opombi naveden razlog neustreznosti, do ostalih se naročnik, skladno z merilom izbora, ni opredeljeval.
Javno naročilo se ne odda	Naročnik za artikle, ki so navedeni v izpisu: Artikli iz JR BREZ Cene (št. izpisa 6172) ni prejel nobene ponudbe, zato javnega naročila za te artikle ne odda.

PRAVNI POUK:
Zoper odločitev o izidu javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku osmih delovnih dneh od objave/prejema te odločitve.
Zahtevek za revizijo mora vlagatelj vložiti skladno z veljavno zakonodajo in mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu ZPVPJN).
Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN, plačati takso v višini 6.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 (odprt pri Banka Slovenije), SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, sklic 11 16110-7111290-00738426

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Pripravil: Špela Fabjan Curk, univ.dipl.inž.les

Vodja službe za nabavo in javna naročila:
Tjaša Brumat, mag.prava

V.D. DIREKTORICE ZAVODA:
mag. Ingrid Kuk Kikl

PRILOGE:
Izpisi iz sistema GoSoft:
- Izpis ponujenih artiklov OP SB NG) (št. izpisa 5731)
- Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa 5718)
- Artikli iz JR BREZ Cene (št. izpisa 6172)

Vročiti:
- objava na Portalu javnih naročil
www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila

Vložiti:
-zbirka dokumentarnega gradiva

Oddaja artiklov ponudnikom

1572NP1 MP za potrebe radiologije

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM	Tip artikla	Dod. podatki
N009563	KANILA - VISOKOPRETOČNA 20G					
966975	KANILA I.V. 20FR ZA CT ROZA Nexiva 1,1x32MM za pretok do 7,5 ml/s pri temp. kontrastnega sredstva 37`C kat.št. 383694 BD Medical	MEDIASI D.O.O.	6,9000	KOS	Artikel	
N009564	KANILA - VISOKOPRETOČNA 18G					
961314	KANILA I.V. 18G ZA CT ZELENA Nexiva 1,3x32MM za pretok do 7,0 ml/s pri temp. kontrastnega sredstva 37`C kat.št. 383695 Becton Dickinson	MEDIASI D.O.O.	6,9000	KOS	Artikel	
N009562	KANILA - VISOKOPRETOČNA 22G					
961312	KANILA I.V. 22G ZA CT MODRA Nexiva 0,9x25MM za pretok do 6,5 ml/s pri temp. kontrastnega sredstva 37`C kat.št. 383692 Becton Dickinson	MEDIASI D.O.O.	6,9000	KOS	Artikel	
N013020	PODALJŠEK za ultrazvočno vodenoc					
978947	PODALJŠEK FLEKSIBILEN ZA PUNKCIJO DOJKE 15CM Manometer Line Plain Stripe kat.št. K39/38 Kimal (sc=100kos)	MEDICA D.O.O.	2,3234	KOS	Artikel	
N013028	SET ZA PERIKARDIOCENTEZO					
978953	SET ZA PERIKARDIOCENTEZO Pericardiocentesis Kit kat.št. PC803EU MeritMedical	ROGA MEDICINSKE INTERVE	148,0000	KOS	Artikel	

Izpis ponujenih artiklov

1572NP1 MP za potrebe radiologije

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM
N009562	KANILA - VISOKOPRETOČNA 22G			
961312	KANILA I.V. 22G ZA CT MODRA Nexiva 0,9x25MM za pretok do 6,5 ml/s pri temp. kontrastnega sredstva 37`C kat.št. 383692 Becton Dickinson	MEDIASI D.O.O.	6,9000	KOS
	Slovenski naziv materiala KAT.BD NEXIVA DIFF.22G 0,9X25 MO a20 Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 22G 0,9X25 Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 20 Opis sestave medicinskega pripomočka zaprt IV katetrski sistem iz materiala vialon, ki se pri telesni T zmehča za 70%, primeren za večje pretoke, z varnostnim mehanizmom in integriranim podaljškom, namenjen injiciranju kontrastnih sredstev z visokim tlakom. Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE DA			
	EKO artikel: Ni EKO			
N009563	KANILA - VISOKOPRETOČNA 20G			
966975	KANILA I.V. 20FR ZA CT ROZA Nexiva 1,1x32MM za pretok do 7,5 ml/s pri temp. kontrastnega sredstva 37`C kat.št. 383694 BD Medical	MEDIASI D.O.O.	6,9000	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N009564	KANILA - VISOKOPRETOČNA 18G			
961314	KANILA I.V. 18G ZA CT ZELENA Nexiva 1,3x32MM za pretok do 7,0 ml/s pri temp. kontrastnega sredstva 37`C kat.št. 383695 Becton Dickinson	MEDIASI D.O.O.	6,9000	KOS
	Slovenski naziv materiala KAT.BD NEXIVA DIFF.18G 1,3X32mm ZEL a20 Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 18G 1,3X32mm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 20 Opis sestave medicinskega pripomočka zaprt IV katetrski sistem iz materiala vialon, ki se pri telesni T zmehča za 70%, primeren za večje pretoke, z varnostnim mehanizmom in integriranim podaljškom, namenjen injiciranju kontrastnih sredstev z visokim tlakom. Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE DA			
	EKO artikel: Ni EKO			
N013020	PODALJŠEK za ultrazvočno vodenoc			
978947	PODALJŠEK FLEKSIBILEN ZA PUNKCIJO DOJKE 15CM Manometer Line Plain Stripe kat.št. K39/38 Kimal (sc=100kos)	MEDICA D.O.O.	2,3234	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N013028	SET ZA PERIKARDIOCENTEZO			
978953	SET ZA PERIKARDIOCENTEZO Pericardiocentesis Kit kat.št. PC803EU MeritMedical	ROGA MEDICINSKE INTERVE	148,0000	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			

Vse cene so brez DDV.

Sifra	Opis	Klas Jr	Artikel Nadr	Artikel	Naziv1	Naziv2	Lpo	Opomba	Em	Napakajri
1572NP1	MP za potrebe radiologije	ANL09A	N009555	N009555	KOMPLET PUNKCIJSKI ZA UZ SONDO	ALOKA	400	Prevleka za UZ sondo, sterilna, 14 x 61 cm, kompatibilna z konveksno sondo za UZ aparat Hitachi Aloka Arietta V70A. V setu so nastavki za punkcijo, kompatibilni s punkcijskim nastavkom za UZ Hitachi Aloka Arietta V70A ter sterilni gel.	KOS	
1572NP1	MP za potrebe radiologije	ANL09A	N009555	464956	KOMPLET PUNKCIJSKI ZA UZ SONDO	ALOKA Ultra-Pro II 14x61cm kat.št. 610-579 Civco (sc=24kos)	400		KOS	NI_CENE
1572NP1	MP za potrebe radiologije	ANL09A	N009555	953292	PREVLEKA STERILNA (PUNKCIJSKI	KOMPLET) ZA UZ SONDO ATL C4-2 kat.št. 610-579 Providian	400		KOS	NI_CENE
1572NP1	MP za potrebe radiologije	ANL09A	N009557	N009557	KOMPLET PUNKCIJSKI UZ LINEARNO	SONDO - dojka	100	Prevleka za UZ sondo, sterilna, kompatibilna z linerano sondo za UZ aparat Hitachi Aloka Arietta V70A.	KOS	
1572NP1	MP za potrebe radiologije	ANL09A	N009557	466467	KOMPLET PUNKCIJSKI UZ LINEARNO	SONDO - dojka sterilna prevleka 14x61cm, z gelom kat.št. 655424 Hony Medical (sc=30kos)	100		KOS	NI_CENE
1572NP1	MP za potrebe radiologije	ANL09A	N009557	464957	KOMPLET PUNKCIJSKI UZ LINEARNO	SONDO - dojka Ultra-Pro II 14x61cm kat.št. 610-579 Civco (sc=24kos)	100		KOS	NI_CENE
1572NP1	MP za potrebe radiologije	ANL09A	N010733	N010733	PREVLEKA UZ SAMOLEPILNA - KOMPLET	sterilna	1500	Sterilna prevleka za ultrazvočno sondo. Prevleka naj ne vsebuje latexa. Dolžina prevleke od 120 cm do 250 cm (vsaj 2 različni dolžini) širina vsaj 18cm, teleskopsko zložena. Za izvedbo akustičnega stika naj vsebuje lepljivo površino, na katero se prilepi naležna površina sonde. Po uporabi mora biti naležna površina sonde čista. Pritrjevanje prevleke na kabel naj bo izvedeno z lepljivimi trakovi, ne gumicami.V sterilnem paketu naj bo tudi tuba sterilnega gela za ultrazvok, vsaj 15g.	KOS	
1572NP1	MP za potrebe radiologije	ANL09A	N010733	465815	PREVLEKA UZ SAMOLEPILNA - KOMPLET	sterilna 18x122CM kat.št. 655597 Hony Medical (sc=30kos)	1500		KOS	NI_CENE