NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Št.:17-NMV260925

Datum: 27.10.2026

V skladu z 90. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22-odl. US, 100/22-ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju ZJN-3 izdajam

ODLOČITEV O IZBIRI NAJUGODNJEŠEGA PONUDNIKA

Obveščamo vas, da se za izvedbo javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil, z dne 06.10.2026 pod številko objave JN007856/2026-SI1/01, po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3, katerega predmet je »Plinski kromatograf z masno selektivnim detektorjem (GC - MSD)« kot najugodnejšega ponudnika izbere:

Analysis Adria, rešitve d.o.o., Madžarska ulica 2, 1000 Ljubljana, ponudbena vrednost naročila je: 109.405,71 EUR oz.133.474,96 EUR z DDV.

Obrazložitev:

Strokovna komisija je pri pregledu ponudb ugotovila, da sta pravočasno, to je do dne 20.10.2026 do 10:00 ure prispeli dve ponudbi in sicer:

- ponudba ponudnika CHEMASS d.o.o., merilni sistemi, Baznikova ulica 002, 1000 Ljubljana, v vrednosti 105.967,40 EUR oz. 129.280,23 EUR z DDV in

- ponudba ponudnika Analysis Adria, rešitve d.o.o., Madžarska ulica 2, 1000 Ljubljana, v vrednosti 109.405,71 EUR oz.133.474,96 EUR z DDV

Nepravočasno prispelih ponudb ni bilo.

Naročnik je ponudbi razvrstil po merilih, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji. Kot merilo za izbiro ponudbe je bila opredeljena najnižja ponudbena cena brez DDV.

1. Pri ponudniku CHEMASS d.o.o., merilni sistemi, Baznikova ulica 002, 1000 Ljubljana je ugotovljeno, da je ponudba skladno z določili 29. točke 2. člena ZJN-3 nedopustna, kar pomeni, da ne obstajajo razlogi za izključitev, da ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje, da ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji, da je prispela pravočasno, da ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, da ni neobičajno nizka in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik je v tehničnih specifikacijah v delu, ki se nanaša na masni spektrometer med drugim zahteval:
- Omogočena mora biti zamenjava in ročno čiščenje ionskega izvora, ter ionske optike, ki je podvržena kontaminaciji brez potrebe po porušitvi vakuma. Ponudnik CHEMASS d.o.o., merilni sistemi te zahteve ne izpolnjuje oz. ni posredoval dokazila, ki bi potrjevala drugače.
- Ponudba mora vsebovati rezervni ionski izvor in dva dodatna filamenta. Iz priložene ponudbe ponudnika CHEMASS d.o.o., merilni sistemi izhaja, da ponudnik ni ponudil dodatni ionski izvor.

2. Pri ponudniku Analysis Adria, rešitve d.o.o., Madžarska ulica 2, 1000 Ljubljana je ugotovljeno, da je ponudba skladno z določili 29. točke 2. člena ZJN-3 dopustna, kar pomeni, da ne obstajajo razlogi za izključitev, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, da ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji, da je prispela pravočasno, da ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, da ni neobičajno nizka in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

S tem naročnik utemeljuje svojo odločitev.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev o oddaji naročila je možno vložiti zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila v roku petih delovnih dni od prejema te odločitve. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Taksa za vložitev zahtevka za revizijo znaša za: 2.669,50€

Vlagatelj revizije mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila oziroma to odločitev, predmet javnega naročila, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če bo vlagatelj nastopal s pooblaščencem ter priložiti potrdilo o vplačilu takse iz drugega odstavka 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU1I, 60/17 in 72/19). Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja. Pri tem mora na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve (referenca oziroma sklic): 11 6110-7111290-00XXXXLL.

Direktorica.:
dr. Romana Marinčič, spec. manag.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
6/1

dr. Andrej GOLLE, dr. med.
spec. klin. mikrob.
Strokovni direktor

Vročiti:

- ponudnikom preko Portala javnih naročil
- arhiv.